

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Data: 16.04.2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W SZCZECINIE
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
NIP 851-25-37-954
REGON 00290274-00028

Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/AS/2019

Do wyżej wymienionego zapytania ofertowego zadano następujące pytania:

Zestaw nr 2

Zadanie nr 1.1

Pkt.15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej bez funkcji programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjęcie pacjenta. Funkcja ta dotyczy pompy objętościowej, do której wkładamy dren.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej z wizualną informacją o podłączeniu do zasilania zewnętrznego i alarmie o braku akumulatora w urządzeniu, w miejsce alarmu o braku zewnętrznego zasilania

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Techn. Admin.
(091) 81 39 013

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

kt.10 Inne wymagania

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu : Po wygaśnięciu umowy i zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzenia bezpośrednio przez zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W szczególności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy i kody serwisowe do urządzeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 1.2

Pkt.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej z wizualną informacją o podłączeniu do zasilania zewnętrznego i alarmie o braku akumulatora w urządzeniu, w miejsce alarmu o braku zewnętrznego zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt.15 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej bez funkcji programowania infuzji bez założonego drenu, alternatywnie pompa umożliwi zaprogramowanie z założonym drenem i przełączenie w tryb standby, w którym oczekuje na przyjście pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt.10 Inne wymagania

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu : Po wygaśnięciu umowy i zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzenia bezpośrednio przez zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W szczególności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy i kody serwisowe do urządzeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Sekcja Aparatury i Sprzętu Medycznego
KIEROWNIK

Barbara Dębicka

Z upoważnienia

p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych

inż. Klaudiusz Dziubała
