

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

**do postępowania na dostawę automatycznej stacji pipetującej do przygotowania zestawów do wykrywania SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR z certyfikatem IVD – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie (nr EP/220/99RR/2020)**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie rozeznania rynku znak j. w. zostały złożone pytania do treści zaproszenia do składania ofert.

### Zestaw 1

1. Czy zamawiający dopuści stację pipetującą posiadającą jedno ramie (głowicę) pipetora, skalowalne w osiach X, Y oraz Z, aspirującą i dozującą (uwzględniając objętości martwe) w zakresie 5-180 µl ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy zamawiający dopuści stację pipetującą pozwalającą na przenoszenie eluatów na:
  - płytki PCR 96 dołkowe,
  - minimum 32 próbówki typu eppendorf
  - 8 probówkowe stripy PCR?

**Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w tym zakresie w zał. nr 4 do Zaproszenia Wymagane warunki graniczne.**

3. Czy zamawiający zaakceptuje wartości precyzji i współczynnika zmienności pipetowania głowicy na poziomie:
  - 5µl: dokładność < 6%, współczynnik zmienności (CV) < 6%
  - 10 µl: dokładność < 5%, współczynnik zmienności (CV) < 3%
  - 180 µl: dokładność < 2%, współczynnik zmienności (CV) < 1%

**Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w tym zakresie w zał. nr 4 do Zaproszenia Wymagane warunki graniczne.**

4. Czy zamawiający zaakceptuje posiadanie przez stację oprogramowania z protokołami do nastawiania głównie reakcji PCR ale posiadającego możliwość skonfigurowania innych protokołów kompatybilnych objętościowo służących np. do reakcji typowania HLA?

**Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w tym zakresie w zał. nr 4 do Zaproszenia Wymagane warunki graniczne.**

### Pytania do Umowy (zał. nr 5):

5. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
„Dostawy Wyrobów następować będą sukcesywnie, w asortymencie i ilości określonej przez

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu-przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym przesłanym Wykonawcy faksem na numer .....lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ..... , w terminie do 72 h od dnia złożenia zamówienia w dni robocze.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawy Wyrobów typu „CITO” następować będą według zasad określonych w ust. 3 z zastrzeżeniem, że realizacja dostawy według zamówienia szczegółowego ma nastąpić w ciągu 24 godzin w dni robocze”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. §2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wraz z Urządzeniami Wykonawca wyda Zamawiającemu w wersji drukowanej:

- 1) paszport techniczny,
- 2) deklaracja zgodności CE,
- 3) specyfikacja techniczna,
- 4) instrukcja obsługi,
- 5) zalecenia producenta sprzętu odnośnie konserwacji,
- 6) zalecenia producenta sprzętu odnośnie utylizacji odpadów,
- 7) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
- 8) ulotki metodyczne

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia części dokumentów wymielonych w pkt 1-8 powyżej wraz z urządzeniem, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem: ..... ”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 500 zł, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu i instalacji urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. §6 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Niezależnie od terminów rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy w miejsce reklamowanych Wyrobów, Wyroby wolne od wad lub odpowiednio brakujące Wyroby w ciągu maksymalnie 4 dni od chwili przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływałby w dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Wyrobów w pierwszym dniu roboczym, do godziny 8:00.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Zestaw 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację urządzenia oraz uruchomienie wskazanych przez Zamawiającego protokołów do nastawiania PCR w ciągu **40 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę, przy czym parametry punktowane określone z załączniku nr 3 do Zaproszenia pozostają bez zmian.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące warunki serwisu:
  - kontakt z działem serwisu pn – pt. w godzinach 9:00-17:00
  - reakcja serwisu w dni robocze w godz. 9-17 – w ciągu 24h, przyjazd serwisu w ciągu 72h w dni robocze, od momentu przyjęcia zgłoszenia
  - czas naprawy do 10 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 15 dni

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**