

Opis parametrów wymaganych dla: Dostawy urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji

L.p.	Opis parametru	Potwierdzenie minimalnych wymagań (TAK/NIE) lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu, folderu
1	Jedno urządzenie do terapii kończyn dolnych we wszystkich fazach rehabilitacji.	
2	Możliwość pionizacji oraz pracy w pozycji spionizowanej (m.in. nauka obciążania poszczególnych stron ciała czy funkcja kroczenia)	
3	Możliwość przeprowadzenia analizy chodu	
4	Możliwość diagnostyki czucia głębokiego	
5	Możliwość treningu dla więcej niż jednego pacjenta jednocześnie przy użyciu jednego urządzenia	
6	Możliwość podłączenia czujników położenia (łatwo i szybko mocowane do wybranej części ciała pacjenta – kkg, kkd oraz tułów) do oceny i zapisu zakresu ruchu danej części ciała , na podstawie których dobierany i prowadzony jest indywidualny trening w subiektywnych zakresach ruchu danego pacjenta w wymiarze 3D (nieograniczona przestrzeń i płaszczyzna)	
7	Możliwość prowadzenia treningu przestrzennego w wybranej , niezolowanej płaszczyźnie – w płaszczyznach funkcjonalnych (przełożenie na funkcję dnia codziennego)	
8	Możliwość prowadzenia ćwiczeń poprawiających funkcję ręki zarówno przy uszkodzeniach izolowanych mięśni jak i przy wypadnięciu funkcji globalnej (spastyka)	
9	Możliwość prowadzenia treningu dla kończyny górnej w swobodnej, nieograniczonej płaszczyźnie i w niewielkiej przestrzeni (niewielka sala rehabilitacyjna)	
10	Możliwość wykonywania pomiarów: - siły kończyn dolny - propriocepcji - płynności ruchu,	
11	Możliwość treningu: - uni i bilateralnego - stepper, - leg press, - pedałowanie - rytmiczna stymulacja, - trening sensoryczny - trening opadającej stopy zgięcia grzbietowego i podeszwowego	
12	Kompletna dokumentacja lub raport z przeprowadzonych badań oraz treningów,	
13	Wielofunkcyjny fotel z regulacją siedzenia: góra-dół, przód-tył oraz pochylenia oparcia,	
14	Pasy do stabilizacji tułowia	
15	Możliwość porównania kończyny prawej i lewej,	
16	Możliwość archiwizacji testów, porównania testów,	
17	Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii,	
18	Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu	

znak sprawy:

19	Indukcyjne ładowanie wszystkich czujników, z możliwością ładowania wszystkich czujników jednocześnie,	
20	Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED,	
21	Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min. 6 h,	
22	Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 8 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni,	
23	Komputer ALL-IN-ONE z przegubem do regulacji nachylenia,	
24	Minimum 1 kanał EMG z funkcją elektrostymulacji	
25	Obiektywne dane o wartości napięcia w czasie skurczu i czasie reakcji	
26	Okres gwarancji min. 24 miesiące	
27	Instrukcja obsługi w języku polskim.	
28	Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wykonywane przez serwis autoryzowany	
29	Wykonawca przy dostawie aparatów dostarczy wraz z nimi listę wszystkich czynności do wykonania podczas przeglądu technicznego zgodnych z zaleceniami producenta	
30	Szkolenie personelu medycznego dla minimum 3 osób zakończone wydaniem certyfikatów imiennych.	
31	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	
32	Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży zestawu minimum 8 lata	
33	Wykonawca dostarczy wszelkie licencje, klucze oprogramowania wchodzącego w skład zamawianego sprzętu	

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Opis parametru - Wymagania zamawiającego”.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób
wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do
występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5