

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szczecin, 29.08.2022r.

EZ.210.5176.2022.MK

## WYJAŚNIENIA

dotyczy: zaproszenia do składania ofert nr EZ/210/4885/2022 z dnia 12.08.2022r. na dostawę narzędzi chirurgicznych wielorazowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie

### Pytania Wykonawców:

#### ZESTAW 6

##### Pytanie 1

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie projektu umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 2:

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% **wartości brutto opóźnionej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części zamówienia**

2) za zwłokę w naprawie Przedmiotu Umowy lub w dostawie Wyrobu zastępczego - w wysokości 0,2% **wartości brutto wadliwej części dostawy** za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy**.

3) za zwłokę w wymianie Przedmiotu Umowy lub jego części na nowy - w wysokości 0,2% **wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki, kara naliczana będzie do 60. dnia zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia**

2. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – **10% wartości brutto od niezrealizowanej części** Wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację projektu umowy.

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



### ZESTAW 7

1 NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO

TĘPE szt. 2

2. NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO

TĘPE szt. 2

8. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK

ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM szt.

11. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8

MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM szt. 20

12. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9

MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 205 MM szt. 20

13. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK

ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM szt. 20

14. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK

ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 205 MM szt. 20

15. IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA

SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,6 MM I KANALIKIEM szt. 6

16. KANIULA IRYGACYJNA TYP HAJEK ŚREDNICA KOŃCÓWKI 3,7 MM DŁUGOŚĆ 150

MM

17. KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI

TNĄCEJ 30 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220 MM, W UCHWYCIE JEDNOELEMENTOWA

SPRĘŻYNA, PODWÓJNA PRZEKŁADNIA BEZ WIDOCZNYCH POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

UŁATWIAJĄCA DOKŁADNIEJSZE MYCIE ORAZ DEZYNFEKCJĘ. szt. 1

22. KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9

MM DŁUGOŚĆ 165 MM szt. 5

26. IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ

#### Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 160 MM szt. 3

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

### ZESTAW 8

Dotyczy załącznika nr 1 – *zadanie nr 1 narzędzia wielorazowe*

1. Dot. poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek dł.170mm zamiast 165mm pozostałe parametry techniczne bez zmian?
2. Dot. poz. 7,8,11, 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków naczyniowych dł.180mm zamiast 185mm pozostałe parametry techniczne bez zmian?
3. Dot. poz. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła chirurgicznego typ Mayo Hegar dł.160mm zamiast 150mm pozostałe parametry techniczne bez zmian?
4. Dot. poz. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy do cięcia typ Liston dł. całkowita 230mm zamiast 240mm ze sprężyną dwuelementową w uchwycie pozostałe parametry techniczne bez zmian?
5. Dot. poz. 25 i 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła chirurgicznego dł.160mm zamiast 150mm pozostałe parametry techniczne bez zmian?
6. Dot. poz. 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżki kostnej typ Volkamann szer. 4,8mm dł.170mm?
7. Dot. poz. 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżki kostnej typ Volkamann szer. 5,8mm dł.170mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe parametry. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

### **Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.**

Oferty należy składać do dnia **02.09.2022 r., do godz. 10:00.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi: **02.09.2022. o godz. 10.30** w budynku przy ul. Broniewskiego 2, I piętro, pokój nr 225.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Szczecinie  
*Maja Usielska*  
Małgorzata Usielska

**Lokalizacja:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

