

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Znak sprawy: 5/AS/2023

Wyjaśnienia na pytania wykonawców do zaproszenia do składania ofert 5/AS/2023 na usługę przeglądów respiratorów dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie

Zestaw 1

Pytanie 1

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 1 i 2 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Zgodnie z OPZ pkt 9 Zamawiający wymaga, aby serwisanci wykonawcy posiadali imienne świadectwo potwierdzające odbycie szkolenia serwisowego producenta urządzeń.

Pytanie 2

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 1 i 2 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Zgodnie z OPZ pkt 9 Zamawiający wymaga, aby serwisanci wykonawcy posiadali imienne świadectwo potwierdzające odbycie szkolenia serwisowego producenta urządzeń.

Pytanie 3

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 1 i 2 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Zgodnie z OPZ pkt. 5d

Pytanie 4

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax: 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax: 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szpital
bez bólu

Zamawiający wymaga zgodnie z zaleceniami producenta oferty uwzględniającej koszty zestawów po przepracowaniu 10 tys godzin do każdego respiratora. Ewentualne poszerzone koszty remontów będą wyceniane indywidualnie.

Pytanie 5

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840) oraz co 36 m-cy (w Bennett 980). Czy Zamawiający wymaga, aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie wymiany czujnika tlenu. Natomiast wymiana akumulatora nie podlega wycenie w tym postępowaniu.

Zestaw 2

Pytanie 1 do Formularza ofertowego:

Prosimy o sprawdzenie poprawności tabeli dla zadania nr 4, w niniejszej tabeli urządzenia z pozycji 1, 2, 3 powtarzają się na pozycjach 16, 17, 18

Zamawiający zaktualizuje tabelę dla zadania nr 4

Pytanie 2 do Załącznika nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 w punkcie 2, Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał przyrządy pomiarowe z ważnym świadectwem wzorcowania konieczne do prawidłowego wykonania kalibracji parametrów urządzeń. Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy pomiarowe były zgodne z wymaganiami jakie w tym zakresie stawia producent sprzętu?

Zgodnie z OPZ

Pytanie 3 do Załącznika nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 w punkcie 2, Zamawiający wymaga aby wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji. Aby wykonać kalibrację urządzeń z zadania 4 konieczny jest dostęp do oprogramowania serwisowego oraz dostępy/kody serwisowe. Czy w celu spełnienia stawianych wykonawcom wymagań, Zamawiający będzie wymagał do każdego wykonawcy dostępu do oprogramowania serwisowego?

Zgodnie z OPZ


Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 4 do Załącznika nr 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §4, ust. 1, pkt a) z 100 zł na 50 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania należycie zobowiązania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przeglądu Urządzenia?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5 do Załącznika nr 3.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §4, ust. 1, pkt b) z 500 zł na 200 zł za każdy dzień opóźnienia wykonania należycie zobowiązania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wymiany pakietu serwisowego Urządzenia w miejsce pakietu niesprawnego?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6 do Załącznika nr 3.

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §4, ust. 1, pkt c) z 30% na 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1– 12 Umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody

Selekcja Agencji i Usług Medycznych

A. Lich
Adrian Lichowski

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

