



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/86/2017/1

Data:
22.02.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/86/2017 pn.: Dostawa wraz z instalacją mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający w pkt 15 dla zwiększenia komfortu pracy wymaga podgląd boczny asysty mocowany na ramieniu łamanym w 2 płaszczyznach z tubusem uchylnym w zakresie 30-150°, okulary 10x oraz korekcją w zakresie +5/-5 D (możliwość szybkiej zmiany strony podglądu prawo-lewo, bez użycia narzędzi)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w pkt 16 wymaga potwierdzenia możliwości zainstalowania w zaoferowanym modelu mikroskopu wszystkich trzech modułów fluorescencji jednocześnie, bez konieczności montażu/demontażu dodatkowych elementów tak, aby była zapewniona możliwość podjęcia decyzji śródoperacyjnie, który rodzaj fluorescencji zostanie zastosowany?

Odp.: Zamawiający wymaga co najmniej dwóch modułów fluorescencji jednocześnie, bez konieczności montażu/demontażu dodatkowych elementów tak, aby była zapewniona możliwość podjęcia decyzji śródoperacyjnie, który rodzaj fluorescencji zostanie zastosowany.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie specyfikacji technicznej - opisu przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 16 zmienia treść kolumny 2 (Wymagania Zamawiającego – Wymagane parametry): z „Mikroskop przygotowany do rozbudowy o moduły fluorescencji śródoperacyjnej (onkologicznej – 400, żółtej – 560 i w podczerwieni – 800)” na „Mikroskop przygotowany do rozbudowy o moduły fluorescencji śródoperacyjnej (onkologicznej – 400, żółtej – 560 i w podczerwieni – 800). Możliwość zainstalowania co najmniej dwóch modułów fluorescencji jednocześnie, bez konieczności montażu/demontażu dodatkowych elementów tak, aby była zapewniona możliwość podjęcia decyzji śródoperacyjnie, który rodzaj fluorescencji zostanie zastosowany”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

3. Czy Zamawiający w pkt 17 dopuści ogniskową regulowaną w większym zakresie, wynoszącym od 225 mm do 600 mm, realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie? W operacjach neurochirurgicznych większe znaczenie ma maksymalny dystans roboczy, który zapewnia większy komfort pracy szczególnie podczas operacji kręgosłupów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Prosimy Zamawiającego o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych punktów w ilości min. 10 za zaoferowanie mikroskopu z ogniskową maksymalną większą niż 550 mm, ponieważ parametr ten w znaczący sposób zwiększa funkcjonalność mikroskopu, ale wpływa również istotnie na zwiększenie kosztów wytworzenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający w pkt 20 dopuści dwa monitory, jeden o przekątnej min. 24” do wyświetlania obrazu z pola operacyjnego, zarządzaniem bazą pacjenta, rejestracją foto/video, drugi - min. 10” dotykowy LCD zintegrowany z podstawą mikroskopu do sterowania funkcjami mikroskopu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Czy Zamawiający w pkt 11 dla zwiększenia komfortu pracy wymaga dodatkowo, 12-funkcyjnego, bezprzewodowego przycisku nożnego do sterowania funkcjami mikroskopu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

ZESTAW 2

Dotyczy wzoru umowy: § 1 pkt 10

1. Ze względu na fakt, że oprogramowanie i sterowniki, przeznaczone są tylko i wyłącznie do danego mikroskopu i użycie ich w innym urządzeniu nie mają żadnej funkcjonalności, prosimy o odstąpienie od zapisów § 1 punktu 10.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 1 wykreśla ust. 10.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt 12, 13

2. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w ustalonym terminie, przeprowadzi jednorazowe szkolenie trwające 2 dni po 6 godzin, dla co najmniej 6 lekarzy wskazanych przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt 9

3. Czy w przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru z przyczyn opisanych w § 2 pkt 9 umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowy 14–stodniowy termin należytego zrealizowania umowy, bez naliczania kar umownych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt 9

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt, urządzenie zastępcze był dostarczany tylko w przypadku napraw wymagających użycia części sprowadzanych z zagranicy trwających powyżej 14 dni roboczych, zamiast tych trwających powyżej 5 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt 18

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego okres dostępności części będzie wynosił 8 lat?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy: § 7 pkt 1 ppkt 4

6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, po czyjej stronie leży zgłoszenie przeglądu.

Odp.: W okresie gwarancji – Wykonawca ma obowiązek pilnowania terminów przeglądów oraz ich umawiania z Zamawiającym.

Dotyczy wzoru umowy: § 7 pkt 3

7. Prosimy Zamawiającego o obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

1. Czy Zamawiający w ramach pkt 23 wymaga przewodu sygnałowego DVI-D/HDMI o długości min. 5, umożliwiającego przesłanie obrazu video z mikroskopu na monitor znajdujący się na Sali operacyjnej Bloku Neurochirurgii (dodatkowy podgląd na sali dla personelu medycznego)?

Odp.: Zamawiający wymaga przewodu sygnałowego DVI-D/HDMI o długości min. 5 m, umożliwiającego przesłanie obrazu video z mikroskopu na monitor znajdujący się na Sali Operacyjnej Bloku Neurochirurgii (dodatkowy podgląd na sali dla personelu medycznego).

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie specyfikacji technicznej - opisu przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 23 zmienia treść kolumny 2 (Wymagania Zamawiającego – Wymagane parametry): z „System zarządzania danymi pacjenta, pozwalający na przechowywanie plików pacjenta z obrazami lub sekwencjami video bezpośrednio w pamięci operacyjnej mikroskopu z możliwością ich szybkiego podglądu na monitorze” na „System zarządzania danymi pacjenta, pozwalający na przechowywanie plików pacjenta z obrazami lub sekwencjami video bezpośrednio w pamięci operacyjnej mikroskopu z możliwością ich szybkiego podglądu na monitorze. Przewód sygnałowy DVI-D/HDMI o długości min. 5 m, umożliwiający przesłanie obrazu video z mikroskopu na monitor znajdujący się na Sali Operacyjnej Bloku Neurochirurgii (dodatkowy podgląd na sali dla personelu medycznego)”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. Czy Zamawiający w ramach pkt 26 wymaga dostarczenia z przedmiotem zamówienia sterylnych osłon na mikroskop, niezbędnych do prawidłowej pracy podczas zabiegu (jeśli tak, proszę określić, ile sztuk ma zostać uwzględnionych przez oferenta)?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia z przedmiotem zamówienia 100 sztuk sterylnych osłon na mikroskop, niezbędnych do prawidłowej pracy podczas zabiegu.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie specyfikacji technicznej - opisu przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 26 zmienia treść kolumny 2 (Wymagania Zamawiającego – Wymagane parametry): z „Mikroskop wyposażony w zestaw integracyjny z posiadanym systemem nawigacji, niezbędny do prawidłowej pracy, tj.: przewód, antenę montowaną na głowicy mikroskopu, oprogramowanie” na „Mikroskop wyposażony w zestaw integracyjny z posiadanym systemem nawigacji, niezbędny do prawidłowej pracy, tj.: przewód, antenę montowaną na głowicy mikroskopu, oprogramowanie. Dostarczenie z przedmiotem zamówienia 100 sztuk sterylnych osłon na mikroskop, niezbędnych do prawidłowej pracy podczas zabiegu”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Jednocześnie Zamawiający poprawia własną omyłkę w pkt 1 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wykreślając ppkt 1) i 2).

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 06.03.2018r., do godz. 09:00 na **12.03.2018r., do godz. 09:00,**
- otwarcie ofert – z 06.03.2018r. o godz. 09:30 na **12.03.2018r. o godz. 09:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 12.03.2018r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych**

Małgorzata Szelańiewicz