

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Zadanie nr 1. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) CPV 33.18.15.20-3**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	<b>Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy)</b> – cewnik dwukanałowy pokryty jonami srebra 12Fr x 20 cm	23 zest.

**Zadanie nr 2. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) CPV 33.18.15.20-3**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	<b>Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy)</b> – cewnik dwukanałowy pokryty jonami ra 12Fr x 15 – 16cm	2 zest.

**Zadanie nr 3. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy) CPV 33.18.15.20-3**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	<b>Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy)</b> – wstępnie zakrzywiony, cewnik dwukanałowy 14,5-16 Fr x długość od mufki 27 – 42 cm – przewodnik J 0,038 x 70 cm – rozszerzacz 8 Fr – 12 Fr – igła prosta 17 – 18 G x 7 – zakrętki luer-lock, ostrze	10 zest.

**Zadanie nr 4. Cewnik do mapingu żył płucnych CPV 33.14.12.00-2**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik do mapingu żył płucnych o stałej średnicy pętli	90 szt.

**Zadanie nr 5. Cewniki balonowe do rekanalizacji. CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki balonowe o niskim profilu do rekanalizacji	50 szt.

**Zadanie nr 6. Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki z dostępu promieniowego CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki z dostępu promieniowego	200 szt.

**Zadanie nr 7. Tokery CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Torker kompatybilny z przewodnikiem 0,018 cala	20 szt.
2.	Torker kompatybilny z przewodnikiem 0,035 cala	50 szt.

**Zadanie nr 8. Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej CPV 33.11.17.30-7**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Urządzenia do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem krwawienia pozabiegowego z miejsca wkłucia.	60 szt.

**Zadanie nr 9. Wkład do wstrzykiwacza ACCUTRON CT-D MEDTRON AG CPV 33.14.00.00-3**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Wkład do wstrzykiwacza ACCUTRON CT-D MEDTRON AG	2 500 szt.

**Zadanie nr 10. Elektrody do EKG CPV 33.14.00.00-3**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Elektrody do EKG do MR	900 szt.

**Zadanie nr 11. Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych zewnętrzny CPV 33.16.80,00-5**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych zewnętrzny -średnica drenu 8,5 ; 10; 12; 14 Fr. – do wyboru przez zamawiającego - długość drenu 25 cm.	18 szt.

**Zadanie nr 12. Poszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych CPV 33.16.80,00-5**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Poszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych - średnica 5/7/8,5/ 10 Fr- do wyboru przez zamawiającego - temperowane	10 szt.

**Zadanie nr 13. Igła do nakłucia dróg żółciowych CPV 33.16.80,00-5**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Igła do nakłucia dróg żółciowych -teflonowa i/lub hydrofilna -długości 20-40cm -śr. od 2,5 do 4F -z metalowym zaostrozonym mandrynem, o śr. wewnętrznej przystosowanej do przewodników 0038	30 szt.

**Zadanie nr 14. Przewodniki CPV 33.16.80,00-5**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Przewodniki -sztywne /typu stiff/ śr. od 0032 do 0038 -długości 140-180cm -z miękkim końcem długości od 2 do 6cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia. -przystosowane do współpracy z igłą do nakłucia dróg żółciowych	40 szt.

**Zadanie nr 15. Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe CPV 33.16.80,00-5**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe - długość 35-40 cm - do wyboru przez zamawiającego -średnica 8-10-12-14 Fr +/- 0,5 – do wyboru przez zamawiającego -dren widoczny w promieniach rtg	34 szt.

**Zadanie nr 16. Sondy nosowo-jelitowe CPV 33.16.80,00-5**

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Sonda nosowo-jelitowa - French-8,długość-240 cm- wprowadzana endoskopowo	10 szt.
2.	Sonda nosowo-jelitowa - French-10,długość -240 cm-wprowadzana endoskopowo	20 szt.