

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Znak sprawy: EP/220/75/2017/1

Data: 20.10.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 cewników balonowych o bardzo niskim profilu wejścia 0,0157" dla wszystkich średnic i hydrofilnym pokryciu nowej generacji TR2? Oferowany cewnik balonowy dostępny jest w zakresie średnic 1,0 – 3,0 mm oraz długościach 6, 10, 15, 20 mm. Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

ZESTAW 2

Dotyczy Zadania nr 4 - CEWNIK DO MAPPINGU ŻYŁ PŁUCNYCH O STAŁEJ ŚREDNICY PĘTLI

Parametry graniczne

pkt. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika ze średnicą trzonu 7F, 7,5F, 8F oraz z częścią tworzącą pętlę 4F, 5F, 6F ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pkt. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika ze stałą średnicą pętli 15, 20, 25 mm?

Parametry podlegające ocenie jakości

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga cewnika o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1A do SIWZ do zadania nr 4, poz. 1.4.

Pkt.3

Czy Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów za zaoferowanie cewnika nawigacyjnego współpracującego z systemem EnSite Precision?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza współpracę z systemem EnSite Precision, przyznając maksymalną liczbę punktów za oferowany parametr oceny

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 3

zadanie 1 pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 1

ZESTAW 4

zadanie 2 pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 2

ZESTAW 5

zadanie 3 pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun" (schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długościach tip to cuff/długość całkowita: 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach,

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 3

ZESTAW 6

Zadanie nr 1. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy), ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 1

Zadanie nr 2. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy), ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 2

Zadanie nr 3. Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowy), ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 32cm (długość od mufy- 27cm), 36cm (długość od mufy- 31cm),

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga cewnik o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 3

ZESTAW 7

Pytanie 1 – Zadanie nr 1 i 2.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 i 2 dopuści cewniki:

- cewnik dwukanałowy pokryty jonami srebra 13F (o długościach w zakresach podanych w SIWZ);
- kalibrowany przewodnik J 0,9652 x 70 cm;
- rozszerzacz 13 Fr
- igła prosta 17 – 18 G x 7 cm;
- zakrętki luer-lock
- opatrunek?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 1 i 2

Pytanie 2 – Zadanie nr 1 i 2.

Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w Zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 zgodzi się na dostawę tego asortymentu tj. cewników w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub wielokrotności tych opakowań tj. po 5 szt. lub wielokrotność?

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga ilości zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 1 i 2

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94