



Nasz znak: EP/220/62/2018/1

Data: 16. 07.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/62/2018, pn. *Dostawa protez naczyniowych, protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego oraz oprzyrządowania do diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Zadanie 1

Protezy do hemodializy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu protez do hemodializy wykonanej z poliuretanu, samo-zasklepiającej się po nakłuciu, o średnicy tylko 6mm oraz dostępnych długościach 20cm, 30cm, 35cm i 40cm? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 1, poz. 1, 2, 3

ZESTAW 2

Zadanie nr 11 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 i 2 do osobnego zadania. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert w przetargu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 11

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Małgorzata Usielska**