



Nasz znak: EP/220/62/2018/3

Szczecin, dnia 18.07.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/62/2018, pn. Dostawa protez naczyniowych, protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża wodnego oraz oprzyrządowania do diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez do hemodializ o strukturze dwuwarstwowej – warstwa PTFE i warstwa elastomeru, końce protezy bez warstwy elastomerowej celem ułatwienia szycia protezy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

2. Prosimy o informację, czy poprzez „wczesne nakłuwanie protezy” (pkt.1) zamawiający wymaga możliwość nakłuwania protezy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny po implantacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 zadania 1 protezy prostej do hamodializy o średnicy 6mm i długości 25cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadanie nr 1 składa się z 3 pozycji, w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości ustosunkowania się do złożonego zapytania.

4. Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego zadania lub dopuszczenie protezy zwężanej 4-6mm bez możliwości wczesnego nakłuwania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadanie nr 1 składa się z 3 pozycji, w związku z tym Zamawiający nie ma możliwości ustosunkowania się do złożonego zapytania.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2

5. Prosimy o odstąpienie od wymogu heparynizowania protezy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3

6. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłaniającą na drodze hydrolizy niewymagających wstępnego wykrzepiania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4

7. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez naczyniowych nieposrebrzanych tlenkiem srebra, ale z możliwością jonowego łączenia protezy z antybiotykiem o przepuszczalności poniżej 1ml/cm²/min, dwustronnie welurowane z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, protezy uszczelniane żelatyną wchłaniającą na drodze hydrolizy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

8. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 protezy naczyniowe o długości min. 60cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5

9. Czy zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 1 i 2 wymaga łąk dzianych, cienkościennych to jest o grubości ściany nie większej niż 0,36mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6

10. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łąk naczyniowych bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia z antybiotykiem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7

11. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łąk naczyniowych obwodowych szczelnych o wymiarach: 100mm/10mm/0,36mm, brak strzępienia w miejscu przecięcia

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska