

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Znak sprawy: EP/220/75/2017/3

Data: 24.10.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy

ZESTAW 9

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 9, WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA ACCUTRON CT-D MEDTRON AG.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy będzie wymagał dostarczenia do oferty oświadczenia producenta wstrzykiwacza firmę Medtron AG. lub jej autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski, że oferowane materiały zużywalne są zalecane do pracy z wstrzykiwaczem i są z nim w pełni kompatybilne ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia do oferty oświadczenia producenta

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 9, WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA ACCUTRON CT-D MEDTRON AG.

Czy Zamawiający dopuści aby cały zestaw na jednego pacjenta (2 szt. Wkładów, złącze typu „Y”, 2 szt. Ostrzy) charakteryzował się wytrzymałością do 305 psi ?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 9, WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA ACCUTRON CT-D MEDTRON AG.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw materiałów zużywalnych dla jednego pacjenta do wstrzykiwacza Accutron CT-D firmy MEDTRON AG. składający się z:

- dwóch wkładów/strzykawek o pojemności 200 ml
- systemu rurek typu „Y” o długości 180 cm od złącza „Y”, z dwoma bezzwrotnymi zastawkami. Objętość napełnienia: 6,9 ml, Średnica wewnętrzna: 2,0 mm.
- dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 9, WKŁAD DO WSTRZYKIWACZA ACCUTRON CT-D MEDTRON AG.

Zamawiający wymaga zaoferowania 2500 zestawów materiałów zużywalnych.

Czy Zamawiający uzna ofertę za równoważną jeśli Wykonawca zaoferuje:

- 250 zestawów wielogodzinnych o sterylności do 8 godzin wraz z 2500 jednorazowymi wężykami pacjenta z zaworem do zestawów wielogodzinnych oraz 2500 ostrzy do napełniania wkładów.

oraz

- 200 zestawów jednorazowych dla jednego pacjenta ?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający dopuszcza

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94