



Nasz znak:
EP/220/59/2018/1

Data:
24.08.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/59/2018 pn.: Dostawa zestawów jednorazowego użytku do dializy wątrobowej wraz z dzierżawą aparatu oraz dostawa zestawów jednorazowego użytku i płynów do dializy nerkowej wraz z dzierżawą aparatów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy: Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko-strzykawki 3 ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6 ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem, gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara), co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania, np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł, które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi, chroniąc przed działaniem niepożądanym, jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu wymaganej dla pozycji 1 zadania nr 3 ilości, tj. 1 750 opakowań typu Twin Pack po 2 ampułko-strzykawki (3 ml x 2), a w przypadku oferowania opakowania zbiorczego, zawierającego 100 sztuk opakowań typu Twin Pack po 2 ampułko-strzykawki (3 ml x 2) – z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, tj. 1 800 opakowań typu Twin Pack po 2 ampułko-strzykawki (3 ml x 2).

ZESTAW 2

Pytanie 1 do Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. 8 Zadania nr 2 Płyn dializacyjny/substytucyjny o poj. 5 l i składzie:

Na⁺ – 140 mmol/l,

Ca²⁺ – 0 mmol/l, 1,75 mmol/l,

Mg²⁺ – 0,5 mmol/l, 0,75 mmol/l,

Cl⁻ – 106 mmol/l, 109,5 mmol/l, 111,5 mmol/l, 113,5 mmol/l, 120 mmol/l, 122 mmol/l,

HCO₃⁻ – 22 mmol/l, 32 mmol/l,

K⁺ – 0 mmol/l, 2 mmol/l, 4 mmol/l,

Glukoza – 0 mmol/l, 6,1 mmol/l?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 do Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 Zadania nr 2 Płyn bezwapniowy do hemodializy HD/HDF, nie zawierający wapnia, niezbędny do przeprowadzenia zabiegów nerkozastępczych wymienionych w pozycji nr 7 opisu przedmiotu dostawy, z zawartością K⁺ 0 mmol/, 4 mmol/l) o poj. 5 l?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3 do Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści roztwór cytrynianu 18 mmol/l w workach 5000 ml – 2100 sztuk w poz. 10 Zadania nr 2 (1500 ml * 7000 sztuk = 10 500 000 ml, 10 500 000 ml/5000 ml = 2100 sztuk)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 do Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści rozdzielacz łączący dwa worki w poz. 12 Zadania nr 2?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 do Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści Kolec do nakłucia długości min. 69 mm w poz. 13 Zadania nr 2?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 do Zadania nr 4 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści roztwór do hemofiltracji niezbędny do przeprowadzenia zabiegów CVVH z antykoagulacją heparynową w workach dwukomorowych 5 l w poz. 5 Zadania nr 4 o składzie:

Na⁺ - 140 mmol/l,

K⁺ - 0;2;4 mmol/l,

Ca²⁺ - 1,75 mmol/l,

Mg²⁺ - 0,5 mmol/l,

HCO₃⁻ - 32 mmol/l,

Glukoza - 0;6,1 mmol/l?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 do Zadania nr 4 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści dializat bezwapniowy niezbędny do przeprowadzenia zabiegów CVVHD/CVVHDF z antykoagulacją cytrynianową w workach dwukomorowych 5 l w poz. 6 Zadania nr 4 o składzie:

Na+ 140 mmol/l,
K+ 0;4 mmol/l,
HCO₃⁻ 22;32 mmol/l,
Mg²⁺ - 0,5;0,75 mmol/l,
Glukoza - 0;6,1 mmol/l?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 do Zadania nr 4 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści roztwór cytrynianu 18 mmol/l w workach 5000 ml – 60 sztuk w poz. 7 Zadania nr 4 (1500 ml * 200 sztuk = 300 000 ml, 300 000 ml/5000 ml = 60 sztuk)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 05.09.2018r., do godz. 09:00 **na 10.09.2018r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 05.09.2018r. o godz. 09:30 **na 10.09.2018r. o godz. 09:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 10.09.2018r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**

Małgorzata Usielska