

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia
(wymagane parametry)

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk
	BRONCHOFIBEROSKOP Z PRZENOŚNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA-INTUBACYJNY	1 kpl.
Producent.....		Model.....
I.p	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości)
1.	Rok produkcji 2017	
2.	Sprzęt fabrycznie nowy	
3.	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej: nie większa niż 5,2 mm.	
4.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: nie większa niż 5,1 mm.	
5.	Średnica kanału roboczego: minimum 2,55 mm.	
6.	Kierunek widzenia: 0°.	
7.	Kąt obserwacji: minimum 95°.	
8.	Zakres głębi ostrości: minimum 3÷50 mm.	
9.	Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w górę: minimum do 150°.	
10.	Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w dół: minimum do 120°.	
11.	Przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych.	
12.	Możliwość pełnego zanurzenia bronchofiberoskopu w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków.	
13.	Bateryjne diodowe źródło światła do bronchofiberoskopu, kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem. <ul style="list-style-type: none"> • Lampa typu LED. • Wskaźnik żywotności baterii. • Czas ciągłej pracy na jednej baterii: minimum 9 godzin. • Masa nie większa niż 130 g. • Możliwość pełnego zanurzenia źródła światła wraz z bronchofiberoskopem w środku dezynfekcyjnym bez negatywnych skutków. 	
14.	Walizka do przechowywania i transportu bronchofiberoskopu.	
WYMAGANIA DODATKOWE		
15.	Gwarancja 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia	

Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

16.	Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 8 lat od daty zakupu	
17.	W przypadku zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń	
18.	W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii wad, usterek lub innych uszkodzeń	
19.	Możliwość maksymalnie 3 wad, usterek lub innego uszkodzenia awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej wady, usterki lub innego uszkodzenia awarii wymiana aparatu na nowy	
20.	Szkolenie personelu medycznego min. 3 osób w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji jakości	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem	
22.	Dokumenty potwierdzające iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku	
23.	Montaż i uruchomienie	

Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.