



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/90/2018/1

Data:
07.11.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/90/2018 pn.: Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy załącznika nr 1A, wymagane warunki graniczne, zadanie nr 7, punkt: 16:

1. Czy Zamawiający dopuści w przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawę w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu, z uwagi na modułowość aparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przyjazd pracownika serwisu i naprawę w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu wyłącznie w przypadku zaoferowania aparatu modułowego, kiedy każdy z modułów pracuje niezależnie.

Dotyczy załącznika nr 1A, wymagane warunki graniczne, zadanie nr 7, punkt: 17:

2. W związku z tym, że oferowany system nie wymaga posiadania wbudowanej drukarki kodów kreskowych prosimy o wykreślenie wskazanego zapisu.

Odp.: Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarki kodów kreskowych z papierem.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 7, stanowiących załącznik nr 1A-7 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 17 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie ostatniego zdania: z „Wszystkie czynności/urządzenia, sterowniki, drukarka kodów kreskowych z papierem, licencje, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów i uruchomieniem dwustronnej komunikacji - w ramach umowy na koszt Wykonawcy” na „Wszystkie czynności/urządzenia, sterowniki, licencje, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów i uruchomieniem dwustronnej komunikacji - w ramach umowy na koszt Wykonawcy”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-7 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 7, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 5 i 6

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu instalacji analizatora wraz z podłączeniem do LSI do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 5, 6 i 8

3. Czy w przypadku awarii sprzętu Zamawiający wyrazi zgodę na przyjazd pracownika serwisu i naprawę w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 5 dni w tygodniu (w dni robocze)?

Odp.: W zakresie zadania nr 6 – Zamawiający nie wyraża zgody. W zakresie zadania nr 5 i 8 – Zamawiający wyraża zgodę na przyjazd pracownika serwisu i naprawę w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze – 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 5, stanowiących załącznik nr 1A-5 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 16 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu” na „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 5 dni w tygodniu - w dni robocze od poniedziałku do piątku”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-5 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 5, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 8, stanowiących załącznik nr 1A-8 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 3 w odnośniku ósmym zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 5 dni w tygodniu” na „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 5 dni w tygodniu - w dni robocze od poniedziałku do piątku”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-8 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 8, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 3 zmienia treść ust. 7: z „Interwencja Serwisanta lub Serwisantów na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego Serwisanta lub Serwisantów i skuteczna naprawa) nastąpi do 24 godzin (dotyczy zadania nr 1-8) od momentu wysłania zgłoszenia awarii faksem lub drogą elektroniczną na całodobowy adres.” na „(dotyczy

zadania nr 1-8) Interwencja Serwisanta lub Serwisantów na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego Serwisanta lub Serwisantów i skuteczna naprawa) następować będzie w terminach i w sposób opisany w wymaganych warunkach granicznych, stanowiących załącznik nr 1A-1 - 1A-8 do SIWZ” oraz treść ust. 9: z „W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jego obowiązku, o którym mowa w ust. 7 powyżej w stosunku do terminu w ustępie tym określonego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.” na „(dotyczy zadania nr 1-8) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jego obowiązku, o którym mowa w ust. 7 powyżej w stosunku do terminu opisanego w wymaganych warunkach granicznych, stanowiących załącznik nr 1A-1 - 1A-8 do SIWZ, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji dostawy od momentu wpłynięcia zamówienia: maksymalnie 72 godzin od poniedziałku do piątku, maksymalnie 48 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 48 godzin roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 6

6. Czy Zamawiający dopuści analizator używany, po całkowitym przeglądzie serwisowym, z pełną gwarancją?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści analizator bez podajnika próbek?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 8

8. Czy Zamawiający dopuści kontrolę niezależną niezawierającą parametru Witamina B12 aktywna? Wartości dla tego parametru posiadają jedynie dedykowane kontrole producenta zestawu odczynnikowego.

Odp.: Zamawiający dopuści kontrolę niezależną niezawierającą parametru Witamina B12 aktywna.

ZESTAW 3

Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wymagane warunki graniczne – Załącznik nr 1A-1 do SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuszcza w pkt 4 zaoferowanie jednego analizatora składającego się z dwóch modułów połączonych wspólnym podajnikiem, z możliwością ich niezależnej pracy np. moduł pierwszy tryb manualny, moduł drugi tryb podajnikowy, bez możliwości rozdzielenia ich na dwa samodzielne aparaty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego analizatora składającego się z dwóch modułów połączonych wspólnym podajnikiem i wymaga, aby przeprowadzane procedury konserwacji i aktualizacji, przeglądy oraz awarie jednego modułu nie wpływały na pracę drugiego. Zamawiający wymaga, aby każdy z modułów pracował na odrębnym zestawie odczynników.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w pkt 7 pomiar płytek dwiema metodami, w tym jedna optyczna tylko na module posiadającym możliwość oznaczania retikulocytów – możliwość automatycznej weryfikacji metody impedancyjnej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by część odczynników była identyfikowana za pomocą kodów RFID (pkt 10)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy wymagane liniowości są podane dla próbki z pierwszego oznaczenia, bez rozcieńczenia (pkt 15)?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymagane liniowości są podane dla próbki z pierwszego oznaczenia, bez rozcieńczenia.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pkt 34, by w przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu nastąpił w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze – w przypadku, gdy usterki nie da się usunąć zdalnie. Możliwość kontaktu z działem serwisu 7 dni w tygodniu.

Odp.: Zamawiający wymaga w przypadku awarii sprzętu przyjazdu pracownika serwisu i naprawy w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze, 48 godzin w pozostałe dni - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.

Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 1, stanowiących załącznik nr 1A-1 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 34 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie pierwszego zdania: z „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu.” na „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze, 48 godzin w pozostałe dni - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.” i dodaje po nim następujące zdanie: „Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-1 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 4

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 2, pkt 20 warunków granicznych:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia i pokrycia kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy dla poniższych parametrów:
 - Aktywacja płytek indukowana przez ADP, wrażliwa na kłopidogrel,
 - Agregacja płytek zależna od cyklooksygenazy, wrażliwa na kwas acetylosalicylowy.W ofercie dostawców kontroli międzylaboratoryjnych nie ma dostępnego programu dla powyższych parametrów.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 1. Zadanie nr 2:

2. Czy Zamawiający poprzez zapis: „Diluted TT lub czas ekarynowy – monitorowanie Dabigatranu”, ma na myśli chromogeny test do ilościowego oznaczania bezpośrednich inhibitorów trombiny?

Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 2, pkt 31; Zadanie nr 3, pkt 23; Zadanie nr 10, pkt 7; Zadanie nr 11, pkt 28 warunków granicznych:

3. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu wg propozycji: “Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych po ich uznaniu:
 - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych od rozpatrzenia i uznania reklamacji,
 - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych,
 - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 2, pkt 27; Zadanie nr 3, pkt 14 warunków granicznych:

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu podłączenia do LSI i/lub odstąpienia od naliczania kar umownych z tytułu ewentualnego opóźnienia w przypadku, jeśli Wykonawca udokumentuje, że podłączenie do LSI nie było możliwe w terminie wskazanym w SIWZ z powodu braku dotrzymania terminu ze strony właściciela LSI, firmy Asseco, który jest jedynym podmiotem uprawnionym do dokonania podłączenia analizatorów do systemu, a co się z tym wiąże oferent uzależniony jest wprost od jego działań lub zaniechań.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 2, pkt 29; Zadanie nr 3, pkt 16 warunków granicznych:

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości przyjazdu i rozpoczęcia naprawy przez inżyniera serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze, i 48 godzin w pozostałe dni, przy zachowaniu dla Zamawiającego możliwości zgłoszenia usterki przez 24 godziny/7 dni w tygodniu oraz konsultacji telefonicznej z inżynierem dyżurnym.

Odp.: Zamawiający wymaga w przypadku awarii sprzętu przyjazdu pracownika serwisu i naprawy w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze, 48 godzin w pozostałe dni - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.

Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 2, stanowiących załącznik nr 1A-2 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 29 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie pierwszego zdania: z „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu.” na „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze, 48 godzin w pozostałe dni - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.” i dodaje po nim następujące zdanie: „Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”,

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-2 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 16 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie pierwszego zdania: z „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu.” na „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia w dni robocze, 48 godzin w pozostałe dni - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.” i dodaje po nim następujące zdanie: „Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”,

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-3 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 3 zmienia treść ust. 16: z „Wykonawca zapewni przez cały okres trwania Umowy serwis Urządzeń w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazd, części zużywalnych i nieużywalnych z ich wymianą, konserwacja, itp.). Usługi serwisowe, o których mowa w zdaniu poprzednim świadczone będą przez Serwisantów, przez 24 godziny na dobę, w cenie dzierżawy.” na „(dotyczy zadania nr 1-8) Wykonawca zapewni przez cały okres trwania Umowy serwis Urządzeń w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazd, części zużywalnych i nieużywalnych z ich wymianą, konserwacja, itp.). Usługi serwisowe, o których mowa w zdaniu poprzednim świadczone będą przez Serwisantów, w terminach i w sposób opisany w wymaganych warunkach granicznych, stanowiących załącznik nr 1A-1 - 1A-8 do SIWZ, w cenie dzierżawy”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 2, pkt 34; Zadanie nr 3, pkt 24, zadanie nr 11, pkt 30 warunków granicznych:

6. Ze względu na potencjalnie dużą liczbę pracowników, którzy musieliby imiennie podpisać załącznik nr 4, zwracamy się z prośbą o zgodę na podpisanie załącznika nr 4 w imieniu oferenta, przez osoby umocowane do reprezentacji, obejmującego wszystkie zatrudnione przez oferenta osoby.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 3, pkt 3 warunków granicznych:

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania analizatorów umożliwiających pomiar dla wapnia zjonizowanego w zakresie od 0,25 mmol/L do 5,00 mmol/L.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru dla wapnia zjonizowanego: od 0,25 mmol/L.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 3, pkt 7 warunków granicznych:

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego komputera, jeżeli będzie on umożliwiał jednoczesne podłączenie obydwu analizatorów do sieci LIS?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego komputera, ale wymaga dla każdego aparatu indywidualnego interfejsu.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 3, pkt 17 warunków granicznych:

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości przyjazdu i rozpoczęcia naprawy przez inżyniera serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze, i 48 godzin w pozostałe dni, przy zachowaniu dla Zamawiającego możliwości zgłoszenia usterki przez 24 godziny/7 dni w tygodniu oraz konsultacji telefonicznej z inżynierem dyżurnym.

Odp.: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ w ten sposób, że wykreśla pkt 17.

W wyniku wykreślenia w wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ, pkt 17, zmianie ulega numeracja kolejnych punktów, i tak:

- dotychczasowy pkt 18 stanowił będzie pkt 17,
- dotychczasowy pkt 19 stanowił będzie pkt 18,
- dotychczasowy pkt 20 stanowił będzie pkt 19,
- dotychczasowy pkt 21 stanowił będzie pkt 20,
- dotychczasowy pkt 22 stanowił będzie pkt 21,
- dotychczasowy pkt 23 stanowił będzie pkt 22,
- dotychczasowy pkt 24 stanowił będzie pkt 23.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 11, pkt 21 warunków granicznych:

10. Ze względu na technologię produkcji zastosowaną w analizatorze, producent nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów, wobec powyższego zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dokonywania przeglądów okresowych.

Odp.: W przypadku zaoferowania analizatora, którego producent nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów, Zamawiający nie będzie wymagał okresowych przeglądów serwisowych. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć stosowne oświadczenie producenta.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 11, pkt 23 warunków granicznych:

11. Ponieważ przesyłanie wyników pomiędzy systemami pośrednimi, np. systemem POCcelerator, a systemem LIS/HIS uzależnione jest od uprzedniego uruchomienia komunikacji pomiędzy tymi systemami, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony po podłączeniu przez oferenta analizatora wyłącznie do systemu nadzorującego POCT, czego efektem będzie komunikacja analizatora z systemem nadzorującym?

Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 11, stanowiących załącznik nr 1A-11 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 23 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia analizatora do systemu nadzorującego analizatory POCT „POCcelerator” firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. będącego własnością SPWSZ w Szczecinie – w terminie 21 dni kalendarzowych od instalacji wraz z przesyłaniem wyników pacjentów do HIS/LIS Zamawiającego. Obecnie Użytkowany jest system f. Asseco – „InfoMedica” na „Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia analizatora do systemu nadzorującego analizatory POCT „POCcelerator” firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. będącego własnością SPWSZ w Szczecinie – w terminie 21 dni kalendarzowych od instalacji”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-11 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 11, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 11, pkt 24 warunków granicznych:

12. Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego uznania warunku za spełniony, jeśli Oferent zapewni, techniczną możliwość przesyłu wymaganych zgodnie z punktem 24 danych z systemu POCcelerator do LIS/HIS. Prośbę motywujemy faktem, że sposób i możliwość wyświetlania poszczególnych danych w systemie LIS/HIS, uzależnione jest od konfiguracji i możliwości technicznych systemu LIS/HIS, którego właścicielem jest strona trzecia, tj. firma Asseco, będąca niezależnym podmiotem, a oferent nie ma wpływu na ew. brak niektórych z oczekiwanych przez Zamawiającego funkcjonalności po stronie oprogramowania LIS/HIS.

Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 11, stanowiących załącznik nr 1A-11 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 24 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „Przesyłanie danych do LSI InfoMedica obejmuje elementy: 1/ identyfikacja operatora za pomocą karty zawierającej kod kreskowy – przed wykonaniem badania, 2/ identyfikacja pacjenta za pomocą kodu kreskowego – przed wykonaniem badania, 3/ każdy indywidualny wynik zatwierdzony automatycznie po wykonaniu badania, 4/ przesłanie indywidualnego wyniku z zakresu POCT do HIS wraz z umieszczeniem wyniku w karcie informacyjnej, 5/ generowanie indywidualnego wydruku wyniku z zakresu POCT z danymi: imię i

nazwisko pacjenta, data urodzenia, PESEL, płeć, data i godzina rejestracji, data i godzina wykonania badania, wynik badania podany ilościowo, jednostka wyniku, zakres referencyjny i pomiarowy dla testu, dane osoby wykonującej badanie – imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu oraz pole z możliwością wpisania komentarza, 6/ zapewnienie niezależnego podglądu każdego wyniku nie poprzez stronę internetową ale w module "Laboratorium" – jako wyniku badania z obszaru POCT, nie zaś wyniku laboratoryjnego przypisanego do danego stanowiska pomiarowego" na „Przesyłanie danych z analizatora do systemu nadzorującego analizatory POCT „POCcelerator” będącego własnością SPWSZ w Szczecinie obejmuje elementy: 1/ identyfikacja operatora za pomocą kodu kreskowego, 2/ identyfikacja pacjenta za pomocą kodu kreskowego, 3/ datę i godzinę rejestracji, 4/ datę i godzinę wykonania badania, 5/ wynik badania podany ilościowo z jednostką wyniku”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-11 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 11, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy Załącznika nr 1A-2. Zadanie nr 11, pkt 26 warunków granicznych:

13. Prosimy o dopuszczenie wymiany aparatu również na aparat zastępczy na czas naprawy w przypadku, jeśli usterka będzie umożliwiała naprawę i przywrócenie aparatu do działania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 1B-2. Zadanie nr 3, pkt 2:

14. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku analizatora umożliwiającego wykonanie badania w tzw. trybie mikropróbki, który daje operatorowi możliwość wykonania z tej samej próbki oddzielnie pomiaru PH, pO₂, pCO₂ i w zależności od tego jak dużo badanego materiału będzie dostępne, jeden lub kilka analitów z poniższego panelu NA, K+, CA++, CL-.

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Dotyczy wzoru umowy § 1 PRZEDMIOT UMOWY, punkt 4.1:

15. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia Urządzenia na 21 dni kalendarzowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 1 PRZEDMIOT UMOWY, punkt 10:

16. Uprzejmie prosimy o zmianę słowa „zagwarantowania” na „zapewnienia”.

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy, a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja”/„gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są m.in. takie słowa, jak „zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że”, „odpowiedzialność”, itp.

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 1 PRZEDMIOT UMOWY, punkt 14:

17. Uprzejmie prosimy o zmianę słowa „gwarantuje” na „oświadcza”.

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy, a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja”/„gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są m.in. takie słowa, jak „zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że”, „odpowiedzialność”, itp.

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, 2:

18. Uprzejmie prosimy o zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewnia”.

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy, a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja”/„gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są m.in. takie słowa, jak „zobowiązuje się”, „zapewnia”, „oświadcza, że”, „odpowiedzialność”, itp.

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA, punkt 7:

19. Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu skutecznej naprawy urządzeń na 3 dni robocze. Naprawy analizatorów wiążą się niekiedy z koniecznością dostarczenia części zamiennych, które są wysyłane z magazynów zagranicznych, przez co sam

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA:

20. Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych do 10% rocznej wartości umowy netto.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007r. I CSK 420/06. Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalenie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZĄDZENIA, punkt 10:

21. Uprzejmie prosimy o zmianę treści na „10. W przypadku wykonania 3 takich samych napraw danego Urządzenia, tj., tej samej części jego części lub podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić

Urządzenie na nowe (o takich samych parametrach), w terminie odpowiadającym wskazanemu w § 1 ust. 4.1 Umowy.”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZADZENIA, punkt 16:

22. Prosimy o ograniczenie do dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 5 w zestawie 4 zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – zmieniając treść ust. 16 w § 3.

Dotyczy wzoru umowy § 3 PRZEDMIOT DZIERŻAWY – URZADZENIA:

23. Prosimy o dodanie akapitu o treści: „Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie.”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 4 KARY UMOWNE, punkt 3:

24. Prosimy o doprecyzowanie, że dostarczenie reklamowanych odczynników nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji (inaczej jej rozpatrywanie nie miałyby sensu), chyba , że reklamacja dotyczy braku w ilości dostarczonych odczynników. W pozostałych przypadkach termin 24 h w dni robocze liczony będzie od upływu terminu 5 dni roboczych w przypadku uznania reklamacji).

Odp.: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy wzoru umowy § 4 KARY UMOWNE:

25. Prosimy o ograniczenie wysokości kar umownych do 10% rocznej wartości umowy netto.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007r. I CSK 420/06. Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10 KARY UMOWNE:

26. Prosimy o dodanie akapitu o treści „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do kwoty rocznej wartości umowy liczonej jako 1/3 całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ROZWIĄZANIE UMOWY, punkt 1:

27. Prosimy o wprowadzenie ograniczenia „w okresie danych 12 miesięcy obowiązywania umowy”. W obecnej formie terminy są wyśrubowane i narażają wykonawcę na ryzyko odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy § 6 ROZWIĄZANIE UMOWY, punkt 2:

28. Prosimy o zmianę treści na: „W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-12, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji Umowy przed rozwiązaniem zgodnie z jej postanowieniami, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym po bezskutecznym upływie ww. dodatkowego terminu.”.

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach/stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych, § 2 ust. 4:

29. Uprzejmie prosimy o zmianę zapisów na:

1. Wykonawca zleca podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez

Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

2. Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem

3. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

6. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:

a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

7. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

8. W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia, np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyrażnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerty wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zastąpienie ust. 4 następującymi zapisami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

Dotyczy § 4 ust. 2 i 3:

30. Prosimy o usunięcie i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy o przepisy kodeksu cywilnego (czyli min. wykazaniem zawinionego działania/zaniechania Wykonawcy, adekwatnego związku przyczynowego, wystąpienia i wysokości poniesionej szkody).

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

ZESTAW 5

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ dla zadania nr 4. Warunki graniczne pkt 23:

1. Prosimy o podanie kubatury pomieszczeń w miejscu pracy urządzeń oraz przechowywania odczynników.

Odp.: Zamawiający podaje poniżej wymiary pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:

- pomieszczenie nr 1.34: 1,95 x 4,80 [m]
- pomieszczenie nr 1.38: 2,00 x 2,40 [m]
- pomieszczenie nr 2.24: 2,30 x 4,60 [m]
- pomieszczenie nr 2.25: 5,90 x 10,70 [m]
- pomieszczenie nr 2.32: 2,50 x 2,90 [m]
- pomieszczenie nr 2.34: 2,50 x 4,60 [m]
- pomieszczenie nr 2.28: 2,00 x 4,60 [m]
- pomieszczenie nr 2.27: 2,30 x 4,60 [m]

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ dla zadania nr 4. Warunki graniczne pkt 11, 12, 13, 35:

2. Prosimy o podanie zakresu prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń.

Odp.: Zakres prac związanych z dostawianiem pomieszczeń jest uzależniony od konfiguracji i parametrów zaproponowanego sprzętu. W związku z indywidualnymi wymaganiami aparatów Zamawiający wyznaczył na dzień 24.10.2018r. możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ dla zadania nr 4. Warunki graniczne pkt 4 i pkt 6:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na monitorowanie TAT na podstawie danych otrzymanych z systemu LSI bez czasu realizacji wydania wyników, gdyż jest to zagadnienie dotyczące systemu LSI?

Odp.: Zamawiający wymaga monitorowania TAT, czyli czasu obiegu próbki od momentu rejestracji w LSI do momentu autoryzacji wyniku.

Dotyczy SIWZ, rozdział VI ppkt f w zakresie zadania nr 4:

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje oferowanych analizatorów – były dołączone do oferty na płycie CD?

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

W przypadku negatywnej odpowiedzi: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ww. instrukcje były poświadczone za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie?

Odp.: Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian.

Dotyczy SIWZ, rozdział VI pkt 11 w zakresie zadania nr 4:

5. Zamawiający wymaga, aby instrukcje oferowanych analizatorów były dołączone wraz z ofertą, pozwalającą na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu powtórneho dołączenia instrukcji w II etapie składania oferty?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – projekt umowy:

1. Par. 1 ust. 4 tiret 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku)"?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Par. 1 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Par. 1 ust. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Par. 1 ust. 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp.: Szacowana liczba osób, które będą przeszkolone wynosi 20-30.

5. Par. 2 ust. 6, Par. 2 ust. 6 pkt 6.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Par. 3 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Par. 3 ust. 9, ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej wynosiła 100 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Par. 3 ust. 9, ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Par. 3 ust. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Par. 3 ust. 25 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odp.: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

11. Par. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Par. 4 ust. 3 pkt 3.1, Par. 4 ust. 4, Par. 4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej wynosiła 100 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Par. 4 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Par. 4 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Par. 6 ust. 1 pkt 1-12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Dotyczy Rozdziału IV pkt 1 ppkt 2 litera f) SIWZ i pkt 6.3.2.2. SIWZ – instrukcje obsługi (dotyczy zadania nr 1 i 6):

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by do oferty dołączyć tylko te strony instrukcji oferowanego aparatu, na których znajdują się informacje potwierdzające spełnienie parametrów określonych w załączniku nr 1A – Wymagane warunki graniczne? Z uwagi na objętość instrukcji (ok. 300 – 400 stron) wymóg dołączenia całych instrukcji powoduje, że oferta będzie zawierała ponad 600 stron.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 1A-1 do SIWZ (dla zadania nr 1):

2. Dot. pkt 8 - Zamawiający wymaga, by parametry były potwierdzone na podstawie oświadczenia. Czy samo potwierdzenie TAK w tabeli warunki graniczne jest wystarczające? Czy Zamawiający wymaga jakiegoś odrębnego oświadczenia od Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wymaga odrębnego oświadczenia.

3. Dot. pkt 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatorów hematologicznych, w których nie jest wymagane monitorowanie ścieków? Wszystkie odczynniki proponowane do obu analizatorów nie zawierają substancji toksycznych takich metanol oraz glikolu etylenowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. pkt 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatorów hematologicznych, w których liniowość parametrów oznaczanych w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz w płynie z jam ciała wynosi od 15 do 10 000/ μ l dla WBC oraz od 10 000 do 5 000 000/ μ l dla RBC?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dot. pkt 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatorów hematologicznych, w których liniowość dla WBC wynosi do 350 tyś/ μ l?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dot. pkt 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których %Hypo zastąpiony jest parametrem raportowanym na wyniku takim jak procent mikrocytozy MIC% oraz makrocytozy MAC%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza parametry procent mikrocytozy MIC% oraz makrocytozy MAC% wyłącznie w przypadku, gdy są równoważne z odsetkiem erytrocytów hypochromicznych.

7. Dot. pkt 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatorów hematologicznych, w których maksymalna objętość próbki 5 DIFF wynosi 110 μ l?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące PROJEKTU UMOWY – załącznik nr 4 do SIWZ:

8. Dot. par. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by realizacja zamówień odczynników w pakiecie nr 1 i pakiecie nr 6 wynosiła 72 godziny, a dla dostaw w trybie „cito” w ciągu 48 godzin (od poniedziałku do piątku)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dot. par. 1 pkt 4.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzenia w pakiecie 1 i pakiecie 6 wynosił 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 poz. 120-125:

Prosimy o wyłączenie pozycji 120-125 z zadania nr 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, łatwego w identyfikacji, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu nr 4, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie wysokiej jakości testy w niższych cenach niż faworyzowana konkurencja, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 poz. 156:

Prosimy o wyłączenie pozycji 156 z zadania nr 4 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu nr 4, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie bezpieczne nakłuwacze jednorazowego użytku, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

I. Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 1, Wymagane warunki graniczne – Załącznik nr 1A-1 do SIWZ, pkt 31:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną Zamawiający nie dopuszcza użytkowania analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.

II. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy:

§ 1 ust. 3:

Prosimy o zmianę wyrażenia „wartość odczynników” na „rodzaj odczynników”, gdyż dostarczany wraz z odczynnikami dokument dostawy potwierdza ilość i rodzaj zamówionych odczynników.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 1 ust. 9:

W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 1 ust. 10:

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Zapis nie dotyczy okoliczności gdy Wykonawca wstrzyma dostawy w sytuacji, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC, gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie, że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 1 ust. 15:

Uprzejmie prosimy o modyfikację wyrażenia „przez Serwisantów” na „w imieniu Serwisantów”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników działających w jego imieniu jak za własne. Powyższa modyfikacja uprości formalności związane z podpisaniem umowy, zachowując w pełni prawa Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 2 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił **30 dni**?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 3 ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu nastąpił w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia „w dni robocze – w przypadku, gdy usterki nie da się usunąć zdalnie”?

Jeżeli tak to prosimy o dodanie zacytowanego wyżej zdania.

Odp.: Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 3 w zestawie 2 zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – zmieniając treść ust. 7 w § 3.

§ 3 ust. 9 oraz § 4 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 300,00 zł na 200,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 3 ust. 10:

Prosimy o zastąpienie wyrażenia „*jakiegokolwiek*” wyrażeniem „*tej samej*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 3 ust. 13 w związku z § 3 ust. 18:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisów poprzez dodanie zdania: *"lecz nie więcej niż raz w ciągu trwania umowy"*.

Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając większą ilość przeniesień i podłączeń, co oznacza, że cena ofertowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający określił maksymalną ich ilość.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej gdy godzina zwłoki z 100,00 zł na 50,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 4 ust. 3.1 oraz § 4 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 500,00 zł na 300,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 4 ust. 7:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostającej do realizacji umowy**, nie zaś od wartości całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, rozwiązanie umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 4 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 30% Wynagrodzenia na 20%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

III. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4B do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy w § 1 ust. 6:

„Serwis urządzeń w czasie obowiązywania umowy może być również realizowany zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający

umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych."

Umożliwi to sprawniejszą realizację postanowień umownych dotyczących serwisowania dzierżawionych urządzeń przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 4B do SIWZ w ten sposób, że w § 1 po dotychczasowym ust. 5 dodaje ust. 6 o treści: „Serwis urządzeń w czasie obowiązywania umowy może być również realizowany zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4B do SIWZ – umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 9

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie nr 4:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę kortyzolu w surowicy (poz. 69) i kortyzolu w ślinie (poz. 70) jako jednej pozycji. Do obydwu oznaczeń oferujemy ten sam odczynnik i ten sam kalibrator.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie nr 4:

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do oznaczania Prokalcytoniny (poz. 77) met. elektrochemiluminescencji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie nr 4:

3. Prosimy o wyrażenie zgody, by parametry wymienione w pozycjach 109-111, oznaczane były poza oferowanymi analizatorami.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4) pkt 9:

4. Prosimy o wyrażenie zgody, by identyfikacja wszystkich odczynników odbywała się przy użyciu kodów kreskowych lub etykiet RFID.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4) pkt 18 i 19:

5. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie do dwóch serii materiału kontrolnego dla immunochemii w ciągu każdego roku trwania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, ale jednocześnie dopuszcza zaoferowanie kontroli innego producenta – spełniającej wymagany warunek.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4) pkt 57:

6. Prosimy o wskazanie dostawcy i nazwy programu lub wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu zapewnienia i pokrycia kosztów udziału w kontroli międzynarodowej dla parametrów: kortyzol w ślinie, PIVKA, ultrasonat krętków Reitera (*Treponema phagedenis* biotyp Reiter) w surowicy i PMR, surowica przeciw ludzkim gammaglobulinom (znakowana izotiocyanianem fluoresceiny). Według danych Wykonawcy kontrole do wymienionych parametrów nie są komercyjnie dostępne.

Odp.: Wybór dostawcy i nazwy programów kontroli międzylaboratoryjnej należy do Wykonawcy.

Dla parametrów:

- kortyzol w ślinie,
 - PIVKA,
 - ultrasonat krętków Reitera (*Treponema phagedenis* biotyp Reiter) w PMR,
- Zamawiający wymaga jej dostawy od czasu jej dostępności na rynku.

Dla parametrów:

- ultrasonat krętków Reitera (*Treponema phagedenis* biotyp Reiter) w surowicy,
 - surowica przeciw ludzkim gammaglobulinom (znakowana izotiocyanianem fluoresceiny),
- wystarczającą będzie kontrola SOWA-Med Nr 5880 (Serologia kiły).

Dotyczy parametrów granicznych - Załącznik nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4):

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu instalacji do 60 dni kalendarzowych z uwagi na okres świąteczny?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 4, stanowiących załącznik nr 1A-4 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 52 zmienia treść kolumny 2 (Warunki graniczne): z „Wykonawca zobowiązuje się do instalacji: wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy wraz z podłączeniem do LSI w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy” na „Wykonawca zobowiązuje się do instalacji: wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy wraz z podłączeniem do LSI w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-4 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 4, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 1 zmienia treść ust. 4.2: z „(dotyczy zadania nr 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić Urządzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego. Dostawa, instalacja i uruchomienie Urządzeń zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym." na **„(dotyczy zadania nr 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić Urządzenia w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa, instalacja i uruchomienie Urządzeń zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym.”**, a w ust. 1 § 6 zmienia treść pkt 8): z „(dotyczy zadania nr 4) niedostarczenia Urządzeń w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,” na **„(dotyczy zadania nr 4) niedostarczenia Urządzeń w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,”**.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, pkt 16:

8. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis "Usługi serwisowe, o których mowa w zdaniu poprzednim świadczone będą przez Serwisantów, przez 24 godziny na dobę, w cenie dzierżawy" na " Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, w cenie dzierżawy"?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4) pkt 54:

9. Czy Zamawiający zgodzi się, aby czas naprawy wynosił 24h w dni robocze?

Odp.: Zamawiający wymaga w przypadku awarii sprzętu przyjazdu pracownika serwisu i naprawy w ciągu 24 godzin 7 dni w tygodniu od momentu wysłania zgłoszenia - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.

Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 4, stanowiących załącznik nr 1A-4 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 54 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie pierwszego zdania: z „W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zgłoszenia – 7 dni w tygodniu.” na **„W przypadku awarii sprzętu przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin 7 dni w tygodniu od momentu wysłania zgłoszenia - w przypadku, gdy awarii nie da się usunąć zdalnie.” i dodaje po nim następujące zdanie: **„Zamawiający wymaga zapewnienia kontaktu z działem serwisu, czyli konsultację telefoniczną z inżynierem dyżurnym oraz przyjęcie zgłoszenia usterki przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”**.**

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-4 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 4, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4) pkt 55:

10. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis "Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy dzierżawy – 24 godziny przez 7 dni w tygodniu" na "Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu, w cenie dzierżawy"?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Załącznika nr 1A-4 do SIWZ (dla zadania nr 4) pkt 58:

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku uzyskania wyniku niezgodnego ze stanem klinicznym pacjenta, wykonanie oznaczenia oraz dostarczenia wyniku z innego laboratorium odbyło się w czasie nie dłuższym niż 24h w dni robocze"?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto:

(1)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie samej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

- w spisie treści zmienia nazwę Załącznika nr 6: z „Wykaz osób” na „Wykaz osób dla zadania nr 1-4, 6 i 7”,

- w rozdziale IV zmienia treść tego rozdziału:

z „Termin wykonania zamówienia:

- sukcesywnie przez okres 30 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania (dotyczy zadania nr 1-3, 4 (od pozycji 1 do 129) i 5-11),

- sukcesywnie przez okres 28 miesięcy od dnia 11.03.2019r. z możliwością zmiany terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania (dotyczy zadania nr 4 (od pozycji 130 do 168)).”

na „Termin wykonania zamówienia:

- sukcesywnie przez okres 30 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania (dotyczy zadania nr 1-3, 4 (od pozycji 1 do 129) i 5-11),

- sukcesywnie przez okres 28 miesięcy od dnia 11.03.2019r. z możliwością zmiany terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania (dotyczy zadania nr 4 (od pozycji 130 do 168)).” Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku przeciągającego się postępowania o udzielenie zamówienia.”,

- w rozdziale V w ppkt 2) pkt 1 zmienia treść litery c) o nazwie „w zakresie : zdolności technicznej lub zawodowej.”:

z „Dotyczy zadania nr 1-4, 6 i 7:

Opis warunku: Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora.*

* warunek nie dotyczy analizatora OB w zadaniu nr 4 oraz wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 1 ppkt 2 litera c) musi zostać spełniony przez tych wykonawców łącznie.”

na „Dotyczy zadania nr 1-4, 6 i 7:

Opis warunku: Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 1 ppkt 2 litera c) musi zostać spełniony przez tych wykonawców łącznie.”,

- w rozdziale VI w ppkt 1) pkt 5 zmienia treść litery a): z „wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.” na „wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (dotyczy zadania nr 1-4, 6 i 7).”,

- w rozdziale X w ppkt f) pkt 3 zmienia treść drugiego zdania litery f): z „INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.” na „INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 24 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZLIWEJ KONKURENCJI (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.) i powinny być odrębną częścią, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.”

(2)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

- dla zadania nr 3, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 3 - w kolumnie 3 (Ilość badań bez kalibracji i kontroli w okresie 30 miesięcy) zmienia ilość badań: z „50 000” na „25 000” i dodaje nową pozycję 4:

4.	Zestaw do badań – parametry krytyczne: - strzykawka samo-napełniająca się wyposażona w samo-wentylującą się membranę z napyłoną suchą heparyną litową balansowaną jonami wapnia – o pojemności około 1 ml, - bezpieczna igła - posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem się operatora, - zatyczka	25 000
----	--	--------

W wyniku dodania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, po dotychczasowej pozycji 3 – nowej pozycji 4, zmianie ulega numeracja kolejnych pozycji, i tak:

- dotychczasowa pozycja 4 stanowiła będzie pozycję 5,
- dotychczasowa pozycja 5 stanowiła będzie pozycję 6.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- dla zadania nr 6, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 1 - w kolumnie 3 (Ilość badań bez kalibracji i kontroli w okresie 30 miesięcy) zmienia ilość badań: z „12 750” na „27 500”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- dla zadania nr 9, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że zmienia nazwę zadania: z „Dostawa zestawów do oznaczania parametrów w moczu metodą kolumnową, testu TPHA w surowicy oraz materiałów kontrolnych wraz z oprogramowaniem do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie 30 miesięcy” na „Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora CoaguChek Pro II firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., będącego własnością SPWSZ w Szczecinie w okresie 30 miesięcy”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(3)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 1, stanowiących załącznik nr 1A-1 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 34 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia treść zapisu odnoszącego się do warunku udziału w postępowaniu: z „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwie) osobami, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora*"

* warunek nie dotyczy wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku” na „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwie) osobami, posiadającymi minimum roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-1 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(4)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 2, stanowiących załącznik nr 1A-2 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 29 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia treść zapisu odnoszącego się do warunku udziału w postępowaniu: z „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwie) osobami, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora*"

* warunek nie dotyczy wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku” na „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwie) osobami, posiadającymi minimum roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-2 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(5)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1A-3 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt 3 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie ostatniego sformułowania: z „(potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi, ulotki – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi)” na „(potwierdzenie na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 11 ppkt 1) SIWZ)/instrukcji obsługi – prosimy o wpisanie w kolumnie obok numeru odpowiedniej strony instrukcji obsługi”,

w pkt 16 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia treść zapisu odnoszącego się do warunku udziału w postępowaniu: z „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora*

* warunek nie dotyczy wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku” na „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-3 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(6)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 4, stanowiących załącznik nr 1A-4 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 54 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia treść zapisu odnoszącego się do warunku udziału w postępowaniu: z „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora*

* warunek nie dotyczy analizatora OB oraz wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku” na „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-4 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 4, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(7)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 6, stanowiących załącznik nr 1A-6 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 15 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia treść zapisu odnoszącego się do warunku udziału w postępowaniu: z „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora*

* warunek nie dotyczy wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku” na „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum roczne

doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-6 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(8)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 7, stanowiących załącznik nr 1A-7 do SIWZ w ten sposób, że w pkt 16 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia treść zapisu odnoszącego się do warunku udziału w postępowaniu: z „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora*"

* warunek nie dotyczy wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku” na „Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, posiadającymi minimum roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-7 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 7, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(9)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymaganych warunków granicznych dla zadania nr 11, stanowiących załącznik nr 1A-11 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt 5 - w kolumnie 2 (Warunki graniczne) zmienia brzmienie pierwszego sformułowania: z „Pomiar w oparciu o pojedyncze karty/kasety testowe – jednorazowego użytku, zawierające wszystkie elektrody, gazy kalibracyjne i pojemniki ściekowe, przechowywane w temperaturze pokojowej)” na „Pomiar w oparciu o pojedyncze karty/kasety testowe – jednorazowego użytku, zawierające wszystkie elektrody, płyny kalibracyjne i pojemniki ściekowe, przechowywane w temperaturze pokojowej”,

- w pkt 30 – w kolumnie 2 (Warunki graniczne) rozszerza wykaz dokumentów, do których dostarczenia w wersji drukowanej w języku polskim wraz z analizatorem zobowiązany jest Wykonawca o kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A-11 do SIWZ – wymaganych warunkach granicznych dla zadania nr 11, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(10)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 3, stanowiących załącznik nr 1B-3 do SIWZ w ten sposób, że pod tabelą zmienia treść części pod nazwą „Uwaga!": z „1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „tak” lub „nie” w pozycji 1 i 2. 2) Nie wypełnienie tabeli (nieskreślenie odpowiednio słowa „tak” lub „nie” w pozycji 1 i 2) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.” na „1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „tak” lub „nie” w pozycji 1, 2 i 3. 2) Nie wypełnienie tabeli (nieskreślenie odpowiednio słowa „tak” lub „nie” w pozycji 1, 2 i 3) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1B-3 do SIWZ – parametrach podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(11)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 11, stanowiących załącznik nr 1B-11 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 1 zmienia treść kolumny 2 (Parametr jakościowy): z „Zapewnienie oznaczania wszystkich parametrów w jednej fiołce materiału kontrolnego. Wymagane minimum 3 różne poziomy materiału kontrolnego (potwierdzenie na podstawie oświadczenia - w kolumnie należy podać nazwę i producenta proponowanej kontroli)” na „Zapewnienie w ramach dzierżawy dodatkowego czytnika kart/kaset testowych z komunikacją bezprzewodową z oferowanym terminalem (potwierdzenie na podstawie oświadczenia)”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1B-11 do SIWZ – parametrach podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 11, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(12)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, że zmienia treść pkt 2: z „Oświadczam(-my), że odczynniki i wyroby, stanowiące przedmiot zamówienia będą(-dziemy) dostarczać na swój koszt do siedziby Zamawiającego loco Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w godzinach od 08:00 do 14:00 w dni robocze, zgodnie z terminami wskazanymi w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, przez cały okres trwania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania.” na „Oświadczam(-my), że odczynniki i wyroby, stanowiące przedmiot zamówienia będą(-dziemy) dostarczać na swój koszt do siedziby Zamawiającego loco Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Magazyn Medyczny przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w godzinach od 08:00 do 14:00 w dni robocze, zgodnie z terminami wskazanymi w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, przez cały okres trwania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(13)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza asortymentowo-cenowego (oferty asortymentowo-cenowej), stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ w ten sposób, że zmienia treść odnośnika *) - znajdującego się pod tabelą nr 3: z „należy wymienić nazwy urządzeń, będących przedmiotem dzierżawy, z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 1A do SIWZ dla zadania nr 1-7 i 11” na „należy wymienić nazwy urządzeń, będących przedmiotem dzierżawy, z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 1A do SIWZ dla zadania nr 1-8 i 11”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym (ofercie asortymentowo-cenowej), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(14)

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że:

- w § 1 zmienia treść ust. 3: z „Dostawy Odczynników/wyrobów następować będą wraz z fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym ilość i wartość Odczynników/wyrobów do Magazynu Zakładu Diagnostyki

Laboratoryjnej Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie - budynek I w czasie godzin jego pracy od 08:00 do 14:00 w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego złożone faksem/drogą elektroniczną zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego" na „Dostawy Odczynników/wyrobów następuwać będą wraz z fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym ilość i wartość Odczynników/wyrobów: (dotyczy pozycji 3 i 4 zadania nr 3 oraz pozycji 130-157 i 159-168 zadania nr 4) do Magazynu Medycznego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie – budynek P oraz do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie - budynek I w czasie godzin jego pracy od 08:00 do 14:00 w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego złożone faksem/drogą elektroniczną zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego.”,

- w § 3 po dotychczasowym ust. 22 dodaje ust. 23 o treści: „W przypadku, gdy Zamawiający do czasu upływu terminu, o którym mowa w § 5, nie wykorzysta całości zamówionej partii Odczynników/wyrobów, uprawniony będzie do użytkowania Urządzeń w okresie, o którym mowa w ust. 22 powyżej, w ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.”,

W wyniku dodania w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, po dotychczasowym ust. 22 - nowego ust. 23, zmianie ulega numeracja kolejnych ustępów, i tak:

- dotychczasowy ust. 23 stanowił będzie ust. 24,
- dotychczasowy ust. 24 stanowił będzie ust. 25,
- dotychczasowy ust. 25 stanowił będzie ust. 26,
- dotychczasowy ust. 26 stanowił będzie ust. 27.

- w § 6 w ust. 1 zmienia treść pkt 6): z „co najmniej dwukrotnej dostawy Odczynników/wyrobów poza miejsce określone w Umowie, tj. Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie lub po godzinach jego pracy, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy,” na „co najmniej dwukrotnej dostawy Odczynników/wyrobów poza miejsce określone w Umowie, tj. Magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Magazyn Medyczny Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie lub po godzinach jego pracy, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy,”,

- w § 7 w ust. 2 zmienia treść pkt 7): z „zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;” na „zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym dzierżawy Urządzeń, w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;”,

- do wykazu załączników znajdujących się na str. 11 dodaje Załącznik nr 7 – wykaz osób (załącznik nr 6 do SIWZ dla zadania nr 1-4, 6 i 7).

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Szczecinie

Małgorzata Usielska