



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Znak sprawy:
EP/220/91/2017/2

Data:
06.11.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/91/2017, pn. Dostawa sprzętu endoskopowego w ramach projektu: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r. „ dla SPWSZ w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przesunięto termin składania ofert:

Pytania Wykonawcy

ZESTAW 2

Pytanie nr 1 - dotyczy - pkt. 11 - Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na jednorazowe przyłącza ssania ze względu na minimalne ryzyko skażenia biologicznego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 2 - dotyczy - pkt. 15 - Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres gwarancji 12 miesięczny ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3 – dotyczy –pkt. 17 - Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 17 na następujący:

W przypadku zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad, usterek lub innych uszkodzeń, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 12 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w zestawie 1 pytanie 2 (pismo EP/220/91/2017/1 z dnia 03.11.2017 r.)

Pytanie nr 4 – dotyczy –pkt. 19 - Załącznik nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 19 na następujący:

Możliwość maksymalnie 3 wad, usterek (gwarancyjnych) lub innego uszkodzenia awarii (gwarancyjnej) o tych samych objawach w przypadku wystąpienia piątej wady, usterki (gwarancyjnej) lub innego uszkodzenia awarii wymiana aparatu na nowy

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w zestawie 1 pytanie 5 (pismo EP/220/91/2017/1 z dnia 03.11.2017 r.)

Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 4 pkt. 15, 16 na następujący:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4

Centrala: 91 813 90 00

Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11

Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13

Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



15. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, usterki (gwarancyjnej) lub innego uszkodzenia gwarancyjnego tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania gwarancji.

16. W przypadku stwierdzenia po raz piątej takiej samej wady, usterki (gwarancyjnej) lub innego uszkodzenia gwarancyjnego, Wykonawca dokona wymiany sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy lub innej części Przedmiotu Umowy (w zależności od tego czego dana wada, usterka lub inne uszkodzenie dotyczyły), na nowy/nową w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego po raz piąty tej samej wady, usterki gwarancyjnej lub innego uszkodzenia gwarancyjnego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w zestawie 1 pytanie 5 (pismo EP/220/91/2017/1 z dnia 03.11.2017 r.), który otrzymuje brzmienie:

„15. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania gwarancji.

16. W przypadku stwierdzenia po raz czwarty takiej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia, Wykonawca dokona wymiany elementu sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy lub innej części Przedmiotu Umowy (w zależności od tego czego dana wada, usterka lub inne uszkodzenie dotyczyły), na nowy/nową w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego po raz czwarty tej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia.”

Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 pkt. 1.) na następujący:

3) za nieprzeprowadzenie szkoleń – w wysokości 100,00 pln za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 07.11.2017r., do godz. 12:00 na **09.11.2017r., do godz. 12:00,**

- **otwarcie ofert** – z 07.11.2017r. o godz. 12:30 na **09.11.2017r. o godz. 12:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 09.11.2017r., do godz. 12:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 - II piętro”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11

Centrala: 91 813 90 00

Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13

Fax. 91 813 90 09

Fax. 91 462 04 94