

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/73/2017/1

Data:
26.09.2017r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/73/2017 pn.: Dostawa stentgraftów, cewników oraz przewodników diagnostycznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 4

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 cewników diagnostycznych o różnych końcówkach (VTK, H1, C1, C2, C3, SIM1, SIM2, SIM3, JB1, JB2, JB3, WNBG, VAL, DAV, VERT, RIM, BMC, KMP, TIPS, HET, MPA, ACN1, AP2, MPA, CN, PED, PIG i inne): akceptujące przewodnik 0,035', 0,038'; średnica: 5F; długość: 65, 80, 90, 100, 110 i 125cm (tylko dla VTK).

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Prosimy o wydzielenie z zadania nr 4 pozycji 4 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 koszulki wprowadzające interwencyjne z pokryciem hydrofilnym, o długości od 40cm do 55cm, miękka atraumatyczna końcówka, dobra widoczność w promieniach rtg, w rozmiarze 5-7F, proste, krzywizna ANL, kontrlateralne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 koszulki wprowadzające: zbrojone spiralnym opłotem stalowym, do tt. udowej, średnice 4-8F, akceptujące przewodnik 0.035" lub 0.038".

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 koszulki wprowadzające używane do wprowadzenia dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych, kompatybilne z przewodnikami oraz

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

cewnikami angiograficznymi 0.035" lub 0.038", hemostatyczny zawór uszczelniający; średnica: 16-24F, długość: 25-30cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 28.09.2017r., do godz. 09:00 **na 29.09.2017r., do godz. 10:00,**

- **otwarcie ofert** – z 28.09.2017r. o godz. 09:30 **na 29.09.2017r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 29.09.2017r., do godz. 10:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska