



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/5/W1/2015**

**Data:
26.01.2015r.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/5/2015 pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pyt. 1

Dotyczy zad nr 4

„Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic 3-10mm , dł. układu wprowadzającego 130cm spełniający pozostałe kryteria?”

Odp.: Tak.

Pyt. 2

Dotyczy zad nr 5. poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe z ciśnieniem nominalnym 6atm z dodatkową długością szafu 130 cm spełniające pozostałe kryteria?”

Odp.: Tak.

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 4 cewników balonowych o dostępnych średnicach balonu od 3 do 10mm oraz długościach od 20 do 150mm; o długości układu wprowadzającego 75 i 120cm; o ciśnieniu RBP balonu od 10 do 18 bar w zależności od średnicy, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 6 zestawu o długości 76cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

ZESTAW 3

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pozycji 1 i 2 dopuści przewodniki hydrofilne o średnicy o długościach w zakresie 180 i 260cm, o długości ściętej końcówki rdzenia regular 3cm, w wersji o końcówce prostej i zagiętej (45 stopni), bez wersji z kształtowalną końcówką, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak.

Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

- **termin składania ofert** – z 28.01.2015r. godz. 08:00 na **06.02.2015r. o godzinie 08:00**,
- **otwarcie ofert** – z 28.01.2015r. godz. 08:30 na **06.02.2015r. o godzinie 8:30**.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 06.02.2015r. do godz. 08:00**.
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2015r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak