



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/5/W2/2015**

**Data:
02.02.2015 r.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/5/2015 pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 4

Zadanie nr 3:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny mikrocewniki do angioplastyki wieńcowej kompatybilne z rozmiarami przewodników 0,014", 0,018" oraz 0,035". Cewniki dla średnicy przewodnika 0,014" są dostępne w długościach 135cm oraz 150cm, dla przewodnika 0,018": 90cm, 135cm oraz 150 cm, dla przewodnika 0,035": 65 cm, 90cm, 135 cm oraz 150 cm. Mikrocewniki zbrojone są na całej swojej długości z wyłącznikiem taperowanego typu. Pokryte są powłoką hydrofilną. Dodatkowo posiadają 3 markery widoczne w skopii, cewniki dla przewodnika 0,014" i 0,018" posiadają jeden marker na końcu dystalnym i dwa kolejne co 15mm natomiast cewniki dla przewodnika 0,035" posiadają jeden marker na końcu dystalnym i dwa kolejne co 50mm.

Profil typu dystalnego mikrocewnika:

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,014": 2,0F/0,026"

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,018": 2,2F/0,029"

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,035": 3,5/0,046"

Dystalna średnica zewnętrzna mikrocewnika:

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,014": 0,034"

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,018": 0,038"

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,035": 0,046"

Proksymalna średnica zewnętrzna mikrocewnika:

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,014": 0,042"

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,018": 0,044"

Dla cewnika kompatybilnego z przewodnikiem 0,035": 0,059"

Odp.: Tak.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
dr n. med. Mariusz Pietrzak**



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015