



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/7/W1/2015**

**Data:
22.01.2015 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/7/2015 pn. Świadczenie usług sterylizacji wraz z transportem dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Dot. wzoru umowy:

1. § 4 pkt. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 6 w zakresie terminu w czasie, którego „Wykonawca poinformuje telefonicznie Zamawiającego o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach w ciągu **5 a nie 3** godzin od momentu odbioru sprzętu od Zamawiającego”.

Zmiana zakresu czasu o konieczności poinformowania Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach przez Wykonawcę, podyktowana jest czasem niezbędnym do przeprowadzenia procesów kontroli jakościowej, ilościowej oraz prowadzenia procesów mycia i dezynfekcji materiału przekazanego do wykonania usługi w trybie Cito, a także koniecznością przeprowadzania kontroli ilościowej i jakościowej pozostałego materiału przekazanego do wykonania usługi w trybie standardowego zlecenia, co przekracza założony czas 3h.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 6 projektu umowy – Załącznika nr 5 do SIWZ w następujący sposób: „Wykonawca poinformuje telefonicznie Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach ilościowych przed włożeniem sprzętu do myjni w ciągu 3 godz. od momentu odbioru sprzętu od Zamawiającego. Wykonawca nieprawidłowości jakościowe zgłasza Zamawiającemu po procesie mycia.

Wszystkie uwagi przekazane po tym czasie nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie będzie odpowiadał za uszkodzenia powstałe podczas transportu stwierdzone w komorze przyjmowania Wykonawcy pod warunkiem, że Zamawiający zapewni właściwe pakowanie w kuwetach transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia w dwóch egzemplarzach notatki opisującej zaistniałą sytuację, podpisania jej i przekazania Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązany jest odesłać podpisany przez siebie jeden egzemplarz notatki Wykonawcy.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

2. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 4 został dodany pkt. 7 o następującej treści: „Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie Wykonawcy w momencie przyjęcia sterylnych pakietów o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy widocznego przez część foliową pakietu, ilościowego braku pakietów w dostarczonym materiale w czasie 5 h od momentu otrzymania materiału w danym dniu roboczym.

W przypadku przekazania materiału do wykonania usługi w piątek godz. 15.30-16.00 i zwróconego Zamawiającemu w sobotę o godz. 7.00, nie później jak do poniedziałku do godz. 8.00”.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis w § 4 projektu umowy – Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez dodanie ust. 6.1 o następującym brzmieniu: „ Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie Wykonawcy o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących uszkodzenia opakowania i ilościowego braku pakietów w dostarczonym materiale w czasie 5 h od momentu otrzymania materiału w danym dniu roboczym.

Zamawiający w przypadku przekazania materiału do wykonania usługi w piątek o godz. 15.30-16.00 i zwróconego Zamawiającemu w sobotę o godz. 7.00, poinformuje Wykonawcę o nieprawidłowościach ilościowych i uszkodzeniu opakowania nie później jak do poniedziałku do godz. 8.00. Zamawiający o uszkodzeniu zapakowanego sterylnego sprzętu poinformuje Wykonawcę po otwarciu pakietu sterylnego i stwierdzeniu nieprawidłowości.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
*dr n. med. Mariusz Pietrzak***