



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:

NZ/220/77/W1/2015

Szczecin, dn. 24.09.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/77/2015 pn. obsługa serwisowa sprzętu rentgenowskiego firmy Siemens dla SPWSZ w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie zadania na trzy niezależne pakiety usług (jak niżej), z możliwością złożenia przez Wykonawcę oferty na całość przedmiotu zamówienia albo na poszczególne jego pakiety?

Pakiet 1: Przeglądy okresowe oraz naprawy

Zakres usług w ramach pakietu zgodnie z zapisem w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 do SIWZ.

Pakiet 2: Kontrola jakości

Zakres usług:

- 1) Wykonanie co rocznych testów specjalistycznych według obowiązującej ustawy o prawie atomowym i rozporządzeniu Ministra Zdrowia poz.1015 z 2013r., bez potrzeby wzywania przez zamawiającego do ich wykonania.
- 2) Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.

Pakiet 3: Wykonywanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po każdorazowej wymianie lampy RTG, generatora lub detektora na żądanie Zamawiającego.

Zaakceptowanie wyżej zaproponowanej zmiany w SIWZ pozwoli na przystąpienie do przetargu firm, które wprowadzić nie posiadają w swojej ofercie usług w zakresie serwisu technicznego aparatury RTG firmy Siemens, ale posiadają wymaganą prawem akredytację PCA na wykonywanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatów rtg, posiadają w tym zakresie doświadczenie, a tym samym spełniające wszelkie wymagania, aby złożyć ofertę na pakiety nr 2 i 3 , wg. wyżej zaproponowanego podziału zadania.

Podział zadania spowoduje zdecydowana poprawę warunków konkurencyjności i będzie miało niewątpliwie wpływ na ograniczenie ceny usługi, co jak rozumiemy, jest istotne dla Zamawiającego.

Odp: Zamawiający nie wydziela z zadania trzech oddzielnych pakietów usług.

ZATWIERDZIŁ
p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
prof.dr hab.n.med. Jan Ślósarek



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015