



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/89/W1/2015**

Data: 09.09.2015 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/89/2015 pn. Dostawa sprzętu medycznego OCT z opcją badania przedniego i tylnego segmentu oka dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w części III „Gwarancja i Serwis”, w punkcie 3. dopuści naprawę w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia?
Powyższa prośba wynika z bardzo rzadkiej konieczności sprowadzenia części z siedziby producenta w Stanach Zjednoczonych.

Odp. Zamawiający dopuści naprawę w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki/awarii tylko w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Powyższy zapis został naniesiony w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) oraz poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w części III „Gwarancja i Serwis”, w punkcie 4. dopuści w przypadku braku możliwości naprawy, zapewnienie sprzętu zastępczego o takich samych parametrach w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki?

Odp. W odniesieniu do powyższego Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ w części III „Gwarancja i Serwis” w punkcie 4., który otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 3 dni roboczych dostawca zapewni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) oraz poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska**



Dyrektor	p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Naczelnia Pielęgniarska	Główny Księgowy
(91) 81 39 011 (91) 81 39 014	(091) 81 39 012	(091) 81 39 016	(091) 81 39 015