



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:**  
**EZP/220/14/W2/2016**

**Data:**  
**21.03.2016r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/14/2016 pn.: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologii interwencyjnej dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

**Pytania Wykonawców:**

**ZESTAW 1**

**Dotyczy zadania nr 3**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuszcza pętle do usuwania ciał obcych z systemu naczyniowego - pętla wielopłaszczyznowa umożliwiająca chwytywanie obiektów pod każdym kątem, wielkość pętli 4mm-30mm dostępne w zestawach z kompatybilnymi introducerami o średnicach 3,2, 6F lub 7 F (w zależności od wielkości pętli).

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**ZESTAW 2**

**Dotyczy zadania nr 1**

**Zestawy do zamykania drożnego otworu owalnego**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do zamykania ubytków typu PFO o konstrukcji plecionej nitynolowej z możliwością wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o wielkości (dla implantów o średnicach dysku prawostronnego):
  - 18mm – koszulka 7F
  - 25mm – koszulka 9F
  - 30mm – koszulka 10F
  - 35mm – koszulka 12F.I przewodnik z końcówką J (dł.: 3mm) długości 260cm, śr.: 0,035"?  
Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Dyrektor  
SPWSZ**  
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora  
ds. Ekon. – Adm.**  
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
(091) 813 9010

**Pielęgniarka  
Naczelna**  
(091) 813 9016

**Główny  
Księgowy**  
(091) 813 9015

## **Zestawy do zamykania ubytków międzyprzedionkowych typu drugiego**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia do zamykania ubytków typu ASD o konstrukcji plecionej nitynolowej w następujących rozmiarach średnic części środkowej okludera: 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40mm z możliwością wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczającej o wielkościach (dla implantów o średnicach części środkowej):
- od 6mm do 10.5mm – koszulka 7F
  - od 12mm do 15mm – koszulka 10F
  - od 18mm do 24mm – koszulka 12F
  - od 21mm do 40mm – koszulka 14F.
- Prowadnik z końcówką J (dł.: 3mm) długości 260cm, śr.: 0,035" oraz cewniki balonowe do pomiaru ubytku o rozmiary: 25mmx45mm oraz 35mmx50mm kompatybilny z cewnikiem 8Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Zestawy z okluderem o konstrukcji plecionej nitynolowej do zamykania przetrwałych przewodów tętnicznych**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zatyczki do zamykania przecieków okołozastawkowych umożliwiające zamykanie przewodów tętnicznych od 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm, współpracujących z cewnikiem wprowadzającym 6F, 7F, 8F, 9F oraz Prowadnik z końcówką J (dł.: 3mm) długości 260cm, śr.: 0,035"? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **Zestawy do zamykania ubytku w przegrodzie międzykomorowej**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie okludera mVSD tylko do zamykania mięśniowych ubytków komorowych o dostępnych rozmiarach:
- 4mm, 6mm – kompatybilne z koszulką 6F,
  - 8mm - kompatybilny z koszulką 7F,
  - 10mm, 12mm, 14mm – kompatybilne z koszulką 8F,
  - 16mm – kompatybilne z koszulką 9F,
  - 18mm – kompatybilne z koszulką 10F,
  - 20mm – kompatybilne z koszulką 11F.
- Okludery nitynolowe pokrywane dwutlenkiem tytanu o wysokości talii okludera 7mm dla wszystkich rozmiarów, element spinający druty nitynolu umieszczony wyłącznie od strony mocowania do systemu dostarczania, możliwość repozycjonowania oraz wciągnięcia okludera z powrotem do koszulki?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 23.03.2016r., do godz. 10:00 **na 24.03.2016r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 23.03.2016r. o godz. 10:30 **na 24.03.2016r. o godz. 09:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 24.03.2016r., do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2016r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**  
*Małgorzata Usielska*