



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
EZP/220/27/2016/1

Data:
17.05.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/27/2016 pn.: Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 4 poz. 2.a.

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania trybu stymulacji AAT i VVT? (Wszystkie pozostałe tryby wymagane przez Zamawiającego dostępne).

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 4 poz. 2.h.

2. Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny follow up z możliwością odczytu wartości mierzalnych parametrów i sprawdzenia historii pomiarów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.h.

3. Czy Zamawiający dopuści następujące 4 typy terapii ATP: Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.k.

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia terapii ATP tylko przed ładowaniem kondensatorów? Jeśli nie udaje się konwersja rytmu za pomocą ATP i wymagana jest terapia wstrząsowa, algorytm tej funkcji minimalizuje opóźnienie do rozpoczęcia ładowania poprzez zastosowanie opcji ponownego potwierdzenia do oceny, czy terapia ATP skutecznie wyleczyła arytmie. Cały proces wydłuża czas do terapii o mniej niż 1 s (analizowane są 3 interwały po terapii ATP), a jednocześnie pozwala oszczędzić żywotność baterii w przypadku braku konieczności dostarczenia wyładowania dzięki skuteczności ATP.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 8 poz. 1.m.

5. Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych w strefie VF, a dopuści możliwość zaprogramowania trzech stref detekcji z dyskryminatorami arytmii w dwóch najniższych strefach (w konfiguracji trzystrefowej):
VT-1: zakres programowania 90-200 min⁻¹
VT: zakres programowania 110-220 min⁻¹
VF: zakres programowania 130-250 min⁻¹

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.a.

6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania trybu stymulacji VOO jako stałego trybu stymulacji? Tryb VOO jest dostępny po wyłączeniu funkcji Electrocautery Protection (Ochrona w trakcie elektrokauteryzacji) (Pozostałe tryby wymagane przez Zamawiającego dostępne).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.b.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające energię równą 35 J (dostępna od pierwszej terapii), a zmagazynowaną 41 J z 8 szokami w jednej interwencji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.f.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością rozpoznawania 3 typów arytmii komorowych oraz następującymi 4 typami terapii ATP: Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.g.

9. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie funkcji pomiaru poziomu płynów w tkankach (oporność tkanki płucnej)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.h.

10. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie możliwości programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji, a dopuści urządzenie z możliwością automatycznej zmiany polarności w ostatnim szoku?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.i.

11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie możliwości automatycznej optymalizacji terapii ATP?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 2.j.

12. Czy Zamawiający dopuści cyfrową automatyczną kontrolę wzmocnienia do dynamicznego dostosowywania czułości zarówno w przedsiionku, jak i w komorze (AGC). Programowalna wartość AGC to minimalna (dolna) wartość czułości, która może zostać osiągnięta pomiędzy jednym, a kolejnym uderzeniem serca. Ta programowalna wartość nie jest stałą wartością obowiązującą przez cały cykl sercowy. Poziom czułości rozpoczyna się od wyższej wartości (na podstawie wartości szczytowej wyczuwanego zdarzenia lub stałej wartości stymulowanego zdarzenia) i maleje w kierunku zaprogramowanej wartości dolnej. Funkcja ta umożliwi między innymi ignorowanie załamków T, a współdziałający z nią dynamiczny algorytm zakłóceń (DNA) ma na celu filtrowanie utrzymujących się zakłóceń.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 9 poz. 3.f.

13. Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące pro MRI tylko ze złączem DF-4?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 10 poz. 2.b.

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczające energię równą 35 J (dostępną od pierwszej terapii), a zmagazynowaną 41 J z 8 szokami w jednej interwencji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 10 poz. 2.g.

15. Czy Zamawiający dopuści następujące 4 typy terapii ATP: Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 10 poz. 2.h.

16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie możliwości programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji, a dopuści urządzenie z możliwością automatycznej zmiany polarności w ostatnim szoku?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 10 poz. 2.i.

17. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie możliwości automatycznej optymalizacji terapii ATP?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 10 poz. 3.d.

18. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania elektrod defibrylujących z ringami do sensingu w obrębie przedsionków?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.g.

19. Czy Zamawiający dopuści trzy strefy detekcji arytmii o nazwach: VT-1, VT, VF?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.k.

20. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia terapii ATP tylko przed ładowaniem kondensatorów? Jeśli nie udaje się konwersja rytmu za pomocą ATP i wymagana jest terapia wstrząsowa algorytm tej funkcji minimalizuje opóźnienie do rozpoczęcia ładowania poprzez zastosowanie opcji ponownego potwierdzenia do oceny, czy terapia ATP skutecznie wyleczyła arytmie. Cały proces wydłuża czas do terapii o mniej niż 1 s (analizowane są 3 interwały po terapii ATP), a jednocześnie pozwala oszczędzić żywotność baterii w przypadku braku konieczności dostarczenia wyładowania dzięki skuteczności ATP.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 11 poz. 1.l.

21. Czy Zamawiający dopuści następujące 4 typy terapii ATP: Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 12 poz. 2.f.

22. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia terapii ATP tylko przed ładowaniem kondensatorów? Jeśli nie udaje się konwersja rytmu za pomocą ATP i wymagana jest terapia wstrząsowa algorytm tej funkcji minimalizuje opóźnienie do rozpoczęcia ładowania poprzez zastosowanie opcji ponownego potwierdzenia do oceny, czy terapia ATP skutecznie wyleczyła arytmie. Cały proces wydłuża czas do terapii o mniej niż 1 s (analizowane są 3 interwały po terapii ATP), a jednocześnie pozwala oszczędzić żywotność baterii w przypadku braku konieczności dostarczenia wyładowania dzięki skuteczności ATP.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 12 poz. 2.f.

23. Czy Zamawiający dopuści cyfrową automatyczną kontrolę wzmocnienia do dynamicznego dostosowywania czułości zarówno w przedSIONku, jak i w komorze (AGC). Programowalna wartość AGC to minimalna (dolna) wartość czułości, która może zostać osiągnięta pomiędzy jednym, a kolejnym uderzeniem serca. Ta programowalna wartość nie jest stałą wartością obowiązującą przez cały cykl sercowy. Poziom czułości rozpoczyna się od wyższej wartości (na podstawie wartości szczytowej wyczuwanego zdarzenia lub stałej wartości stymulowanego zdarzenia) i maleje w kierunku zaprogramowanej wartości dolnej. Funkcja ta umożliwia między innymi ignorowanie załamków T, a współdziałający z nią dynamiczny algorytm zakłóceń (DNA) ma na celu filtrowanie utrzymujących się zakłóceń.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 13 poz. 1.c.

24. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaferowania urządzeń z gniazdem dla elektrod DF-1?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2.f.

25. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie algorytmu automatycznie dostosowującego energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2.m.

26. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaferowania urządzeń z gniazdem dla elektrod DF-1?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13 poz. 3.f.

27. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaferowania urządzeń z gniazdem dla elektrod DF-1?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 14 poz. 2.f.

28. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie algorytmu automatycznie dostosowującego energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr 8

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 zaakceptuje kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z typowym czasem ładowania na początku funkcjonowania (BOS) 8,4 s oraz typowym czasem ładowania w stanie zalecanej wymiany (RRT) 12,5 s?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 8

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 miał na myśli kardiowerter-defibrylator jednojamowy, współpracujący tylko z elektrodami defibrylującymi działającymi w konfiguracji „true bipolar”?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-8 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 8

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 miał na myśli kardiowerter-defibrylator, pozwalający na niezależne dowolne programowanie wektorów impulsu wysokoenergetycznego podczas leczenia tego samego epizodu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-8 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy bez pomiaru poziomu płynów w tkankach?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 9

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości bez stref wykluczeń podczas skanowania MRI?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy, pozwalający na niezależne dowolne programowanie wektorów impulsu wysokoenergetycznego podczas leczenia tego samego epizodu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy, pozwalający na dowolne programowanie terapii ATP?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z energią defibrylacji równą 35 J?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 10

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z zapisem EKG z odprowadzenia RV Coil to Can, pozwalającego na analizę rytmu przedsionkowego i komorowego na standardowej elektrodzie defibrylującej niezależnie od producenta elektrody?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 10

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy, pozwalający na dowolne programowanie terapii ATP?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-10 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 10

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy, pozwalający na niezależne dowolne programowanie wektorów impulsu wysokoenergetycznego podczas leczenia tego samego epizodu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-10 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 10

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z energią defibrylacji równą 35 J, pozwalający na monitorowanie oraz rejestrowanie rytmu pacjenta podczas trwania migotania przedsionków na tradycyjnej elektrodzie defibrylującej?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 10

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 miał na myśli kardiowerter-defibrylator jednojamowy, pozwalający na monitorowanie migotań przedsionków w raz z zapisem sygnału RV coil to Can w oparciu o tradycyjną elektrodę defibrylującą?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-10 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 11

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 miał na myśli kardiowerter-defibrylator dwujamowy, pozwalający na niezależne dowolne programowanie wektorów impulsu wysokoenergetycznego podczas leczenia tego samego epizodu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-11 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 11

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 miał na myśli kardiowerter-defibrylator dwułamowy, współpracujący tylko z elektrodami defibrylującymi działającymi w konfiguracji „true bipolar”?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-11 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 12

16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 miał na myśli kardiowerter-defibrylator CRT, współpracujący tylko z elektrodami defibrylującymi działającymi w konfiguracji „true bipolar”?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-12 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13

17. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 miał na myśli kardiowerter-defibrylator CRT, współpracujący tylko z elektrodami defibrylującymi działającymi w konfiguracji „true bipolar”?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 miał na myśli kardiowerter-defibrylator CRT, pozwalający na niezależne dowolne programowanie wektorów impulsu wysokoenergetycznego podczas leczenia tego samego epizodu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 14

19. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 miał na myśli kardiowerter-defibrylator CRT, współpracujący tylko z elektrodami defibrylującymi działającymi w konfiguracji „true bipolar”?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-14 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 14

20. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 miał na myśli kardiowerter-defibrylator CRT, pozwalający na niezależne dowolne programowanie wektorów impulsu wysokoenergetycznego podczas leczenia tego samego epizodu?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-14 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13

21. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści elektrody MRI bez stref wykluczeń, pozwalające na skanowanie całego ciała pacjenta?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 12

22. Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 dopuści kardiowerter-defibrylator CRT bez stymulacji VDD/R/ z trybami stymulacji DDDR, DDD, DDIR, DDD, DDI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, DOO, VOO, ODO?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-12 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13

23. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści kardiowerter-defibrylator CRT bez stymulacji VDD/R/ z trybami stymulacji DDDR, DDD, DDIR, DDD, DDI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, DOO, VOO, ODO?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 14

24. Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści kardiowerter-defibrylator CRT bez stymulacji VDD/R/ z trybami stymulacji DDDR, DDD, DDIR, DDD, DDI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, DOO, VOO, ODO?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-14 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 9

25. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością wykonania badania MRI tylko ze złączem oraz elektrodami DF4?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13

26. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści kardiowerter-defibrylator CRT z możliwością wykonania badania MRI tylko ze złączem oraz elektrodami DF4?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 9 poz. f.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z terapią antyarytmiczną: Defib, CV, Burst, Ramp? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 10 poz. g.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia z terapią antyarytmiczną: Defib, CV, Burst, Ramp? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 12 poz. f.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie z terapią ATP, dostarczoną przed ładowaniem kondensatorów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Dotyczy zadania nr 3 punkt 3b

1. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 3 punkt 4b

2. Czy Zamawiający pozytywnie uzna za parametr jakościowy w stymulatorach dwujamowych z zakresem stymulacji overdrive przedsionków 80-300min?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi stymulatorów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-3 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 4 punkt 3b

3. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 4 punkt 4d

4. Czy Zamawiający pozytywnie uzna za parametr jakościowy bez możliwości bezprzewodowej komunikacji urządzenia z programatorem?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi stymulatorów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-4 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 6 punkt 2h

5. Czy Zamawiający dopuści stymulatory bez algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie danych z historii choroby wprowadzanych przez lekarza?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi stymulatorów resynchronizujących, stanowiącymi załącznik nr 1A-6 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 6 punkt 3b

6. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 6 punkt 4b

7. Czy Zamawiający pozytywnie uzna za parametr jakościowy stymulatory bez możliwości wykonania badania MRI?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi stymulatorów resynchronizujących, stanowiącymi załącznik nr 1A-6 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 6 punkt 4c

8. Czy Zamawiający pozytywnie uzna za parametr jakościowy elektrody do CS pasywne?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi stymulatorów resynchronizujących, stanowiącymi załącznik nr 1A-6 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 7 punkt 2g

9. Czy Zamawiający dopuści stymulatory resynchronizujące bez możliwości wykonania badania MRI?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi stymulatorów resynchronizujących, stanowiącymi załącznik nr 1A-7 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 7 punkt 3b

10. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 8 punkt 1i

11. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery bez programowalnej obudowy defibrylatora?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-8 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 8 punkt 1l

12. Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator o czasie ładowania kondensatora w trakcie ERI do 11,4 s., gdzie średnia wartość ładowania kondensatora w trakcie całego życia urządzenia wynosi 9,6 s?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 8 punkt 1m

13. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z możliwością dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych tylko w strefie VT, ale z możliwością zaprogramowania strefy detekcji VT do 240 bpm?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-8 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 8 punkt 2d

14. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją uszkodzenia elektrody (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczęione urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-8 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 8 punkt 2e

15. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczęione urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-8 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9 punkt 2i

16. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery bez automatycznej optymalizacji ATP?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9 punkt 2j

17. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery z min. 6 parametrami wyczuwania w kanale komorowym bez zmiany czułości?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 9 punkt 3b

18. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 9 punkt 3f

19. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia elektrod proMRI ze złączem DF-1?



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów jednojamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-9 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 11 punkt 2b

20. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją uszkodzenia elektrody (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczęzione urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-11 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 11 punkt 2e

21. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczęzione urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-11 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 12 punkt 3b

22. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 12 punkt 4f

23. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczęzione urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-12 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 13 punkt 2l

24. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, gdzie badanie MRI można wykonać tylko w konfiguracji DF-4?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy zadania nr 13 punkt 3b

25. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 13 punkt 4f

26. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczone urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-13 do SIWZ.

Dotyczy zadania nr 14 punkt 3b

27. Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 14 punkt 4e

28. Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta) - wysyłany przez wszczone urządzenie?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wymaganymi parametrami granicznymi i jakościowymi kardiowerterów dwujamowych z elektrodami, stanowiącymi załącznik nr 1A-14 do SIWZ.

Jednocześnie, mając na względzie zapisy ust. 1 § 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający wprowadza umowę użyczenia, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy głównej, której projekt stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Umowa użyczenia, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy głównej, została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Powyższa zmiana, tj. dodanie umowy użyczenia, jako załącznika nr 3 do umowy głównej, została naniesiona w poprawionym załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 25.05.2016r., do godz. 10:00 na 08.06.2016r., do godz. 10:00,



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



SPWSZ SZCZECIN

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centralny tel.: (01) 813 90 00, fax: (01) 813 90 00



- **termin wnie sienia wadium** – z 25.05.2016r., do godz. 10:00 na **08.06.2016r., do godz. 10:00**,
- **otwarcie ofert** – z 25.05.2016r. o godz. 10:30 na **08.06.2016r. o godz. 10:30**.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 08.06.2016r. do godz. 10:00 w wysokości:

Nr zadania	Kwota wadium
Zadanie nr 1	3 850,00 PLN
Zadanie nr 2	2 100,00 PLN
Zadanie nr 3	8 000,00 PLN
Zadanie nr 4	5 000,00 PLN
Zadanie nr 5	4 150,00 PLN
Zadanie nr 6	4 450,00 PLN
Zadanie nr 7	4 000,00 PLN
Zadanie nr 8	9 600,00 PLN
Zadanie nr 9	4 000,00 PLN
Zadanie nr 10	1 550,00 PLN
Zadanie nr 11	4 200,00 PLN
Zadanie nr 12	19 400,00 PLN
Zadanie nr 13	7 050,00 PLN
Zadanie nr 14	3 200,00 PLN

- **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 08.06.2016r., do godz. 10:00**.
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015