



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak: EZP/220/61/ 2016/2

Data: 03.08.2016r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/61/2016 pn. dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pakiet 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koszul w rozmiarze XL/XXL ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 7 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek o gramaturze 28 g/m² ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

Zadanie nr 7 poz. 1,2,3 i 7

Czy Zamawiający wymaga podkładów i prześcieradeł nieprzemakalnych oraz podkładów włókniny, każda sztuka złożona osobno (pojedynczo).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

ZESTAW 3

W celu miarkowania kar umownych prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu dotyczącego kary umownej w §3 p.1.

W jego miejsce prosimy o wstawienie zapisu o naliczaniu standardowych kar umownych tj. w wysokości 0,05% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia / dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 7 poz.5 pościeli z poszewką o wymiarowaniu min.70x80cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 7 poz.7 podkładu z włókniny o gramaturze min.30g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025




3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 7 poz.2 i 3 do odrębnego zadania co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15x50cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 przyklepna serweta średnia 180 x 180 cm z warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna)
- 1 przyklepna serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny

Gramatura zgodna z wytycznymi w SIWZ

Chłonność w strefie krytycznej 512%

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Pytanie 1

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą (ekran anestetyczny) o wymiarach 140 x 240 cm i taśmą samoprzylepną 9 x 25 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

ZADANIE NR 2

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów długich składającego się z serwet wykonanych z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu (w miejscach wzmocnienia dodatkowo pad chłonny) nieprzemakalnego, z włókniny PP/PE (polipropylen/polietylen, gramatura obłożenia min. 55g/m², w miejscach padu chłonnego 110g/m², chłonność min 45%, w miejscach padu chłonnego min. 950%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZADANIE NR 3

2. **Poz. nr 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji brzuszno-kroczowych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże z pakowaną niezależnie od zestawu jednokomorową kieszenią samoprzylepną w rozmiarze 43 x 38 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

3. **Poz. nr 3** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do cystoskopii, w którym w serwecie głównej wkomponowane są nogawice, o następującym składzie:




**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



Zestaw do operacji urologicznych I

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

4. **Poz. nr 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z włókniny PP/PE (polipropylen/polietylen) – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

5. **Poz. nr 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu zawierającego w swoim składzie 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze min. 30x33cm – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. **Poz. nr 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykończonej taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku, jednakże w środkowej części – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

7. **Poz. nr 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety sterylnej min. dwuwarstwowej o wymiarach minimum 75x90cm, wykonanej z laminatu nieprzemakalnego, wyposażonej w taśmą lepną na całej długości dłuższego boku, dodatkowo z padem chłonnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. **Poz. nr 16-17** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety sterylnej spełniającej wymagania SIWZ, jednakże posiadającej przylepny otwór o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

9. **Poz. nr 22** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony sterylnej na kończynę w rozmiarze 75x120cm – pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

10. **Poz. nr 28** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety sterylnej 3-warstwowej, w której warstwę chłonną stanowi wiskoza – pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. **Poz. nr 29** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar, ale zgodnie z asortymentem podanym w SIWZ, tj. torba.

12. **Poz. 35** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

13. **Poz. nr 36-37**- Prosimy o sprecyzowanie jakiego rozmiaru fartuchów oczekuje Zamawiający - M, L, XL, XXL?





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pełnej rozmiarówki.

14. **Poz. nr 36-37-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych fartuchów z włókniny SMMMS, zapinanych z tyłu na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością przymocowania w dowolnej części fartucha na wysokości barku, nie powodującej zadrapań skóry, ani nie wrywa włosów - pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

15. **Poz. nr 37-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z nieprzemakalnymi wstawkami od wewnętrznej strony fartucha, umocowane na całej powierzchni obwodu wzmocnienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZADANIE NR 3- wymagane warunki graniczne

16. **Poz. nr 38-41** - Czy w wymienionych punktach nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli pozycje nr 23—25, 27 oraz 31-34?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający omyłkowo ponumerował pozycje w wymaganiach granicznych.

PROJEKT UMOWY

1. **§ 3 – KARY UMOWNE** Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych. Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Proponujemy wysokość kar na poziomie 0,02% za każdy dzień zwłoki od wartości niezrealizowanej części dostawy częściowej, natomiast w przypadku rozwiązania umowy proponujemy 2% jednakże od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Zadanie 1, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)
serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm	1	L2	240x150
serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)
serweta z przylepcem	1	L3	240x150



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



serweta z przyłepcem	1	L3	180x170
serweta z przyłepcem - przyklepic na szerszym boku	2	L3	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 pkt. 1 wzoru umowy wyrażenie „100 zł za każdy dzień zwłoki” zostało zastąpione wyrażeniem „50 zł za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 pkt. 3 wzoru umowy wyrażenie „100 zł za każdy dzień zwłoki” zostało zastąpione wyrażeniem „50 zł za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 pkt. 4 wzoru umowy wyrażenie „2% całej wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „2% niezrealizowanej wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 9

**Pytanie
Pakiet 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu posiadającego 2 etykiety samoprzylepne zawierające informacje na temat daty ważności, nr katalogowy, nr serii, nazwy importera oraz kod kreskowy z kodem EAN (etykiety te mają służyć do wklejenia do karty pacjenta). Informacja o sterylizacji znajduje się na etykiecie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie
Pakiet 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z taśmą lepną w rozmiarze min. 9 x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie
Pakiet 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu w opakowaniu papierowo foliowym, opakowanie zbiorcze składające się z kartonu, zabezpieczonego dodatkowo wewnątrz workiem z folii polietylenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 10

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 38g/m² o wym. 210 cm x 80 cm wzmocniony 48 nitkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 38g/m² o wym. 210 cm x 80 cm wzmocniony 48 nitkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 45g/m² laminowany folią PE?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 7, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od podania parametru odporności na penetrację płynów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

- Poszewka 70cm x 80cm
- Poszwa 160cm x 210cm
- Prześcieradło 150cm x 210cm

nie posiadająca właściwości antystatycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę-rękawicę o wym. 15 cm x 22 cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę - ściereczkę o wym. 12 cm x 20 cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 7, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści spodenki o długości nogawek ok. 22 cm mierzone od kroku, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 11

Zadanie 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podwójnie atestowanej półmasksi filtrującej z osłoniętym zaworem oddechowym pomagającej chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszony w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów, a pacjenta przed powietrzem wydychanym przez pracownika opieki medycznej. Maski spełniająca standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 dla masek ochronnych.

Składana 1-panelowa konstrukcja dopasowująca się do różnych kształtów twarzy, dostosowująca się do ruchów twarzy podczas mówienia, odporna na zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku.

Wyprofilowana blaszka nosowa

o zakrzywionym, niskim profilu, idealnie dopasowująca się do kształtu nosa i konturów oczu zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi. Część górna ograniczająca przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli.

Zawór oddechowy efektywnie likwidujący nagromadzone ciepło zapewniając przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie, odprowadzający wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia utrzymująca szczelne przyleganie półmasksi do twarzy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zadanie 5 poz1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu serwet do kraniotomii 1x serwety głównej wykonanej z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze min. 66g/m², o odporności na penetrację wody co najmniej 20dmH₂O, o wytrzymałości na rozrywanie i manipulację min. 200kPa na mokro i sucho, o współczynniku odporności na penetrację płynów >200cmH₂O, o współczynniku chłonności min. 400%, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużnej $\geq 110N$, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro poprzecznej $\geq 62N$.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 5 poz1-2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udokumentowania parametru czasu utrzymania ładunku poniżej 0,1sek. z uwagi na fakt, iż żadna z norm wymagana w zakresie materiałów obłożeniowych na terenie RP nie odnosi się do takowego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska**



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015