



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



**Znak sprawy:**  
**EZP/220/62/2016/2**

**Data:**  
**18.08.2016 r.**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/62/2016, pn. *Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne dla SPWSZ w Szczecinie***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie Wykonawcy:**

**ZESTAW 2**

**Zadanie nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z barierkami bocznymi z metalowych rurek, chromowanymi, składanymi wzdłuż ramy leża, o długości około 55% długości leża?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
2. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych bez tworzywowej osłony podwozia? Pod leżem znajduje się metalowy kosz na podręczne rzeczy pacjenta lub np. butlę tlenową.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
3. Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**
4. Prosimy o wskazanie czym się różni w przypadku fotela do pobierania krwi „szerokość” od „szerokości całkowitej” oraz „głębokość” od „głębokości całkowitej”? Czy zapisy dotyczące „szerokości” oraz „głębokości” nie są zapisami zbędnymi?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje różnice obejmujące szerokość samego siedziska, a szerokość konstrukcji całego fotela. Taką samą zasadę stosuje przy głębokości fotela do pobierania krwi.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Małgorzata Szelańiewicz**



Dyrektor  
Naczelny  
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
(091) 81 39 012

Naczelną  
Pielęgniarką  
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora  
ds. Finansowych  
(091) 81 39 014

Główny  
Księgowy  
(091) 81 39 015