

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:**

**EP/220/32/2017/1**

**Szczecin, dn. 22.05.2017r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/32/2017, pn.: Dostawa opatrunków, opatrunków przyklejonych, zestawów opatrunkowych, plastrów, bandaży, gazy medycznej, waty medycznej, kompresów, hemostatyków wchłanianych, osłonek na głowice sondy USG, produktów do pielęgnacji ciała wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran oraz przygotowania kleju fibrynowego dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytania Wykonawców:

#### ZESTAW 1

##### Pytanie 1 dot. zadania 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

##### Pytanie 2 dot. zadania 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok duży (nr katalogowy: 3400L) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

## Pytanie 3 dot. zadania 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

## Pytanie 4 dot. zadania 27, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

## Pytanie 5 dot. zadania 27, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok średni (nr katalogowy: 3300M) nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej.

GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze.

Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem.

Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia.

Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

## Pytanie 6 dot. zadania 1 oraz 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5, 6 i pozycji 8 z Zadania nr 1 oraz pozycji 4 i 5 z Zadania nr 27 i stworzy osobny pakiet?

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

## ZESTAW 2

### Pytanie 1 dot. zadania nr 23, 30 poz. 4, 5

Pragniemy zwrócić się z pytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych w parze wodnej i dopuści wyroby sterylizowane innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie z SIWZ spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie 2 dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 14 niżej opisanego zestawu?

#### Część I:

- kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm 30 g, 4-warstwowe – 6szt
- przylepiec Softpore 1,25cm x 15,5cm – 1szt
- serwetka włókninowa 38cm x 45cm z wycięciem 20cm – 1szt
- rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M – 4szt

#### Część II

- kompresy włókninowe 10cm x 10cm 30 g, 4-warstwowe – 5szt

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 3 dot. zadania nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 poz. 3 kompresów w opakowaniu papierowo-papierowym?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 4 dot. zadania nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 poz. 3 kompresów w opakowaniu zawierającym 5 sztuk w ilości 200 opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 23 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 poz. 4 kompresów z nacięciem "O" 5x5cm w opakowaniu a'2szt w ilości 25 500 opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 6 – dotyczy Zadanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 23 opatrunków bez etykiet samoprzylepnych na opakowaniu?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 7 dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## ZESTAW 3

### Pytanie 1 dot. zadania nr 30 poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

## ZESTAW 4

### Pytanie 1 dot. zadania nr 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 5 pozycji 6, 7, 8, 9, 10 i 11, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 2 dot. zadania nr 5, poz. 7

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 pozycji 7 opatrunek o wymiarach 10cm x 8cm, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie 3 dot. zadania nr 6 poz. 11

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji 11 kompresy w opakowaniu a'3 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie nr 4 dot. zadania nr 23

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 23 pozycji 1 i 2, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

## ZESTAW 5

### Pytanie 1 dot. Zadanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści następujące zestawy opatrunkowe wraz z użyczeniem urządzenia kompatybilnego z zaproponowanym zestawem opatrunków i kanistrów:

Poz. 1

#### Zestaw opatrunkowy mały:

- Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 10cmx8cmx3 cm;
- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (1 szt.);
- Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika;
- całość pakowana jałowo

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 2

#### Zestaw opatrunkowy średni:

- Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 20cmx12,5cmx3 cm;

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (2 szt.);
- Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika;
- całość pakowana jałowo

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 3

### **Zestaw opatrunkowy duży:**

- Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 25cmx15cmx3 cm;
- Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (3 szt.);
- Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika;
- całość pakowana jałowo

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 4

**Jednorazowy zbiornik** do urządzenia o pojemności 250-300ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 5

**Jednorazowy zbiornik** do urządzenia o pojemności 750-800ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

## **ZESTAW 6**

### **Pytanie 1 dot. zadania nr 6 poz. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia kompresów jałowych w opakowaniach nie posiadających naklejki samoprzylepnej?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 2 dot. zadania nr 6**

Zwracamy się z prośbą o uznanie opakowania zaopatrzonego w naklejkę odklejaną na każdym etapie otwarcia opakowania zawierającą dobrze widoczną datę ważności, nr ref. (kod produktu) oraz nr serii. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami na opakowaniu musi być data przydatności produktu, natomiast data sterylizacji nie jest wymagana?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania zaopatrzone w naklejkę bez daty sterylizacji. Zamawiający wymaga daty przydatności produktu**

### **Pytanie 3 dot. zadania nr 6 poz.11**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów jałowych (sterylizowanych parą wodną) pakowanych po 3 sztuki z przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. W poz. nr 10 w zadaniu nr 6 Zamawiający wymaga kompresów pakowanych x3 szt.**

### **Pytanie 4 dot. zadania nr 31 poz.2**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji oraz dopuszczenie opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6minut?

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

## **ZESTAW 7**

### **Pytanie 1 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3**

W związku z zakazem UE prowadzenia badań klinicznych "in vivo" (na ludziach) i przedklinicznych "in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, oraz w związku z tym, że można udowodnić dane działanie bakteriobójcze badaniami laboratoryjnymi "in vitro" - prosimy o zmianę opisu na "udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro" - pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza udokumentowanie badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro**

### **Pytanie 2 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3**

W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach in vitro (Tego typu badania posiada większość wykonawców wobec czego zamawiający może otrzymać więcej ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP badaniami klinicznymi in vivo. Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) Jakość asortymentu z badaniami in vitro użytkowania jest na takim samym poziomie jaki oczekuje Zamawiający.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 3 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie hemostatyku z resorbowalnej, utlenowanej celulozy.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### **Pytanie 4 dot. zadania nr 13, poz. 1, 2 i 3**

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby celuloza regenerowana charakteryzowała się wartością pH maksymalnie do 2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

### **Pytanie 5 dot. zadania nr 13, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 1,25cm x 5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

### **Pytanie 6 dot. zadania nr 13, poz. 4 i 5**

Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji.

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dokonał wydzielenia pozycji 4 i 5 z zadania nr 13. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 4 i 5 zadania nr 13, stanowi aktualnie zadanie nr 35.**

**Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## ZESTAW 8

### Pytanie 1 dot. zadania nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 2 dot. zadania nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przezroczystego opatrunku do mocowania wenflonów w rozmiarze 9 x 7 cm w opakowaniu papier – papier. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

## ZESTAW 9

### Pytanie 1 dot. zadania nr 2, poz. 1-3, 13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 2 dot. zadania nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 3 dot. zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 4 dot. zadania nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 5 dot. zadania nr 2, poz. 18 i 19

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione włóknami poliestrowymi?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 6 dot. zadania nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie 7 dot. zadania nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie 8 dot. zadania nr 14

Czy zamawiający dopuści przylepce włókninowe z nacięciem o wymiarach 6cm x 8cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 9 dot. zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści piankę do czyszczenia o pojemności 400ml, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 10 dot. zadania nr 22, poz. 1

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy zamawiający dopuści kompresy z włókniny z wycięciem „Y” o wymiarach 10cm x 10cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

**Pytanie 11 dot. zadania nr 22, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści kompresy z włókniny z wycięciem „Y” o wymiarach 10cm x 10cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

**Pytanie 12 dot. zadania nr 23, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nacięciem Y w rozmiarze 10x10cm pakowane a'5 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 13 dot. zadania nr 14 i 20**

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający wymaga zestawów zgodnych z opisem zawartym w SIWZ**

### ZESTAW 10

**Pytanie 1 dot. zadania nr 5, poz. 12-14**

Czy w podaniu rozmiaru całkowitej długości kompresu po rozłożeniu zaszła pomyłka pisarska? Po rozłożeniu, długość kompresu zostaje potrojona, np. kompres w rozmiarze 5 x 5 cm po rozłożeniu ma długość 15 cm. Podana w poz. 12 – 14 długość wskazuje na kompresy w rozmiarze 10 x 20 cm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje opis: „Kompres jałowy z gazy bawełnianej z nitką radiacyjną (12 W, 17N), o zagiętych brzegach, co zapobiega ich strzępieniu, składane na 3”**

**Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Pytanie 2 dot. zadania nr 15, poz. 1**

Czy skład zestawu do cewnikowania podany przez Zamawiającego można traktować jako skład minimalny?

**ODPOWIEDŹ: Tak, skład zestawu do cewnikowania podany przez Zamawiającego można traktować jako skład minimalny**

**Pytanie 3 dot. zadania nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania, w którego składzie zamiast 10 kompresów jałowych o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm znajduje się 5 kompresów gazowych jałowych o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm oraz 4 tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (o wykroju gazy 20 x 20 cm)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 4 dot. zadania nr 15, poz. 2**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94



## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dojeżdżalnych zgodnego z SIWZ, jednakże w którym kleszczyki plastikowe proste mają długość 14 cm., pojemnik plastikowy o pojemności 60 ml ma wymiar 5 x 5cm, a serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy ma rozmiar 100 x 150 cm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

### Pytanie 5 dot. zadania nr 28, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania portu sterylnego o rozmiarze 8 x 8 cm z drenem długości 60 cm, gdyż wymagany port w rozmiarze 12 x 12 cm został wycofany z produkcji.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 6 dot. zadania nr 34, poz. 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie opatrunek hydrofobowy z czarnej gąbki poliuretanowej w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w Szpitalu przy ul. Sokołowskiego**

### Pytanie 7 dot. zadania nr 34, poz. 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie opatrunek hydrofobowy z czarnej gąbki poliuretanowej w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w Szpitalu przy ul. Sokołowskiego**

### Pytanie 8 dot. zadania nr 34, poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego posiadającego w swoim składzie opatrunek hydrofobowy z czarnej gąbki poliuretanowej w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w Szpitalu przy ul. Sokołowskiego**

### Pytanie 9 dot. zadania nr 34, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników z substancją powodującą żelowanie wydzieliny.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w Szpitalu przy ul. Sokołowskiego**

### Pytanie 10 dot. zadania nr 34, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 800 ml?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Proponowany przez Państwa asortyment umieszczony jest w zadaniu nr 28. Parametry w zadaniu 34 są konieczne ze względu na posiadaną aparaturę w Szpitalu przy ul. Sokołowskiego**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## ZESTAW 11

### Pytanie 1 dot. zadania nr 2, poz. 4-12, 20, 21

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 2 dot. zadania nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 44 szt.? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie podana za pełne opakowanie.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 3 dot. zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 22 szt.? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie podana za pełne opakowanie.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie 4 dot. zadania nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 11 szt.? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie podana za pełne opakowanie.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 5 dot. zadania nr 2, poz. 20, 21

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10m? Ilość opakowań zostanie przeliczona, cena zostanie podana za pełne opakowanie.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 6 dot. zadania nr 4, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękaw wykonany z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 7 dot. zadania nr 4, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawy w rozmiarach odpowiednio:

poz.1: 2,5-3,00cm,

poz.2: 2,5-3,00cm;

poz.3: 3,5-4,00cm;

poz.4: 5,5-6,00cm;

poz.5: min.10cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozmiary odpowiednio: poz. 1: rozmiar 2,5 - 3cm x 25m;  
poz. 2: rozmiar 2,5 - 3cm x 25m; poz. 3: rozmiar 3,5 – 4cm x 25m; poz. 4: rozmiar 5,5 - 6cm x 25m;  
poz. 5: rozmiar 10cm x 25m**

### Pytanie 8 dot. zadania nr 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy wstępnie pranej i wielokrotnie płukanej? Wielkości opakowań pozostają bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### Pytanie 9 dot. zadania nr 5, poz. 5

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów twardych wykonanych z wykrojów gazy w rozmiarze 9,5x9,5cm?

W przypadku wszystkich tupferów dostępnych obecnie na rynku, producenci określając rozmiar, podają rozmiary wykrojów gazy, z których te tupfery są złożone. Każdy producent posiada indywidualne rozmiary wykrojów. Efektem jest równoważny produkt tej samej wielkości, który spełnia identyczną funkcję użytkową.

W przypadku nie wyrażenia zgody na zaoferowanie proponowanych tupferów prosimy o wyłączenie pozycji 5 do odrębnego pakietu.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 10 dot. zadania nr 5, poz. 6-11**

Czy Zamawiający dopuści sterylne opatrunki z nacięciem wzdłuż krótszego lub dłuższego boku w zależności od rozmiaru?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 11 dot. zadania nr 5, poz. 6-10**

Czy Zamawiający dopuści opakowania odpowiednio:

Poz.6: 100szt.,

poz.2-10: 50szt.

Z przeliczeniem ilości opakowań? Cena zaoferowana zostanie za pełne opakowanie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 12 dot. zadania nr 5, poz. 12-14 i zadania 32, poz. 1-2**

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić co oznacza zapis „składane na 3 (całkowita długość kompresu po rozłożeniu min.60cm)”? Prosimy również o doprecyzowanie jak to się ma do poszczególnych rozmiarów kompresów? Być może Zamawiający dysponuje jakimiś poglądowymi rysunkami lub zdjęciami?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje opis – dla zadania nr 5, poz. 12-14: „Kompres jałowy z gazy bawełnianej z nitką radiacyjną (12 W, 17N), o zagiętych brzegach, co zapobiega ich strzępieniu, składane na 3” oraz dla zadania nr 32 poz. 1, 2: „Kompres jałowy z gazy bawełnianej z nitką radiacyjną 16W, 17N), o zagiętych brzegach, co zapobiega ich strzępieniu, składane na 3”**

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Pytanie 13 dot. zadania nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zapakowanie kompresów w miękkiej blister gdzie wszystkie oznaczenia nadrukowane są na papierze?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 14 dot. zadania nr 8, poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści elastyczna opaskę o rozciągliwości 150%?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

**Pytanie 15 dot. zadania nr 8, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 10 x4,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 16 dot. zadania nr 8, poz. 10-11**

Czy Zamawiający dopuści podkład syntetyczny o masie powierzchniowej 83+/-13g/m2?

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## **ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 17 dot. zadania nr 11, poz. 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozmiaru : 134x95x95cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe**

### **Pytanie 18 dot. zadania nr 11, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce chusty bawełnianej chustę włókninową w rozmiarach jak w SWIZ?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pytanie 19 dot. zadania nr 11, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową w rozmiarze 100x100x141cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pytanie 20 dot. zadania nr 12, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jałowy kompres na nos w rozmiarze 5cm x 2,5cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pytanie 21 dot. zadania nr 12, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny zapakowany w opakowanie typu blister nie posiadające odklejanej nalepki? Informacje tj. kod produktu, dane o dacie sterylizacji oraz dacie ważności wyjąłowanego materiału znajdują się bezpośrednio na opakowaniu.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 22 dot. zadania nr 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy opatrunkowe były zapakowane w dwudzielny miękki blister z perforacją i oznaczeniem części A i B?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### **Pytanie 23 dot. zadania nr 15, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kompresy gazowe 17N 8W w rozmiarze 7,5x7,5cm- 10szt.
- kleszczyki metalowe do igły 13cm- 1szt.
- kleszczyki plastikowe 19cm- 1 szt.
- strzykawka 3 częściowa luer 10 ml- 1 szt.
- igła 18G – 1 szt.
- igła 21G- 1 szt.
- pojemnik plastikowy 60 ml – 1 szt.
- serweta dwuwarstwowa w rozmiarze 90 x75cm z otworem lepny o średnicy 10cm- 1 szt.
- serweta dwuwarstwowa w rozmiarze 60x50cm

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- foliową?

**ODPOWIEDŹ: Zgownie z SIWZ**

### **Pytanie 24 dot. zadania nr 19, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści neurokompresy wykonane z włókniny wiskozowo-poliestrowej charakteryzującej się wysoką chłonnością, z nitką RTG, opakowanie a10x25szt. Zapakowane w blister i kartonik? Zarejestrowane w klasie III.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 25 dot. zadania nr 31**

Czy Zamawiający wymaga opasek nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego? Tak nawinięta opaska namaka równomiernie i nie odkształca się, co ułatwia pracę z nią.

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 26 dot. zadania nr 5, poz. 5, poz.1-5 i 12-14; zadania nr 6, zadania nr 11 poz.1-5, zadania nr 12, zadania nr 23 poz.3-5, zadania nr 30 poz. 4-5, zadania nr 32, zadania nr 33 poz.3**

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga sterylizacji w parze wodnej? Metoda ta uznawana jest za najbezpieczniejszą dla pacjenta.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ dla zadań nr 5 (poz. 1-5 i 12-14), 6, 11 (poz. 1-5), 12, 23 (poz. 3-5), 33 (poz. 3). Natomiast dla zadań nr 23, 30 (poz. 4-5) Zamawiający dopuszcza sterylizację tlenkiem etylenu**

**Pytanie 27 dot. zadania nr 5, poz. 5, poz.1-5 i 12-14; zadania nr 6, zadania nr 11 poz.1-5, zadania nr 12, zadania nr 23 poz.3-5, zadania nr 30 poz. 4-5, zadania nr 32, zadania nr 33 poz.3**

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga przedstawienia raportu walidacji w celu potwierdzenia, że proces sterylizacji przebiega właściwie?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 28 dot. Kompresów gazowych**

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga aby kompresy gazowe spełniały poniższe parametry:

Wykonane z gazy 17n 8w:

- 5cm x 5cm o gramaturze 0,442g, wykrój 13+/-1 x 20 -1
- 7,5cm x 7,5cm, gramatura 0,918g, wykrój 18 +/-1 x 30-1
- 10cm x 10cm, gramatura 1,564g, wykrój 23+/-1 x 40-1
- 10cm x 20cm, gramatura 2,92g, wykrój 44 +/- x 40-1

Wykonane z gazy 17n 12w:

- 5cm x 5cm o gramaturze 0,561g, wykrój 16,5+/-1 x 20 -1
- 7,5cm x 7,5cm, gramatura 1,224g, wykrój 24 +/-1 x 30-1
- 10cm x 10cm, gramatura 2,142g, wykrój 31,5+/-1 x 40-1
- 10cm x 20cm, gramatura 4,352g, wykrój 64 +/- x 40-1

Wykonane z gazy 17n 16w:

- 5cm x 5cm o gramaturze 0,680g, wykrój 20+/-1 x 20 -1
- 7,5cm x 7,5cm, gramatura 1,530g, wykrój 30 +/-1 x 30-1
- 10cm x 10cm, gramatura 2,720g, wykrój 40+/-1 x 40-1
- 10cm x 20cm, gramatura 5,440g, wykrój 80 +/- x 40-1

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 29 dot. Projektu umowy**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**ODPOWIEDŹ: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy**

**Pytanie 30 dot. Projektu umowy**

Zważywszy na treść § 1 ust. 9 i 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 31 dot. Projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „50% wartości zamawianej partii towaru” zostało zastąpione wyrażeniem „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

## Pytanie 32 dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 8 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy na dane zadanie” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości umowy na dane zadanie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (zadania). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

## Pytanie 33 dot. Projektu umowy

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1) i 4) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ**

**Działając na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a zmiany obejmują:**

**dodanie zadania nr 35 wydzielonego z pozycji 4 i 5 zadania nr 13 w następującym brzmieniu:**

### Zadanie nr 35. Hemostatyki wchłanialne. CPV 33.14.11.27-6

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość [szt.]
1.	Miejskowy wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h; możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub trombiną; 2 kaniule – jedna z możliwością przecięcia, druga z pamięcią kształtu x 1 szt.	pojemność 6 ml	5
2.	Miejskowy wchłaniany środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia i z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni x 1 szt.	pojemność 6 ml	1

**W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.**

**W wyniku powyższych zmian, Zamawiający zmienia kwotę wadium w następujący sposób:**

**Zadanie nr 35 – z: - – na: 70 PLN**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **spisie treści, załączniki, załącznik nr 2A otrzymuje brzmienie:**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## „Załącznik nr 2A Wzór formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 1-20, 22-27, 29-35”

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 05.06.2017r., do godz. 10:00 na **07.06.2017r., do godz. 10:00,**
- otwarcie ofert – z 05.06.2017r. o godz. 10:30 na **07.06.2017r. o godz. 10:30.**

### ➤ rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawcy zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

Nr zadania	Kwota wadium
Zadanie nr 1	6 500,00 PLN
Zadanie nr 2	2 400,00 PLN
Zadanie nr 3	5 870,00 PLN
Zadanie nr 4	650,00 PLN
Zadanie nr 5	2 150,00 PLN
Zadanie nr 6	7 220,00 PLN
Zadanie nr 7	6 340,00 PLN
Zadanie nr 8	1 280,00 PLN
Zadanie nr 9	1 900,00 PLN
Zadanie nr 10	350,00 PLN
Zadanie nr 11	220,00 PLN
Zadanie nr 12	320,00 PLN
Zadanie nr 13	1 600,00 PLN
Zadanie nr 14	700,00 PLN
Zadanie nr 15	1 330,00 PLN
Zadanie nr 16	260,00 PLN
Zadanie nr 17	60,00 PLN
Zadanie nr 18	300,00 PLN
Zadanie nr 19	460,00 PLN
Zadanie nr 20	4 370,00 PLN
Zadanie nr 21	1 260,00 PLN
Zadanie nr 22	660,00 PLN
Zadanie nr 23	520,00 PLN
Zadanie nr 24	1 460,00 PLN
Zadanie nr 25	1 480,00 PLN
Zadanie nr 26	900,00 PLN
Zadanie nr 27	1 060,00 PLN
Zadanie nr 28	1 900,00 PLN
Zadanie nr 29	770,00 PLN
Zadanie nr 30	1 820,00 PLN
Zadanie nr 31	230,00 PLN

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



<b>Zadanie nr 32</b>	460,00 PLN
<b>Zadanie nr 33</b>	2 700,00 PLN
<b>Zadanie nr 34</b>	1 080,00 PLN
<b>Zadanie nr 35</b>	70 PLN

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 07.06.2017r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**  
***Małgorzata Usielska***

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94