



Nasz znak:
EP/220/43/2017/3

Data:
29.06.2017r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/43/2017 pn.: Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów tylko na długie prowadnice, długości protez 5, 7, 9, 12 i 15cm, pozostałe parametry zgodne z opisem?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 3

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnic nitinolowych z końcówką platynową dla skutecznej wizualizacji w RTG, średnica 0,025" i 0,035" do wyboru przez Zamawiającego, pozostałe parametry zgodne z opisem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy zadania nr 12

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 zadania nr 12 dopuści zaoferowanie koszyka o drutach 4 na 8, o wymiarach 2,5 x 4cm, długość robocza 215cm, pozostałe parametry zgodne z opisem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr 4

1. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści balon ekstrakcyjny do dróg żółciowych - wprowadzanie po przewodnicy 0,035" - po napełnieniu kształt jabłka - długość nosa 6mm - znaczniki radiologiczne poniżej i powyżej balona?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 12

2. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 1

Kleszczyki jednorazowe, owalne z bolcem, średnica kanału roboczego - min. 2,8mm, długość 180cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 7

1. Z uwagi na fabryczne pakowanie sfinkterotomy w niepodzielne opakowania po 2 szt., prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na 2 szt.?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 7 (Wielorazowy sfinkterotom typu PUSH/PULL) zmienia zapis w kolumnie „Ilość” w pozycji 1: z „1 szt.” na „2 szt.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zadania nr 12

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 12, poz. – 1 kleszczyków o długości 155cm oraz w poz. – 4 koszyków 4 drutowych o szerokości otwarcia 35mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy § 1 ust. 5 projektu umowy

3. Czy zamawiający wydłuży termin dostaw na cito do 3 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 2 ust. 9 projektu umowy

4. Czy zamawiający wydłuży termin dostarczenia brakujących wyrobów medycznych lub wymiany wadliwych wyrobów na spełniające zastrzeżone w Umowie wymagania w terminie do 72 godzin roboczych, licząc od chwili wystosowania wezwania na fax lub adres e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający w § 2 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zastępuje sformułowanie: „w terminie 48 godzin roboczych” – sformułowaniem: „w terminie 72 godzin roboczych”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy

5. Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z kwotowej na procentową do wysokości 0,5% za każdy dzień/godzinę zwłoki wartości zamawianej partii towaru?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy

6. Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z kwotowej na procentową do wysokości 0,5% za każdy dzień/godzinę zwłoki w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 3 ust. 4 projektu umowy

7. Czy zamawiający doda symbol % do liczby 20, tak aby ustęp 4 w § 3 miał brzmienie:
„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **20%** wartości umowy na dane zadanie”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający w § 3 ust. 4 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zastępuje sformułowanie: „w wysokości 20 wartości umowy na dane zadanie” – sformułowaniem: „w wysokości 20% wartości umowy na dane zadanie”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 03.07.2017r., do godz. 11:00 na **05.07.2017r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 03.07.2017r. o godz. 11:30 na **05.07.2017r. o godz. 11:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 05.07.2017r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska