

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Serwety, maski, czepki, fartuchy (CPV 39.51.82.00-8)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 4 miesiące |
|------|--|---------------------|
| 1. | Zestaw do operacji brzuszno – kroczywych o składzie minimalnym: - serweta wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 195cm x 250cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezyjologicznym, w części górnej samoprzylepne okno z folią operacyjną lub bez o wymiarach min. 18cm x 28cm, w części dolnej posiadająca otwór o wymiarach min. 9cm x 12cm, - pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min. 80cm x 140cm, - serwetki do rąk – min. 2 szt., - sterylna kieszka samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40cm–45cm x 35cm–40cm, - całość owinięta w serwetę o wymiarach min. 140cm x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika | 10 kpl. |
| 2. | Zestaw do operacji kroczywych o składzie minimalnym: - 1 serweta na stolik narzędziowy 150cm x 100cm, - 1 serweta z samoprzylepnym oknem (Ø 7 x 10cm) 100cm x 200cm, - 2 osłony na kończynę długie 75cm x 120cm, - 2 ręczniki celulozowe 30cm-40cm x 30cm-40cm | 10 kpl. |
| 3. | Zestaw serwet do cystoskopii o składzie minimalnym: - sterylna, jednorazowa serweta zabiegowa do cystoskopii z torbą i z sitem i ze zintegrowanymi nogawicami, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min. 175cm x 200cm, posiadająca w części środkowej otwór na pręcie min. 5cm i osłonę na palec do badania per rectum, - 2-4 ręczniczki celulozowe, - 1 taśma lepna 10cm x 50cm, - całość owinięta w serwetę o wymiarach 140cm x 190cm, która ma służyć jako przykrycie stolika | 250 kpl. |
| 4. | Serweta operacyjna min. dwuwarstwowa, sterylna do angiografii udowej z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe (Ø 9cm) i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (prawa strona pacjenta 60cm x 300cm) 210cm x 300cm, pakowana w papier krepowy | 200 szt. |
| 5. | Taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach min. 10cm x 50cm | 500 szt. |
| 6. | Zestaw do andenotomii w składzie: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140cm x 160cm (opakowanie zestawu), - 1 x serweta z przylepnym otworem o średnicy 10cm, 250cm x 170cm, - 1 x czyścik do koagulacji, - 4 x ręcznik celulozowy – min. 31cm x 31cm. Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne minimum dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m ² (wzmocnienie 55g/m ²). Chłonność materiału podstawowego: min. 450%, chłonność w miejscu padu: min. 950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony | 20 kpl. |
| 7. | Zestaw do przegrody nosowej w składzie: | 50 kpl. |

| | | |
|-----|--|-------------|
| | - 1 x serweta min. dwuwarstwowa 150cm x 200cm, otwór typu „U” przylepny 19cm x 19,5cm, z uchwytem typu Velcro, - 1 x serweta min. dwuwarstwowa 150cm x 90cm, otwór typu "U" przylepny 19cm x 19,5cm. Opakowanie zestawu: papier krepowy | |
| 8. | Serweta składająca się dwóch części 75cm x 100cm/75cm x 90cm, z których pierwsza stanowi sterylne podkład pod głowę, druga zaopatrzona w przylepiec umożliwia ufixowanie jej w formie turbanu na głowie pacjenta | 20 szt. |
| 9. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 100cm x 150cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 1 200 szt. |
| 10. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 45cm x 75cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 2 000 szt. |
| 11. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 150cm x 170cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 500 szt. |
| 12. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 75cm x 90cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 1 300 szt. |
| 13. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 200cm x 150cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 300 szt. |
| 14. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 50cm x 50cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 500 szt. |
| 15. | Serweta samoprzylepna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 150cm x 200cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 50 szt. |
| 16. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 75cm x 90cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w taśmę lepną na całej długości dłuższego boku | 2 100 szt. |
| 17. | Serweta samoprzylepna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 90cm x 100cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 100 szt. |
| 18. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 50cm x 60cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem Ø: min. 7cm | 400 szt. |
| 19. | Serweta sterylna min. dwuwarstwowa o wymiarach min. 75cm x 75cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, z przylepnym otworem o wymiarach min. 6cm x 8cm | 400 szt. |
| 20. | Serweta sterylna o wymiarach 75cm x 90cm, z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu | 800 szt. |
| 21. | Serweta sterylna o wymiarach 45cm x 75cm z otworem, samoprzylepna, z możliwością dostosowania średnicy otworu | 1 000 szt. |
| 22. | Serweta sterylna samoprzylepna z transparentnej folii na ekran anestezyjologiczny o wymiarach min. 234cm x 150cm | 100 szt. |
| 23. | Pokrowiec sterylny na stół Mayo z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min. 80cm x 140cm i z dużym wywinięciem oraz założeniem ułatwiającym czyste nakrycie stołu | 800 szt. |
| 24. | Sterylna kieszka samoprzylepna, jednosekcyjna, o wymiarach 40cm–45cm x 35cm–40cm | 1 000 szt. |
| 25. | Sterylna kieszka samoprzylepna, dwusekcyjna, o wymiarach 2cm x 15cm-18cm x 38cm x 40cm z taśmą lepą o szerokości min. 5,0cm | 400 szt. |
| 26. | Maska chirurgiczna dwu- lub trójwarstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki lub gumki, do wyboru przez Zamawiającego | 50 000 szt. |
| 27. | Maska chirurgiczna trój- lub czterowarstwowa, nierosiejąca, z osłoną na oczy | 500 szt. |
| 28. | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (górną), chroniące okulary przed zaparowaniem. Maseczka spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II) | 3 000 szt. |
| 29. | Sterylna osłona na rękaw 50cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w elastyczny mankiet | 40 szt. |
| 30. | Osłona sterylna na kończynę, wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny, o wymiarach 37cm–75cm x 110cm–120cm | 40 szt. |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 31. | Sterylna osłona na stopę 40cm x 22cm x 8cm | 10 szt. |
| 32. | Podkład dla chorych, niesterylny, chłonny, z celulozy, o wymiarach 90cm x 60cm | 22 000 szt. |
| 33. | Zestaw do operacji okulistycznych w składzie min.: serweta sterylna, wykonana z dwu- lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, bez dodatku wiskozy i celulozy, o rozmiarze całkowitym 137cm x 137cm, z folią operacyjną o wymiarach 10cm x 12cm, z dodatkową kieszenią na płyny | 24 szt. |
| 34. | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach min. 50cm x 65cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu | 250 szt. |
| 35. | Sterylny pokrowiec na przewody do laparoskopii o wymiarach 13cm–16cm x 200cm–250cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach | 1 000 szt. |
| 36. | Ochroniacze z włókniny na buty, ściągnięte gumką, niesterylne | 1 500 par |
| 37. | Czepek z włókniny na gumkę, niesterylny, nieharmonijkowy | 20 000 szt. |
| 38. | Czepek z włókniny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki, niesterylny | 2 000 szt. |
| 39. | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną wokół głowy oraz wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem wykonanym z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m ² | 3 000 szt. |
| 40. | Fartuch z włókniny, z długim rękawem, z mankietem bawełnianym lub z lekko ściągającą, nieuciskającą gumką, rozmiar uniwersalny, niesterylny | 3 000 szt. |
| 41. | Sterylny, nieprzezierny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS/SMMS/SMMMS o gramaturze min. 40g/m ² w rozmiarze M, L, XL oraz XXL (do wyboru przez Zamawiającego). U góry zapinany na rzep typu combi tape, który pozwala na zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha, zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania | 600 szt. |
| 42. | Sterylny, pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS/SMMS/SMMMS o gramaturze min. 40g/m ² w rozmiarze M, L, XL oraz XXL (do wyboru przez Zamawiającego). U góry zapinany na rzep typu combi tape, który pozwala na zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz w rękawach chroniących operatora przed przesiąkaniem płynów. Nieprzemakalne wstawki od wewnętrznej strony fartucha, umocowane na całej powierzchni (nie punktowo). U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha, zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub w papier krepowy zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania | 50 szt. |

Wymagane warunki graniczne dla zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet/sztukę/parę.

Zadanie nr 2. Zestaw serwet do kraniotomii (CPV 39.51.82.00-8)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość na 4 miesiące |
|------|---|---------------------|
| 1. | Zestaw serwet do kraniotomii I: - 1 x papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne), - 1 x serweta główna min. 241cm x 254cm, wykonana z miękkiego, łatwo układającego się, nie pyłącego, niepalnego (klasa I), nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych (czas utrzymywania ładunku: poniżej 0,1 sek.) laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m ² , wytrzymałości na rozrywanie i manipulację na mokro i sucho min. 200 | 100 zestawów |

| | | |
|----|---|-------------|
| | <p>kPa, wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne na sucho i mokro min. 110 N, wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na sucho i mokro min. 62 N, chłonność: 400%, spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody: co najmniej 20 dmH₂O), otwór min. 18cm x 27cm z folią operacyjną, wzmocnienie chłonne, 2 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny z filtrem, port do ssaka, przylepiec zintegrowany z serwetą do zamocowania na ramieniu anestetycznym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm, - 3 x serwety nieprzylepne min. 75cm x 90cm, - 1 x torba na narzędzia z 2 kieszeniami PE | |
| 2. | <p>Zestaw serwet do kraniotomii II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm (opakowanie wewnętrzne), - 1 x ręcznik chłonny min. 15cm x 20cm, - 1 x taśma klejąca foliowa min. 8cm x 40cm, - 1 x serweta główna min. 221cm x 240cm, wykonana z miękkiego, łatwo układającego się, nie pyłącego, niepalnego (klasa I), nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych (czas utrzymywania ładunku: poniżej 0,1 sek.) laminatu trójwarstwowego polipropylenowo-poliiolefinowego o gramaturze min. 70 g/m², spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody: co najmniej 30 dmH₂O), wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość: min. 300 kPa na mokro i sucho), współczynnik odporności na penetrację płynów: >300cm H₂O, współczynnik chłonności: >350, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużna: MD ≥ 130 N, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro poprzeczna: CD ≥ 75 N, otwór okrągły ø: max. 12cm, przylepny | 50 zestawów |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.