

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/72/2017/1

Data:
26.09.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/72/2017 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy zadania nr 1

1. **Poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno-kroczowych spełniającego wymagania SIWZ, jednakże z pakowaną oddzielnie, niezależnie od zestawu jednokomorową kieszenią samoprzylepną w rozmiarze 43cm x 38cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

2. **Poz. 25** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni samoprzylepnej, dwusekcyjnej, o całkowitych wymiarach 43cm x 38cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

3. **Poz. 33** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej w rozmiarze 150cm x 150cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

ZESTAW 2

Zadanie nr 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu z materiału o gramaturze 66g/m², wytrzymałości na rozrywanie i manipulację na mokro i sucho min. 200 kPa, wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne na sucho i mokro min. 110 N, wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na sucho i mokro min. 62 N, chłonności 400%, spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

co najmniej 20 dmH₂O), wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużna: MD min. 110 N, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro poprzeczna: CD min. 62 N.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska