

Wymagane parametry graniczne

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań: parametry biochemiczne, immunochemiczne oraz wirusologiczne przy użyciu 2 systemów zintegrowanych cobas 8000 dzierżawionych przez SPWSZ w Szczecinie w okresie 30 dni

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

L.p.	Warunki graniczne	Potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków granicznych (TAK/NIE)
1.	Zapewnienie oznaczenia parametrów przy użyciu systemu preanalitycznego cobas p471/ cobas p612 oraz zintegrowanych systemów cobas 8000: e801 + c502 oraz e602 + c702 + moduł ISE.	
2.	Zamawiający wymaga zaoferowania po jednym opakowaniu kalibratorów płynnych lub liofilizowanych dla wszystkich parametrów, za wyjątkiem: białka w PMR i moczu - 2 opakowania kalibratorów oraz Anty TPO – 3 opakowania kalibratorów.	
3.	Do ilości testów należy doliczyć wszystkie odczynniki dodatkowe oraz akcesoria wymienione w ulotce jako wymagane do wykonania badań w okresie umowy	
4.	Materiał kontrolny: - płynny lub liofilizowany - minimalnie 2 poziomy, Zamawiający wymaga zapewnienia jednej serie materiału kontrolnego dla wszystkich badań podczas trwania umowy.	
5.	Do oferty należy dołączyć zgodę producenta/ dystrybutora sprzętu dzierżawionego przez SPWSZ na wykorzystanie go w okresie umowy w celu wykonywania wyżej wymienionych badań.	
6.	Termin realizacji dostawy od momentu wpłynięcia zamówienia: • maksymalnie 48 godzin od poniedziałku do piątku, • maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (budynek I – 1 piętro) w godzinach: 8.00–14.00	
7.	Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: • produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych, • potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, • rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów	
8.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą w języku polskim: - karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - ulotek metodycznych (dla odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz zakresy referencyjne).	

Uwaga! Zamawiający wymaga do Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

(miejsowość, data)

*(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*