


# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
Numer rejestrowy w BDO 000028674  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szczecin, 17.02.2023 r.

EZ.210.1132.2023.MK

## WYJAŚNIENIA

dotyczy: zaproszenia do składania ofert nr EZ/210/0850/2023 z dnia 06.02.2023 r. na dostawę narzędzi chirurgicznych wielorazowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie

Pytania Wykonawców:

### ZESTAW 4

#### Pytanie nr 1

dot. pkt. 7 zaproszenia

Czy Zamawiający dopuści złożenie ofert w wersji elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku zgody prosimy o wskazania adresu e-mail na który należy przesłać oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### ZESTAW 5

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na maila: [klak@spwsz.szczecin.pl](mailto:klak@spwsz.szczecin.pl)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### ZESTAW 6

Pytanie do Zadania 4

1. Czy, Zamawiający dopuści, twardość stali dla nożyczek bez twardej wkładki mieszcząca się w zakresie 52 HRC-58 HRC ? Zakres zgodny z normą PN-EN ISO 7153-1:2017 dotyczącą wymagań dla stali używanych do produkcji narzędzi chirurgicznych
2. Czy, Zamawiający dopuści twardość stali dla pincet, kleszczyków, klem, imadeł bez twardej wkładki mieszcząca się w zakresie 42 HRC – 48 HRC? Zakres zgodny z normą PN-EN ISO 7153-1:2017 dotyczącą wymagań dla stali używanych do produkcji narzędzi chirurgicznych.

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zaoferowania produktu o zespole cech opisanych w Załączniku nr 1 do zaproszenia, jednakże dopuszcza również opisane powyżej rozwiązanie równoważne, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów opisanych w Załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr EZ/210/0850/2023 z dnia 06.02.2023 r.

Z upoważnienia  
Dyrektora SPWSZ  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
*Małgorzata Szelągiewicz*

#### Lokalizacja:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94