



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/19/W1/2015**

**Data:
25.03.2015 r.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/19/2015 pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zadanie nr 17 poz. 3

*Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu **Citra-Valve™ bezigłowy system samozamykający do wielokrotnych aktywacji 7-10 dni, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer Slip, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej 500 ml/min, pakowany podwójnie oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny?***

Odp.: Nie, zgodnie z opisem zamówienia.

ZESTAW 2

Pakiet 20

Czy Zamawiający wyłączy pozycję numer 3 i utworzy samodzielny pakiet, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a co za tym idzie, pozwoli wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo ?

Odp.: Nie.

Pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą do Scio (dren pomiarowy) do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO₂, O₂, N₂O; jednorazowego użytku, wolne od latexu, dł. 250cm, końcówki męskie ?

Odp.: Tak.

ad umowa

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o:

- **określenie minimalnego zakresu realizacji przedmiotu zamówienia** poprzez wprowadzenie do umowy zapisu o treści:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zakupionego sprzętu jednorazowego użytku, w przypadkach opisanych w §1 ust. 7 umowy, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy brutto”.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

oraz

- dodanie do § 3 kary umowne ust. o treści:

„W przypadku niewykorzystania umowy z w minimalnym zakresie określonym w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości niewykorzystanej części”.

Uzasadnienie:

Brak określenia zakresu realizacji nawet w minimalnym zakresie powoduje przerzucenie na Wykonawcę całego ryzyka gospodarczego związanego z brakiem realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn.. V Ca 1110/04) zaniechanie określenia procentowej granicy zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne może spowodować znaczne trudności dla dostawcy, w związku z poniesieniem kosztów realizacji dostawy, jak i kosztów wynikających z zabezpieczenia kontraktu w celu zagwarantowania pełnej realizacji zamówienia. Sąd wskazał jednoznacznie że projekt umowy powinien być zmodyfikowany tak, by dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał gwarancję, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać określoną w SIWZ i umowie ilość towaru.

Ponadto brak określenia minimalnego zakresu realizacji stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 145 ustawy PZP, który precyzuje zakres przesłanek odstąpienia od umowy, wskazując jako nadrzędny „interes publiczny” w odniesieniu szerszym ogólnospołecznie i gospodarczo, nie utożsamiany jako partykularny interes samego Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

1) Pytanie dot. zadania nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem pojedynczo zagiętym o składzie:

- Cewnik moczowodowy pojedynczo zagięty, znakowany co 5 cm, wykonany z najwyższej jakości poliuretanu, z końcem zamkniętym w rozmiarze CH 6- CH 8 i o długości 70 cm, z otworami rozmieszczonymi na pętli cewnika, średnica pętli 2 cm,
- Popychacz o długości 40 cm,
- Prowadnica prosta z elastycznym 2-3 cm końcem, pokryta PTFE o średnicy 0,028” – 0,035” (w zależności od średnicy cewnika) i długości 125 cm,
- Łącznik z lejkiem do worka na mocz,
- Zacisk,
- Karta pacjenta i naklejki zawierające opis i skład zestawu, numer serii, datę produkcji i ważności.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2) Pytanie dot. zadania nr 4, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem CH 6 o długości 24 -30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3) Pytanie dot. zadania nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnicy drutowej w koszulce, pokrytej PTFE, z giętym końcem 2-5 cm, o średnicy 0,032” i długości 100 cm

Lub

prowadnicy drutowej w koszulce, pokrytej PTFE, z giętym końcem 2-5 cm o średnicy 0,035” i długości 150 cm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

4) Pytanie dot. zadania nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cystostomii w rozmiarach CH 10-CH 14 w składzie: trokar metalowy rozrywalny, cewnik, zatyczka, skalpel.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 4

Pytanie 1

Dotyczy zadanie nr 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłuć mostka w rozmiarach 16Gx30mm i 16x50mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 5,6,7,8 do nowoutworzonego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 1, poz. nr 5,6,7,8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawów do przeszkrónej biopsji wątroby zawierający igłę do iniekcji w rozmiarze 0,8x40mm ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 23, w poz.1 ZESTAW DO JEJUNOSTOMII, jednorazowego użytku, jałowy, zawierający: Silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm
Wprowadzacz typu desilet
Igła typu Alene 10 Fr
Końcówkę uciskową
Igła punkcyjną 17 G 98mm
Dwa łączniki żeńsko – żeński ?
Wygląd zestawu:



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Pytanie 1. Projekt umowy §3 ust. 1

Prosimy o następującą zmianę

Jest:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł.

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Na:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 1% za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości niezrealizowanej partii towaru, ale nie może być niższa niż 1%.”

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Prośbę swą argumentujemy tym, iż kara powinna być adekwatna do popełnionego zaniechania, a biorąc po uwagę wartość poszczególnych zadań, proponowana przez Państwa kara w wysokości 100 zł za każdy

dzień/godzinę zwłoki jest karą nieadekwatną, bardzo wysoką i niejednokrotnie przekraczającą wartość zamawianego towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, Projekt umowy §3 ust. 2

Prosimy o następującą zmianę

Jest:

„W przypadku upłynięcia ...* - dniowego roboczego lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 10 **Zamawiający** ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.”

Na:

„W przypadku upłynięcia ...* - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 10 **Zamawiający** ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca, pokryje ww. koszty, tj. różnicę cen.**”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

W związku z wymaganymi przez Zamawiającego terminami realizacji dostaw oraz wprowadzonymi karami za nieterminową realizację zamówień, wnosimy o przedstawienie przez Zamawiającego harmonogramu dostaw, który pozwoli Wykonawcy na zabezpieczenie towaru na okres realizacji umowy i uchroni przed ponoszeniem kar wyznaczonych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamówienia będą składane w zależności od potrzeb.

ZESTAW 8

Pytanie do Zadania nr 21:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania tamponadę nosową przednią z balonem do tamowania krwawień. Tamponada posiada kołnierze stabilizujące i zapobiegające przemieszczeniu się tamponady oraz wyposażona jest w rurkę oddechową, którą można usunąć pozostawiając gąbkę hemostatyczną. Zintegrowana rurka oddechowa ułatwia oddychanie. Rozmiar tamponady: 5,5 x 1,5 x 2,5 cm, pakowana sterylnie pojedynczo, jednorazowego użytku jak na zdjęciu poniżej?



Odp.: Nie.

Pytanie do Zadania nr 32:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przyrząd do drenażu jamy bębnekowej ucha środkowego wykonany w całości z fluoroplastiku wyposażony w drucik.? Kształt zapewnia dobre zamocowanie na błonie bębnekowej z możliwością swobodnego usuwania dzięki zamocowaniu drucika. Średnica prześwitu 1,14mm. Przyrząd przeznaczony jest do leczenia przewlekłych wysiękowych stanów zapalnych ucha środkowego. Zdjęcie poniżej:



Odp.: Nie.

ZESTAW 9

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie do pakietu 19

Prosimy o dopuszczenie przewodnic intubacyjnych pokrytych PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowych, średnica wewnętrzna w rozmiarach: 2.0 mm, 3.3 mm i 4.7 mm – do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie do pakietu 20 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni o pojemności 10ml, skalowany z podziałką co 2ml, średnia średnica nebulizowanych czątek (MMAD) 2,7 µm potwierdzoną w testach, czysty biologicznie, kompatybilny z układem oddechowym pacjenta. W komplecie nebulizator, łącznik T bez funkcji samouszczelnienia, dren długości 180 -210cm, ustnik.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie do pakietu 20 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni o pojemności 10ml, skalowany z podziałką co 2ml, średnia średnica nebulizowanych czątek (MMAD) 2,7 µm potwierdzoną w testach, czysty biologicznie, kompatybilny z układem oddechowym pacjenta. W komplecie nebulizator, samouszczelniający łącznik T, dren długości 180 -210cm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie do pakietu 20 poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie z pakietu 20 poz. 1 i 2 i utworzenie odrębnego pakietu np. 20A. Przychylenie się do naszej prośby, może zwiększyć grono oferentów i tym samym zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do pakietu 20 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych, transparentnych, dostępna w rozmiarach 0-6, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie zapewniająca wygodne, pewne uszczelnienie; wyposażona w zlokalizowane w centralnej części min. w trzy ciągłe cylindryczne linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwi zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie. Bez zaworu. Z usuwalnym pierścieniem mocującym. Dostępna w 6 rozmiarach masek o następujących parametrach: noworodkowa –roz. 0/15M łącznik (bez pierścienia mocującego); niemowlęca – Roz. 1 / 15M łącznik (bez pierścienia mocującego).; pediatryczna Roz.2/ 22F łącznik; mała Roz. 3/ 22F łącznik; średni Roz. 4/22F łącznik; duży Roz. 5/ 22F; bardzo duży Roz. 6 – łącznik 22F. Bez podania parametru – przestrzeń martwa, ponieważ nie jest to parametr określony standardowo przy maskach amnesticznych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. Wzoru umowy:

1. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §1 ust. 6 wzoru umowy zastrzeżenia, że zmniejszenie ilości dostaw przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o odstąpienie od dostaw na cito w zakresie pakietów 19, 20, 35

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy zamawiającego o zmianę terminu dostaw na cito do 72 godzin od momentu otrzymania i potwierdzenia faksem Zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej określonej w §3 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości dostarczonej ze zwłoką części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej będącej wynikiem konieczności dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego do równowartości różnicy cen towarów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w par. 3 ust. 3 do 0,2% reklamowanego towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 4 poprzez naliczanie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1/ stwierdzenia, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;
2/ powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3, § 3 ust. 3 umowy;
3/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z istotnymi wadami jakościowymi;
4/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;
5/ wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu dla oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
6/ odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 10

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 10** dopuści rurki intubacyjne z balonem zbrojone, wykonane z medycznego PCW?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 11** dopuści zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin:

- miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,
- mocny przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika,
- suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia,
- wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru,

- gładko wykończone krawędzie całego systemu,
 - dostępność rozmiarów: do rurek tarheostomijnych 12F/30cm, 14F/30cm; do rurek intubacyjnych 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm
- w zestawie dodatkowo:
- łącznik obrotowy,
 - zamykany port MDI (port do podawania leków),
 - klin do rozłączania układu,
 - przejściówka 15/22mm,
 - zatyczka 15mm,
 - kolorowe etykiety identyfikacyjne pacjenta wraz naklejkami dnia wymiany, całość sterylna, pakowana w szczelne foliowe opakowanie z papierowym mankietem do łatwego otwierania, do każdego zestawu dołączana martwa przestrzeń jednorazowego użytku?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 19** dopuści prowadnice intubacyjne w rozmiarach 2,0; 4,0 i 5,0, dostosowane do użytku z rurkami intubacyjnymi w rozmiarach od 2,5mm do 11,0mm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 11

Zadanie nr 2 poz.1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Dufour, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w podwójne opakowanie czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3:

Poz.5: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają mieć min.3 czy 4 otwory boczne gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 4:

Poz.1:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do szynowania wew. moczowodów producenta firmy Porges – Coloplast zawierającego cewnik pojedynczo zagięty o długości 90cm, prowadnicę Seldingera o średnicy 0,035", kłamrę, szpulkę mocującą oraz łącznik do worka na mocz.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do szynowania wew. moczowodów producenta firmy Teleflex Medical zawierającego cewnik pojedynczo zagięty o długości 90cm, prowadnicę.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i zamawiający ma na myśli zestaw zawierający między innymi cewnik moczowodowy pojedynczo zagięty o długości 90cm, skalowany co 1cm?

Odp.: Nie zaszła pomyłka. Zgodnie z SIWZ.

Poz.2:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do szynowania wew. moczowodów producenta – firmy Porges – Coloplast z cewnikiem podwójnie zagiętym, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty bez nici, z prowadnicą 0,035", prostym popychaczem bez zacisków.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do wew. szynowania moczowodów firmy Teleflex Medical z cewnikiem podwójnie zagiętym, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty bez nici, z prowadnicą 0,035", bez prowadnicy, prostym popychaczem bez zacisków.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3 i 4: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki w zestawie do wew. szynowania moczowodów mają posiadać zewnętrzną miękką warstwę atraumatyczną dla pacjenta, a wewnętrzną twardszą umożliwiającą łatwe przesuwanie po prowadnicy, co podniesie komfort dla pacjenta i jednocześnie dla operatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz.5: Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do wew. szynowania moczowodów producenta firmy Teleflex Medical z cewnikiem podwójnie zagiętym, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty bez nici, z przewodnicą 0,035", bez przewodnicy, prostym popychaczem bez zacisków.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej firmy Teleflex Medical w składzie:

- cewnik nefrostomijny w rozmiarze 8 Ch lub 10 Ch (do wyboru przez Zamawiającego), długość około 30 cm, pokryty hydrożelem dla łatwiejszego wprowadzenia
- prostownik do cewnika dwuczęściowy (do wyprostowania cewnika przed założeniem)
- igła punkcyjna dwuczęściowa z wyjmowanym mandrynem z markerem na ostrzu, widocznym w USG, rozmiar 17,5G, długość 20 cm
- przewodnica typ Lunderquist o średnicy dopasowanej do igły punkcyjnej (0,0038") o długości 80 cm
- łącznik do worka na mocz z kranikiem
- 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania sterylnego zestawu do nefrostomii producenta firmy Porges – Coloplast w składzie:

Cewnik nefrostomijny typu J w rozmiarze 8ch lub 10ch długości min.29cm z metalowym sztyltem, przewodnik Seldingera o średnicy 0,038", 1 zestaw rozszerzadeł w rozm. zależnym od rozmiaru cewnika, igła punkcyjna Chiba 18G.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 8:

Pzo.1: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma mieć obudowę wykonaną z poliwęglanu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma posiadać trójramienne białe pokrętło gwarantujące precyzyjną obsługę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o sprecyzowanie czy kranik trójdrożny ma się cechować objętością wypełnienia 0,22ml czy 0,23ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 10:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy rurki intubacyjne zbrojone mają posiadać znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy rurki intubacyjne zbrojone mają być skalowane co 1 cm, co pozwala na precyzyjną kontrolę położenia rurki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV niesilikonowanej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 11:

1. W związku z dopuszczeniem zaofiarowania cewników w układzie zamkniętym na dwie oraz trzy doby, prosimy Zamawiającego o przeliczenie kosztu ostatecznego na jedną dobę, co da możliwość porównania oferowanego asortymentu. Ewentualny wybór oferty z cewnikiem w systemie zamkniętym na 48 godzin pomimo pozorów korzystniejszej ceny może narazić Zamawiającego na poniesienie większych kosztów eksploatacji, w porównaniu z możliwością użycia zamkniętego systemu do odsysania o ok. 33% dłuższym okresie użytkowania, a jednocześnie będzie stanowić istotne uchybienie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o dopuszczenie modułowego systemu do odsysania składającego się z oddzielnie pakowanych: sterylnego cewnika oraz mikrobiologicznie czystego adaptera do dróg oddechowych o kącie 45 stopni z samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej lub z tracheotomijnej. Adapter do dróg oddechowych na 7 dni, cewniki na 72 godziny, kodowane kolorem w rozmiarach 14 i 16 o długości dla rurek intubacyjnych 54 cm, dla rurek tracheotomijnych długości 34 cm. System z obrotowym portem do przepłukiwania, bez portu do MDI, cewniki dla dorosłych bez znacznika, skalowane co 1 cm z otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożonymi po obu stronach naprzemiennie. Nadmieniamy, iż w/w długości cewników są wystarczające do skutecznego przeprowadzenia odsysania, a różnice w długościach cewników różnych producentów wynikają z różnych długościach konektorów służących do ich obsługi.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 12:

Prosimy o sprecyzowanie czy worek w zestawie do cystostomii ma być 2l, tak jak obecnie w obecnie stosowanym zestawie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 30:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sondy trójświatłowej Sengstakena-Balckmore'a o dł. 120cm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sondy w rozmiarach 15ch-21ch.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy zapisów siwz:

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odp.: Nie.

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 3 na:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową (z winy „Wykonawcy”) realizację zamówienia w wysokości 10zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku Zamówień typu „cito” – w wysokości 10zł za każde rozpoczęte 24godziny. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru.

2. W przypadku upłynięcia 5-dniowego i 72 godzinnego (zamówienia typu „cito”) terminu na realizację dostawy „Zamawiający” ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do „Zamawiającego” (przesyłek, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 5%.

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie §9ust. 2 pkt.a)-g) „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe aby w przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez zamawiającego zastrzec karę umowną. Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które wynika z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę. Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary.

W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu

W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa

została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 12

Dotyczy Zadania nr 2 poz.1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika Dufour wykonanego z silikonu, balon poj. 50/80ml, rozmiary od 18 do 24 F, długość 40cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 2 poz.1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie lateksowego cewnika Couvelaire pokrytego warstwą elastomeru silikonu, balon poj. 60/80ml, rozmiary od 18 do 24 F, długość 40cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 2 poz.2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie trójbieżnego silikonowego cewnika Dufoura, balon poj. 40-80ml, rozmiary od 18 do 24 F, długość 40cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 4 poz.1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodów z cewnikiem pojedynczo zagiętym otwartym, z otworami na pętli, widocznym w RTG, skalowanym; dł. 70cm, z łącznikiem lejkowatym do worka na mocz i zaciskiem gwintowym unieruchamiającym cewnik na przewodniku; w zestawie dwa rozszerzadła, dwie naklejki pacjenta; brak karty pacjenta?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 4 poz.2-6

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów jak w opisach lecz z dwoma naklejkami pacjenta?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 13

1. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 2: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu: „powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200zł”. Kara w obecnej wielkości jest rażąco wysoka, gdyż Wykonawca w przewidzianej niniejszym paragrafem sytuacji zostanie już obciążony różnicą w cenie pomiędzy ceną umowną a ceną zakupu interwencyjnego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 3: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości wadliwej/niepełnej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 2% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 14

Pakiet 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer w rozmiarach od CH18 do CH36?

Odp.: Tak.

Pakiet 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone wykonane z PCV?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki były silikonowane?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet 19 poz.1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach FR6, FR10, FR14?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
dr n. med. Mariusz Pietrzak