



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/29/W2/2015

Data:
30.03.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/29/2015 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycji nr 1 stapler endoskopowy/naczyniowy z artukulacją dwuczściowy ,zbudowany z rękojeści oraz ładunku z wzbudowanym nożem o łącznej długości 230 mm lub 330mm. Pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycji nr 3 jednorazowy trokar o średnicy 12,5 mm dł 100 mm kompatybilny z staplerem laparoskopowym ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 stapler okrężny o średnicy główki 24 mm, stapler posiada łamane kowadełoko oraz regulacje docisku tkanki . zakres wysokości zszywki od 4,8 mm do 5,5 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji nr 4 stapler okrężny o średnicy główki 24 mm, stapler posiada łamane kowadełoko oraz regulacje docisku tkanki . zakres wysokości zszywki od 4,8 mm do 5,5 mm.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 wysokość zszywek po zamknięciu 1,5 mm oraz 2,0 mm.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycji nr 5 jednorazowy stapler zamykający prosty, długość linii cięcia 45 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, Dzięki prostej główce o rozmiarze 45mm, dobrze sprawdza się w wąskich miednicach. Zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej (niebieski 1,5 mm).

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 2

ZADNIE 8 :

1. Czy Zamawiający wymaga aby klipsownice jednorazowego użytku były wyposażone w 15 bądź 20 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza klipsownice jednorazowego użytku wyposażone w 15 bądź 20 sztuk klipsów.

2. Czy Zamawiający mając na myśli klipsownice średnio-duże ma na myśli klipsownice średnie o większych klipsach? Wg. producenta oba rozmiary w kategorii klipsownic średnich mają tę samą nomenklaturę, ale różnią się rozmiarami klipsów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

3. Czy Zamawiający potwierdzi, iż zgadza się na następujące rozmiary klipsownic (długości w cm), ze względu na rozmiary katalogowe w calach:

- mała – 22,86 cm
- średnia – 24,76 cm
- duża – 33,02 cm
- średnio-duża – 29,21

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

4. Czy Zamawiający wymaga aby klipsy posiadały wbudowany dodatkowy mechanizm zatraskowy w celu zapewnienia pewnej hemostazy i pewnego zatrzaśnięcia klipsa?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

ZADNIE 12

1. Czy Zamawiający wymaga aby trokary w tym pakiecie posiadały trójpozycyjny zawór desuflacyjno-insuflacyjny?

Odp.: Tak.

ZESTAW 3

Paragraf 1

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 2 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen jednostkowych netto przez cały okres trwania umowy.”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 2 ustęp 6

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej, którego dotyczy. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ustala się karę umowną za nieterminową (z winy Wykonawcy) realizację zamówienia w wysokości 1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości zamawianej partii towaru.”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku upłynięcia* - dniowego roboczego(* w odniesieniu do terminu wskazanego w ofercie przetargowej) lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub przypadku określonego w § 1 ust. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym (...)

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 1% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustęp 4

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku awarii naprawa lub wymiana niesprawnej(-ych) klipsownic powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia Wykonawcy tego faktu przez Zamawiającego. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu dzierżawy za każdy dzień opóźnienia.¹⁾

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Zadanie 1:

1. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oferty wyłącznie na część drugą „Staplery Okrężne Zakrzywione”.

Odp.: Nie

Zadanie 1, Lp. 4-7:

1. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z wysokością zszywek 4,5mm dla średnicy 21mm oraz 5,0 mm dla pozostałych średnic.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów bez wersji przedłużonej do 50cm.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 2:

1. Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów o średnicy 32mm lub 34 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 5

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12, pozycji nr 1 bezpieczny trokar bezostrzowy 5,5 mm, jednorazowego użytku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 pozycji nr 2 trokar 12,5mm z redukcją do 5,5 mm, jednorazowego użytku

Odp.: Zamawiający dopuszcza

ZESTAW 6

I. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Pytanie 1. Projekt umowy § 3 ust. 1

Prosimy o następującą zmianę

Jest:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł.

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Na:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 1% za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości niezrealizowanej partii towaru, ale nie może być niższa niż 1%.”

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Prośbę swą argumentujemy tym, iż kara powinna być adekwatna do popełnionego zaniechania, a biorąc po uwagę wartość poszczególnych zadań, proponowana przez Państwa kara w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki jest karą nieadekwatną, bardzo wysoką i niejednokrotnie przekraczającą wartość zamawianego towaru.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2, Projekt umowy §3 ust. 2

Prosimy o następującą zmianę

Jest:

„W przypadku upłynięcia ...* - dniowego roboczego (...) lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 10 **Zamawiający** ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca**

zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł. (...)"

Na:

„W przypadku upłynięcia ...* - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 10 **Zamawiający** ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca**, **pokryje ww. koszty, tj. różnicę cen.**”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

W związku z wymaganymi przez Zamawiającego terminami realizacji dostaw oraz wprowadzonymi karami za nieterminową realizację zamówień, wnosimy o przedstawienie przez Zamawiającego harmonogramu dostaw, który pozwoli Wykonawcy na zabezpieczenie towaru na okres realizacji umowy i uchroni przed ponoszeniem kar wyznaczonych przez Zamawiającego.

Odp.: Zamówienia składane będą w zależności od potrzeb Zamawiającego.

ZESTAW 8

Dot. Zadania nr 3

Wnosimy o wykreślenie wymogu aby w/w staplery posiadały wysokość zszywki 1,75mm (załącznik 1.3do SIWZ). Wysokość 1,75 jest wysokością niestandardową a ujęcie jej w wymaganiach ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji. Do tej pory Zamawiający pracował na zszywkach o wysokości 2.0mm (tkanka gruba) i 1.5mm (tkanka cienka).

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Zadania nr 4

1. Czy Zamawiający określając „dwurzędowy” ma na myśli w tym zadaniu stapler z dwoma pojedynczymi naprzemiennymi rzędami zszywek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy z kontrolowaną skalą docisku gdzie wysokość zszywki jest płynnie regulowana przez operatora w zakresie 1-2,5mm?

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy Zamawiający dopuści stapler z kontrolowaną skalą docisku który wg wskazań powinien być obsługiwany oburącz (tylko staplery automatyczne są obsługiwane 1 ręką)?

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

4 Wnosimy o wyłączenie pozycji 5 i utworzenie osobnego zadania , tzw. „contur”- umieszczenie tej pozycji służy jedynie do zablokowania pakietu dla większej liczby oferentów.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Zadania nr 9.

1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych pakowanych w listkach po 6 i po 4 szt w zależności od potrzeb Zamawiającego i możliwość ograniczeniu kosztów np. w przypadku appendektomii gdzie wystarczą w zupełności 4 klipsy ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dot. Zadania nr 10

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów w rozmiarze M/L pakowanych po 4 i po 6 szt celem ograniczenia kosztów ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Dot. Zadania nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści bezpieczny trokar 12mm gdzie redukcja 5 mm jest razem w zestawie w sterylnym opakowaniu w postaci dodatkowego „rurki”. Wyrażenie zgody pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej oferty. Należy przypomnieć że w poprzednim postępowaniu nasza oferta była cenowo najkorzystniejsza ale została odrzucona właśnie przez ten zapis SIWZ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

2. Czy Zamawiający dopuści trokary nie posiadające żebrowanej kaniuli ale z kaniulą wykonaną z tworzywa antypoślizgowego gwarantującego stabilność trokara podczas zabiegu ?

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Pełnomocnictwa – podpisanie oferty

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odp.: TAK

Dot. § 1 pkt.3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy „na cito ” z 24 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. § 3 pkt.1 wzoru umowy

Paragraf 3 pkt. 1 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki...

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar do wysokości kar ustawowych.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. § 3 pkt.2 wzoru umowy

Nawiązując do w/w paragrafu projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, dotyczących zakupów interwencyjnych, które stanowią równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.

Zapis taki świadczy o tym, że Zamawiający za niedostarczenie towaru w terminie oprócz wysokiej kary umownej obciąży Wykonawcę dodatkową karą jaką jest różnica ceny powiększona o 20%, ale nie niższa niż 200 zł . Może zdarzyć się również, że np Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności a w myśl ww punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary spowodowane różnicą cen towaru w zakupie interwencyjnym.

Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub jego odpowiednią modyfikację.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. § 3 pkt.5 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 2% całej wartości umowy w przypadku rozwiązania umowy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. § 5 pkt. 2,3,4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację w/w punktu wzoru umowa na:

2) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. dwukrotnego kolejnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3 i § 3 ust. 3 do Umowy;

3) dostarczania /drugi kolejny przypadek/ wyrobów z wadami jakościowymi;

4) dostarczania /drugi kolejny przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 9

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 2, 3, 5:

1 Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy dzień** zwłoki.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **20% wartości brutto** zamawianej partii towaru,

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

2 W przypadku upłynięcia* - dniowego roboczego (* w odniesieniu do terminu wskazanego w ofercie przetargowej) lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 10 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o **5%**, ale nie niższą niż **50 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto równowartości różnicy cen towaru** Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłokę w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

3 W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 48 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **20 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

łącna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **10%** wartości **brutto** niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

5. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % **niezrealizowanej części** wartości umowy

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 10

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 7

Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstąpienia od umowy (zmniejszenia ilości wyrobów)?

Odp.: Nie.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 2 ust. 6) za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 2

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. łącna wysokość kar umownych nie może przekraczać 25% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł”.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku upłynięciadniowego roboczego (w odniesieniu do terminu wskazanego w ofercie przetargowej) lub 48-godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową po ponownym pisemnym wezwaniu do realizacji zamówienia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty (przesyłka, transport, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić **Wykonawcę** o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne

z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia **Wykonawcy**. W przypadku, gdy

Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) **Zamawiającego** o spodziewanej zwłóce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez **Zamawiającego** powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji **Wykonawcy** w magazynie **Zamawiającego**”.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, **Zamawiający** niezwłocznie powiadomi o tym **Wykonawcę**, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni roboczych

-wad jakościowych – w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wadzie wraz ze zwrotnym przesłaniem wadliwego towaru .

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, **Wykonawca** dostarczy reklamowany towar w ciągu 3 dni roboczych.

Brak reakcji **Wykonawcy** w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% całej wartości umowy.

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 3 i 4 do Umowy, pomimo dodatkowych wezwań do realizacji zamówienia”

Odp.: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 pkt. 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia z obowiązkiem niezwłocznego rozliczenia ewentualnych zobowiązań”.

Odp.: Brak w § 5 ust. 2 pkt. 8) takiego pkt. Nie

Pytanie 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odp.: Nie

ZESTAW 11

Dotyczy zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści zakrzywiony stapler okrężny posiadający główkę w kształcie pełnego stożka prostego z otworem umożliwiającym zabezpieczenie szwem. Unikatowa konstrukcja stożka umożliwia łatwiejsze wprowadzenie główki staplera w światło zespalanego narządu, co wpływa na bezpieczeństwo wykonywanego zespolenia. Stapler ten z powodzeniem może zastąpić

stapler prosty gdyż obszar jego zastosowań jest szerszy niż w przypadku staplera prostego. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści stapler okrężny o wysokości otwartej zszywki 4,2mm. Tak mała średnica staplera (21mm) stosowana jest najczęściej do zespołów na cieńszej tkance w związku z czym producent zaleca dokonanie większej kompresji tkanki, która jest możliwa m.in. dzięki niższej zszywce. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5-7 dopuści staplery zakrzywione i zakrzywione w wersji przedłużonej (średnice odpowiednio: 25,28 i 32mm) o wysokości otwartej zszywki 5,0mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

4. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 1 zaoferowany asortyment pochodził od tego samego producenta? W przypadku jakichkolwiek problemów z użyciem staplerów (np. rozjeżdżenie się zespolenia) możliwe będzie bezsprzeczne ustalenie producenta, który ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadania nr 3, 4 i 12

5. Zamawiający w załączniku nr 1.3, 1.4 i 1.12 umieścił wymóg możliwość zakupu pojedynczych sztuk. Czy w celu potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający wymaga dołączenia przez wykonawców do oferty oświadczenia potwierdzającego, że w przypadku podpisania umowy Zamawiający będzie miał możliwość kupowania pojedynczych sztuk zaoferowanego asortymentu. Część Wykonawców po podpisaniu umowy uniemożliwia zakup pojedynczych sztuk, natomiast skalkulowanie oferty w oparciu o założenie sprzedaży wyłącznie opakowań zbiorczych pozwala osiągnąć przewagę cenową nad wykonawcami, którzy warunek ten chcą spełnić. Aby oferty mogły być w pełni porównywalne trzeba mieć pewność, że warunki dostawy (w tym wymagana minimalna wielkość zamówienia) u wszystkich wykonawców są takie same.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadania nr 4

6. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 4 zaoferowany asortyment pochodził od tego samego producenta? W przypadku jakichkolwiek problemów z użyciem staplerów (np. rozjeżdżenie się zespolenia) możliwe będzie bezsprzeczne ustalenie producenta, który ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadania nr 17

7. Zamawiający w zadaniu nr 17 podał jedynie średnicę worka nie wskazując na jego pojemność. Czy Zamawiający ma w tym zadaniu na myśli duże worki o pojemności 1500ml używane m.in. do nefrektomii?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

ZESTAW 12

1. **Pytanie do pakietu nr 1 – wymagane parametry opisane w załączniku 1.1** – czy zamawiający **dopuszcza** dla wymaganych warunków granicznych w punkcie 16 zaoferowanie staplera w wersji wydłużonej do trudnych zabiegów laparoskopowych? Stapler dodatkowo w kolorze czarnym, matowym dla poprawy widoczności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

2. **Pytanie do pakietu nr 2** – czy zamawiający **wymaga** aby stapler do żyłaków odbytu LONGO dostarczany był każdorazowo z nawlekaczem nici, okrężnym rozszerzaczem odbytu i retroskopem do szwu kapciuchowego? Bez kompletnego zestawu użycie tego rodzaju staplera może niezwykle skomplikować przeprowadzenie bezpiecznej procedury.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

3. **Pytanie do pakietu nr 2** – czy zamawiający **wymaga**, aby stapler posiadał badania potwierdzające jego skuteczne użycie w procedurach medycznych?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

4. **Pakiet 3 – wymagane parametry opisane w załączniku 1.3** - czy zamawiający dla punktu 6 i 16 **dopuszcza**, jako równoważne wysokości zszywek po zamknięciu 1,5mm, 1,8mm i 2,0mm? Wszystkie oferowane przez nas staplery i ładunki posiadają najwyższy stopień referencji oraz posiadają liczne badania potwierdzające ich jakość przy użyciu w procedurach medycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

5. **Pytanie do Pakietu nr 3 - wymagane parametry opisane w załączniku 1.3** – czy zamawiający ze względu na wykonywane procedury (w tym transplantację wątroby) **wymaga**, aby w staplerze i ładunku o długości 55-65mm zaoferowano również zszywkę o wysokości po zamknięciu 1,0mm (naczyniową)? Znacząco podniesie to komfort pracy oraz rozszerzy obecne zastosowanie staplerów do wykonywanych procedur.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

6. **Pakiet 4, pozycja 3** – Prosimy o **dopuszczenie**, jako równoznaczne staplera liniowego 90mm, obsługiwanego za pomocą dwóch rąk. Oferującego ładunek z kontrolą wysokości zamknięcia zszywki. Posiadającym liczne badania, oferującym możliwość wyboru wysokości zszywki a więc przewyższającemu wymogi zamawiającego.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

7. **Pakiet 4, pozycja 4** - prosimy o **dopuszczenie** ładunku kompatybilnego z opisanym wyżej staplerem.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ

8. **Pakiet 6 – załącznik 1.6 - dla wymogów granicznych staplerów naczyniowych** – czy do zaoferowanych staplerów zamawiający wymaga dołączenia badań opublikowanych w czasopiśmie medycznych o Impact Factor większym niż 2. Dane publikowane w takiej prasie są potwierdzeniem najwyższej jakości sprzętu oraz pozytywnych wyników użycia sprzętu na pacjentach.

Odp.: Nie wymaga

9. **Pakiet 6** - Czy zamawiający **wymaga**, aby produkty w zakresie jednego pakietu pochodziły tylko od jednego producenta? Rozwiązanie takie gwarantuje stabilną jakość, **stałą dostępność co jest nieosiągalne w przypadku oferowania produktów od różnych producentów** oraz gwarancję niezmienności oferty przez cały okres trwania umowy.

Odp.: Nie wymaga

10. **Pakiet 6** – czy ze względu na wagę procedury, dla jakiej wymagany jest stapler zamawiający **wymaga**, aby stapler posiadał system trzypunktowej kontroli równomiernej kompresji? System ten gwarantuje równomierne formowanie zszywki na całej długości linii zszywek.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

11. **Pakiet 6** – Czy zamawiający **dopuszcza** do złożenia w pozycji numer 1 zestaw składający się ze staplera oraz ładunku dostarczanego razem (jednocześnie) jednak stapler nie będzie "załadowany" ładunkiem. Ładunek natomiast będzie dostarczony razem ze staplerem. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

12. **Pakiet 8** – czy zamawiający **wymaga**, aby oferowane klipsownice posiadały system zapobiegający przed wypadaniem klipsa? Zabezpiecza to przez zgubieniem lub przypadkowemu wypadnięciem klipsa w trakcie wprowadzania narzędzia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

13. **Pakiet 8** – załącznik nr 1.8 dla wymogów granicznych klipsownic automatycznych dla **punktu 8** – prosimy o **dopuszczenie** do zaoferowanego rozwiązania równoważnego o wysokości otwartego klipsa 2,1mm, po uformowaniu ok. 3,8mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

14. **Pakiet 8** załącznik nr 1.8 dla wymogów granicznych klipsownic automatycznych dla **punktu 17** – prosimy o **dopuszczenie** do zaoferowanego rozwiązania równoważnego o wysokości otwartego klipsa 4,3mm, po uformowaniu ok. 6mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

15. **Pakiet 8** załącznik nr 1.8 dla wymogów granicznych klipsownic automatycznych dla **punktu 26** – prosimy o **dopuszczenie** do zaoferowanego rozwiązania równoważnego o wysokości otwartego klipsa 6,3mm, po uformowaniu ok. 10,8 mm.

Odp.: Nie.

16. **Pakiet 8 – pozycja 3** - – prosimy o **dopuszczenie** automatycznej klipsownicy, jednorazowego użytku o długości 38,7cm, załadowanej magazynkiem jednorazowym o ilości 20 dużych klipsów, do chirurgii otwartej. Dłuższe ramię klipsownicy ułatwi pracę i rozszerzy jej zastosowanie również do dalszych struktur .

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

17. **Pakiet 8 – pozycja 4** – prosimy o **dopuszczenie** automatycznej klipsownicy, jednorazowego użytku o długości 23,8cm, załadowanej magazynkiem jednorazowym o ilości 20 klipsów średnich, do chirurgii otwartej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

18. **Pakiet 8** -Czy zamawiający ze względu na bezpieczeństwo procedury **wymaga**, aby oferowane klipsownice były wyposażone w mechanizm zapobiegający wypadaniu klipsa z aplikatora? Rozwiązanie takie zapobiega przypadkowemu wypadnięciu klipsa w trakcie użycia klipsownicy i ewentualnym problemom z tym związanym.

Odp.: Nie wymaga

19. **Pakiet 8** - Czy w celu poprawy widoczności aplikacji klipsa oraz podniesienia bezpieczeństwa procedury zamawiający **wymaga**, aby klipsy były oznaczone bądź pokryte kolorem (np. niebieskim) zwiększającym widoczność klipsa na naczyniu? Rozwiązanie to zwiększa widoczność klipsa oraz ułatwia aplikację nawet w najmniej widocznych miejscach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

20. **Pakiet 8** załącznik nr 1.8 dla wymogów granicznych klipsownic automatycznych dla **punktu 28 i 30**. Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga min 15 klipsów czy min 20 klipsów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza klipsownice jednorazowego użytku wyposażone w 15 bądź 20 sztuk klipsów.

21. Czy zamawiający **wymaga**, aby produkty w zakresie jednego pakietu pochodziły tylko od jednego producenta? Rozwiązanie takie gwarantuje stabilną jakość, **stałą dostępność co jest nieosiągalne w przypadku oferowania produktów od różnych producentów** oraz gwarancję niezmienności oferty przez cały okres trwania umowy.

Odp.: Nie wymaga

22. Pakiet 21 – wymagane parametry w załączniku 1.17 - czy zamawiający **dopuszcza** klipsy wchłaniające, wchłanianie do 48 tygodni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

ZESTAW 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycji nr 3 jednorazowy trokar o średnicy 12,5 mm dł 110 mm kompatybilny z staplerem laparoskopowym

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
dr n. med. Mariusz Pietrzak