



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/30/W1/2015**

**Data:
06.05.2015 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/30/2015 pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy Zadania nr 7, pkt. 1 części - Paski do analizy moczu, Załącznik nr 1A-6 do SIWZ (do zadania nr 7):

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora który ciężar właściwy oznacza metoda fizyczną za pomocą refraktometru, stąd brak tego parametru na pasku? Oznaczenia wykonywane są w zakresie 1,000-1,050 z dokładnością do 0,001.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na oznaczanie ciężaru właściwego za pomocą refraktometru dla analizatora pasków moczu - podstawowego, natomiast wymaga pola ciężaru właściwego na pasku dla analizatora pasków moczu - pomocniczego.

Dotyczy Zadania nr 7, pkt. 1 części - Analizator pasków moczu - podstawowy, Załącznik nr 1A-6 do SIWZ (do zadania nr 7):

2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, zaoferowanie pasków o czułości pola białka 12 mg/dl ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

3. Par. 1 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 2

I. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 2), pkt. 5:

Prosimy o możliwość zaproponowania rozwiązania, gdzie wszystkie szkiełka są zanurzane kolejno w odczynnikach aż do momentu ich zużycia z uwzględnieniem stabilności na pokładzie.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 3

Dot. Załącznik nr 1A-3 do SIWZ (do zadania nr 4)

1. Czy Zamawiający zgodzi się na minimalny termin ważności odczynników 3 miesiące?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Prosimy o odpowiedź na pytania:

1. **dotyczy do zadania 11** Czy Zamawiający wymaga, aby hodowla na podłożu chromogennym możliwa była do oceny po 24 godzinach bez zastosowania dodatkowego oprzyrządowania?

Odp.: Tak.

2. **dotyczy do zadania 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca posiadał karty charakterystyk substancji niebezpiecznych tylko dla tych produktów, które tego wymagają zgodnie z przepisami prawa i wykreśli punkt 13 z załącznika nr 1A-10 do SIWZ?
Uzasadnienie: Wymagane produkty **nie mają** w swoim składzie substancji niebezpiecznych i Wykonawca nie ma możliwości dostarczenia kart Zamawiającemu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 13 z Załącznika nr 1A-10 do SIWZ do zadania nr 11, natomiast zmienia jego brzmienie w poniższy sposób:

„Wykonawca przy pierwszej dostawie /wersja drukowana/ dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych tylko dla tych produktów, które tego wymagają zgodnie z przepisami prawa.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

3. **dotyczy do zadania 11** Z uwagi na całodobowy dostęp Zamawiającego do Biblioteki technicznej Wykonawcy, w której znajdują się wszystkie certyfikaty jakości produkowanych przez firmę odczynników, czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia aktualnego certyfikatu jakości producenta wraz z dostawą, jeśli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie, w którym zobowiąże się udostępnić Zamawiającemu adres ww. strony internetowej?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

pytania do umowy:

4. §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zapłata za dostarczone odczynniki nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej lub numer zamówienia, którego dotyczy. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na fakturze, zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej numeracji. Wykonawca umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątplenia pozwoli Zamawiającemu na przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50,00 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50,00 zł. *Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.“?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację (ilościową i jakościową) w ciągu 7 dni roboczych. (dotyczy zadania nr 1-3, 6-11) Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 48 godzin roboczych.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „ Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę*zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru. Rozliczenie wartościowe reklamowanych odczynników następować będzie procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych wyrobów.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy w załączniku nr 1w zadaniu 9 w pozycji 1 zamawiający wymaga zaoferowania pakietu odczynnikowego zawierającego ok 680 cykli /badania pacjentów, kalibracje, kontrole.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu odczynnikowego zawierającego około 680 cykli (badania pacjentów, kalibracje, kontrole).

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje czy w załączniku nr 1 w zadaniu 9 w pozycji 2 zamawiający wymaga zaoferowania kasety sensorowej SC90/900 + QC min 900 oznaczeń w kasecie ?

Odp.: : Zamawiający wymaga zaoferowania kasety sensorowej SC90/900+QC min 900 oznaczeń w kasecie.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z pytaniem czy w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy i wykonywania badań parametrów krytycznych, Zamawiający dopuści w okresie obowiązywania umowy na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych możliwość nieodpłatnego zainstalowania analizatora backup ABL 90 FLEX o parametrach identycznych jak będący własnością SPWSZ w Szczecinie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

II. Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:

Prosimy o usunięcie punktu 10 i 11 Formularza ofertowego, gdyż ich treść stanowi powtórzenie punktów 7 i 8.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ poprzez usunięcie pkt. 10 i 11 o brzmieniu:

11. Wadium o wartości zł (słownie: zł/100 gr), zostało wniesione w dniu w formie:
12. Proszę (prosimy) o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 2 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

III. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-1 do SIWZ, Wymogi graniczne, pkt. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację aparatu *w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.*

Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę aparatu winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę i instalację przedmiotu dzierżawy w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w poszczególnych dokumentach poprzez zmianę wyrażenia „od daty zawarcia umowy” na wyrażenie „od daty podpisania umowy”. Termin dostarczenia aparatu pozostaje bez zmian. Zmiany zostały naniesione w:

- Załączniku nr 1A-1 do SIWZ do zadania nr 2 pkt. 11,
- Załączniku nr 1A-2 do SIWZ do zadania nr 3 pkt. 13,
- Załączniku nr 1A-6 do SIWZ do zadania nr 7 pkt. 7,
- Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy w § 1 ust. 3.2.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym i Załączniku nr 5 do SIWZ - poprawionym, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

IV. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A-1 do SIWZ, Wymogi graniczne, pkt. 12:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 12 tabeli „Wymogi graniczne” poprzez dopisanie zwrotu: *„dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań”.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i doprecyzowuje zapis w pkt. 12 Załącznika nr 1A-1 do SIWZ nadając mu brzmienie: „W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt - dotyczy okoliczności niedoszacowania ilości odczynników przez Wykonawcę na wskazaną przez Zamawiającego ilość badań.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

V. Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy:

§1 ust. 1: Prosimy o zmianę wyrażenia „wartość odczynników” na „rodzaj odczynników”, gdyż dostarczany wraz z odczynnikami dokument dostawy potwierdza ilość i rodzaj zamówionych odczynników.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§1 ust. 3.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację przedmiotu dzierżawy *w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.*

Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu

ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę aparatu winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie III z ZESTAWU 6.

§2 ust. 6: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „*od daty otrzymania partii towaru i faktury*” na zwrot „*od daty wystawienia faktury*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§2 ust. 6.1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „*od daty otrzymania*” na zwrot „*od daty wystawienia*”. Dotychczasowy zapis powoduje, iż niemożliwe jest bezpośrednie ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego oraz dokładne określenie początku biegu terminu płatności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 9 i 12 oraz §4 ust. 4 i 9: Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „*za każdy dzień opóźnienia*” zwrotem „*za każdy dzień zwłoki*”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 300,00 zł na 100,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 10: Prosimy o doprecyzowanie zapisu projektu umowy poprzez dodanie zdania w brzmieniu: „*trwającej dłużej niż 3 dni robocze*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 11: Prosimy o zastąpienie wyrażenia „*jakiegokolwiek*” wyrażeniem „*tej samej*” a także zwrotu „*kalendarzowych*” na zapis „*roboczych*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 500,00 zł na 200,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 16: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „*za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający*”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 100,00 zł na 50,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 2 zdanie pierwsze: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie po pierwszym zdaniu zapisu w następującym brzmieniu:

„*Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.*”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zapisu „*Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin roboczych*”, w miejsce którego proponujemy zapis w brzmieniu: „*Po upływie w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, reklamację uznaje się za uzasadnioną, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w ciągu 24 godzin*”.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej z 200,00 zł na 50,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomniejszenie wartości zastrzeżonej kary umownej ze 300,00 zł na 100,00 zł?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niewykonanej umowy, nie zaś od całej wartości umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 2 wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

„Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§6 ust. 2 pkt. 2): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowość dostaw i reklamacji wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

§6 ust. 2 pkt. 7): Prosimy o zastąpienie zwrotu „kalendarzowych” wyrażeniem „roboczych”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

- 1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.*
- 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.*
- 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.*
- 4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.*
- 5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.*

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

Odp.: Zamawiający w oparciu o powyższe zapisy dokonuje zmiany w § 3 projektu umowy – Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez dodanie ust. 25 o następującej treści:

25. W celu realizacji umowy, której przedmiotem jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, uznając że wykonywana przez Wykonawcę umowa może spowodować dostęp Wykonawcy lub jego pracowników do przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych,

ustala się co następuje:

- 1) Zamawiający oświadcza że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu na mocy realizowanej umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania zakresu niniejszej umowy.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.1182).
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich dla urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych na których będą przetwarzane dane osobowe pozyskane lub udostępnione w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych , jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r Nr 100 , poz. 1024).
- 5) Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
- 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz stałej aktualizacji imiennych upoważnień pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy i przedstawienia ich na każde żądanie Zamawiającego.

- 8) Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych – wygaśnięciu umowy zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.**

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 7

Dotyczy zadania nr 7

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu analizator testów paskowych z pojemnikiem na odpady wielokrotnego użycia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu analizator osadu moczu oparty na metodzie wirowania próbki na pokładzie analizatora?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję należności? Jeżeli tak, prosimy o zmianę odpowiedniego zapisu w treści umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o zmianę wszędzie tam, gdzie jest zapis o gwarancji, „opieka serwisową, w cenie oferty”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o ograniczenie wysokości sumarycznej kar umownych do 10%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy par. 4 ust. 5: Prosimy o dopisanie do treści paragrafu: „Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy zadania 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2011 roku, po pełnym przeglądzie udokumentowanym certyfikatem?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy zadania 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2013 roku, po pełnym przeglądzie udokumentowanym certyfikatem?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy zadania 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu komputerowego wraz z wyposażeniem, o którym mowa w punkcie 18 Załącznika 1A-2 do SIWZ, z 2013 roku, po pełnym przeglądzie udokumentowanym certyfikatem?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy zadania 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drukarki, o której mowa w punkcie 19 Załącznika 1A-2 do SIWZ, z 2013 roku, po pełnym przeglądzie udokumentowanym certyfikatem?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia i instalacji analizatora w zadaniu 2 na 28dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostarczenia i instalacji analizatora w zadaniu 3 na 28dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 9

1. Czy Zamawiający wymaga dla poszczególnych parametrów w analizatorze nefelometrycznym wielopunktowej kalibracji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga zastosowania kuwet jednorazowych w analizatorze nefelometrycznym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 10

Pytania dotyczą załącznika nr 1 zadanie 3 i załącznika nr 1A-2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który działa w oparciu o metodę nefelometryczną i turbidymetryczną, a wybór metody do oznaczania zależy od rodzaju, wielkości i specyfiki badanego analitu. Analizator ze względu na zastosowanie możliwości wyboru metody, zastosowanie dwóch źródeł światła i dwóch rodzajów detektorów zapewnia wysoką i unikalną czułość i swoistość oznaczeń.

Odp.: Zgodnie z Warunkami granicznymi do SIWZ / Załącznik 1A-2 do zadania 3/.

2. Prosimy o doprecyzowanie, jaki materiał kontrolny do kontroli codziennej i na ilu poziomach powinien być zaoferowany przez Wykonawcę. Zgodnie z informacją w załączniku nr 1 materiałem kontrolnym powinien być materiał formy BIO-RAD Liquicheck Immunology Control – 3 poziomy oraz Liquicheck Spinal Fluid Control – 2 poziomy. Czy Zamawiający wymaga tylko tego materiału kontrolnego czy także kontroli dedykowanych do poszczególnych analitów? Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli dedykowanych producenta prosimy o wyrażenie zgody, aby zaoferować je na wszystkich możliwych 2 lub 3 poziomach.

Odp.: Materiał kontrolny do kontroli codziennej łącznie z harmonogramem kontroli został wskazany w poz. 1-17 zadania nr 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia DODATKOWY materiał kontrolny dla wszystkich parametrów, łącznie z harmonogramem został wskazany w poz. 18-19. Ilość poziomów kontroli wskazana w harmonogramie.

3. W związku z brakiem w dostępnych zewnętrznych międzynarodowych kontroli jakości dla subklas IgG w surowicy prosimy o wyrażenie zgody na pominięcie tych analitów w sprawdzianach zewnątrzlaboratoryjnych lub wskazanie jaki sprawdzian zewnątrzlaboratoryjny Zamawiający wymaga dla tych parametrów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na pominięcie subklas IgG /1-4/ w sprawdzianach zewnątrzlaboratoryjnych. IgG /1-4/ jest dostępne w kontroli INSTAND.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 21 dni kalendarzowych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku wyznaczenia wartości referencyjnych dla IgA, IgG i IgM potwierdzonych publikacją naukową jeśli w publikacji wyznaczono te wartości na analizatorze Beckman Array 360 System, którego następcą jest oferowany analizator. Oba analizatory są produkowane przez tego samego producenta a ich wyniki wykazują pełną korelację.

Odp.: Wraz z publikacją naukową należy dostarczyć potwierdzenie porównywalności obu systemów pomiarowych.

Pytania dotyczą załącznika nr 1 zadanie 7 i załącznika nr 1A-6

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację całej aparatury diagnostycznej w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści oznaczanie ciężaru właściwego moczu poza paskiem testowym, za pomocą refraktometru wbudowanego w automatyczny analizator do oceny właściwości fizykochemicznych?

Odp.: Aparat podstawowy - TAK, aparat pomocniczy – NIE.

8. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pojemnik na odpady?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora oceniającego elementy upostaciowane moczu, który pracuje z wykorzystaniem technologii opartej na cystometrii przepływowej bez konieczności fluorescencyjnego barwienia próbek?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora oceniającego elementy upostaciowane moczu bez możliwości manualnego podawania próbek, wymagającego próbki o minimalnej objętości 3 ml przy wykorzystaniu automatycznego podajnika próbek?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora oznaczającego liściowe następujące elementy upostaciowane moczu: RBC, WBC, zlepy WBC, wałeczki niesklasyfikowane, wałeczki szkliste, kryształki, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, bakterie, drożdże, plemniki i śluz.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

12. Prosimy o wskazanie dystrybutora zestawu do oznaczeń manualnych: system KOVA f. Hycor wraz z barwieniem Sternheimera – Malbina?

Odp.: Zamawiający nie ma preferencji odnośnie dystrybutora wymienionych zestawów. Wybór należy do Wykonawcy.

Dotyczy projekt umowy, załącznik nr 5, zadania nr 3 i 7

13. §3 pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego pracownika serwisu i naprawa) do **48 h** od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną).

W sytuacjach awaryjnych należy się kontaktować z:..... pod nr tel....., fax....., e-mail:.....

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. §3 pkt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: W przypadku opóźnienia w interwencji serwisu (przyjazd pracownika serwisu i naprawa) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **100,00 zł** za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. §3 pkt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: W przypadku opóźnienia w wymianie dzierżawionego urządzenia na nowe Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **250,00 zł** za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. §4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

§ 4

„KARY UMOWNE

*1 Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50,00 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 25,00 zł.*

** Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.*

Odp.: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2 W przypadku upłynięcia:

- (dotyczy zadania nr 1) - godzinnego (*zgodnie z terminem wskazanym w Załączniku nr 1B-1 do SIWZ) i 24-godzinnego roboczego (zamówienia typu „cito”),*

- (dotyczy zadania nr 9, 11) 5 dniowego roboczego i 24-godzinnego roboczego (zamówienia typu „cito”),

- (dotyczy zadania nr 2-8) 72-godzinnego roboczego i 24-godzinnego roboczego (zamówienia typu „cito”),
- (dotyczy zadania nr 10) 48-godzinnego roboczego i 24-godzinnego roboczego (zamówienia typu „cito”),
terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 11 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia u Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłóce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 3 W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację (ilościową i jakościową) w ciągu 5 dni roboczych.
(dotyczy zadania nr 1-3, 6-11) Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu **48 godzin** roboczych.
(dotyczy zadania nr 4, 5) Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 72 godzin roboczych.
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **100 zł** za każdy dzień/godzinę*zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.
Rozliczenie wartościowe reklamowanych odczynników następować będzie procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych wyrobów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 4 (dotyczy zadania nr 2, 3, 7) W przypadku opóźnienia w podłączeniu do laboratoryjnego systemu informatycznego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **100,00 zł** za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 5 W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 10) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1 %** całej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust.1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 6 Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 7 Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 8 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z najbliższej wymagalnych wynagrodzeń.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 9 (dotyczy zadania nr 2, 3, 7) W przypadku braku przekazania i uruchomienia przedmiotowego urządzenia w terminie określonym w § 1 ust. 3.2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **250,00 zł** za każdy dzień opóźnienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Jeżeli w okresie przydatności do użycia zakupionego odczynnika, w wyniku zgłoszenia gdziekolwiek incydentu medycznego, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyda decyzję administracyjną w sprawie zakazania stosowania lub wycofania z obrotu lub używania to:
- a. w przypadku zaistnienia konieczności wymiany odczynnika, którego dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do eksploatacji odczynnika (po wydaniu decyzji administracyjnej), Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany na swój koszt, a odczynnik objąć nową gwarancją.
 - b. w przypadku wydania decyzji o ostatecznym zakazie użytkowania odczynnika dostarczonego Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy dopuszczony do używania lub dokonać zwrotu zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia za zakupiony odczynnik, według cen brutto określonych w niniejszej umowie w terminie 10 dni od daty wydania decyzji o ostatecznym zakazie użytkowania odczynnika”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 11

Pytanie nr 1

Z uwagi na fakt, iż pudełka do transportu strzykawek sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych pakowanych po 20 szt. prosimy o informację czy zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostarczenia dwóch opakowań zbiorczych to jest 40 szt. pudełek do transportu strzykawek.

Odp.: Zamawiający wymaga pojemników specjalnych do transportu 2 strzykawek(z jednym wkładem chłodzącym wewnątrz)- 30 sztuk. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak