



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/46/W1/2015

Data:
02.07.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/46/2015 pn. Dostawa sprzętu medycznego wraz z uruchomieniem w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1. Dotyczy załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Parametry podlegające ocenie.


Czy Zamawiający wymaga aby przycisk nożny przy podstawie stołu oraz przycisk ręczny był zainstalowany na stałe po obu stronach stołu? Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje Zamawiającemu pracę w pełnym spektrum właściwości stołu zarówno po jednej jak i drugiej strony blatu.

Odp.: W odniesieniu do powyższego Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt. 1 załącznika nr 1A do SIWZ nadając mu nowe brzmienie: „Ruch blatu pływającego realizowany w sposób precyzyjnie działającego systemu elektromagnesu, który zwalniany jest dodatkowo za pomocą przycisków nożnych zamontowanych przy podstawie stołu po obu jego stronach.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 2. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - punkt I ppkt 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy Zamawiający może potwierdzić znaczenia w/w punktu iż przycisk ma być umieszczony z boku blatu stołu po obu jego stronach (tzn., że mają być dwa przyciski – jeden po lewej, drugi po prawej stronie blatu stołu), tak aby z każdej strony był szybko dostępny dla operatora? Tylko takie rozwiązanie jest kompleksowe z punktu widzenia ergonomii pracy użytkownika / użytkowników.

	Dyrektor Naczelny (091) 81 39 011	Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa (091) 81 39 012	Naczelną Pielęgniarką (091) 81 39 016	Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Administracyjnych (091) 81 39 014	Główny Księgowy (091) 81 39 015
---	---	---	---	--	---

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie”

Nr Umowy: UDA-RPZP.07.02.01-32-004/14-00 z dnia 14.11.2014r.

Odp.: W odniesieniu do powyższego Zamawiający doprecyzowuje zapis ppkt. 6 i 8 w pkt. I załącznika nr 1 do SIWZ nadając im nowe brzmienie:

6.	„Ruch blatu pływającego” realizowany w sposób precyzyjnie działającego systemu elektromagnesu, który zwalniany jest za pomocą przycisku lub joysticka zamontowanego po obu stronach na szynie stołu.
8.	Sterowanie ruchami blatu pływającego za pomocą przycisku lub joysticka umieszczonego po obu jego stronach na szynie blatu stołu.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 3. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - punkt I ppkt 9 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymiar szerokości blatu ma być podany dla całkowitej szerokości (bez uwzględnienia szyn bocznych) oraz, że ma ona być jednakowa na całej długości blatu ?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, iż wymagana szerokość blatu bez uwzględnienia szyn bocznych ma być jednakowa na całej szerokości blatu. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapis ppkt. 9 w pkt. I załącznika nr 1 do SIWZ nadając mu nowe brzmienie:

9.	Szerokość blatu bez obramowania bocznego min: 550 mm nie więcej niż 750mm na całej długości
----	---

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 4. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - punkt I ppkt 11 i 12 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści stół o zakresie wysokości od 630mm do 880mm liczonym od posadzki do górnej krawędzi blatu?

Odp.: W odniesieniu do powyższego Zamawiający modyfikuje zapis w pkt. I ppkt. 11 i 12 załącznika nr 1 do SIWZ nadając im nowe brzmienie:

11.	Dolne położenie stołu mierzone od posadzki do górnej krawędzi blatu stołu poniżej 820 mm
12.	Górne położenie stołu mierzone od posadzki do górnej krawędzi blatu stołu powyżej 1000 mm

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 5. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - punkt I ppkt 20 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający potwierdza rozumienie zapisu, że zaoferowana osłona ma być typu vertikal, umożliwiając w ten sposób współpracę z aparatami RTG z ramieniem C oraz, że stół ma być wyposażony w szyny w standardzie DIN 11x25mm (europejskim), co zapewnia możliwość montażu sprzętu i akcesoriów dostępnych na rynku europejskim.

Odp.: Zgodnie z zapisem SIWZ osłona ma być minimum dwuczęściowa. Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I ppkt. 23 o następującym brzmieniu:

23.	Stół wyposażony w szyny po obu stronach stołu, umożliwiające montaż sprzętu i akcesoriów.
-----	---

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 6. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - punkt II ppkt 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy Zamawiający zmieni wymóg okresu gwarancji z minimum 24 miesięcy na minimum 48 miesięcy? Zmiana taka spowoduje dłuższy okres bezpiecznego funkcjonowania urządzenia bez konieczności ponoszenia kosztów na serwisowanie urządzenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt. II ppkt. 7 Zamawiający wymaga gwarancji min. 24 miesiące.

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający działający zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 będzie wymagał, aby dostarczany wyrób posiadał oznakowanie CE, deklarację zgodności oraz powiadomienie lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Powyższe jest wymagane od wszystkich dystrybutorów, importerów i producentów.

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, którego najniższe położenie mierzone od posadzki do górnej krawędzi stołu wynosi 812,8mm a najwyższe 1066,8mm? Drobiazgowe różnice w żaden sposób nie wpływają na obniżenie przeznaczenia ani zdolności diagnostycznych oferowanego stołu.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 4 z ZESTAWU 1.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - punkt I ppkt 11 i 12 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści stół o zakresie wysokości od 620mm do 1020mm liczoną od posadzki do górnej krawędzi blatu?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 4 z ZESTAWU 1.

ZESTAW 4

Dotyczy: Zapisów SIWZ:

1. Czy w z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (foldery, katalogi, prospekty, ulotki, karty katalogowe) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający dla spełnienia wymogu uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp.: W przypadku gdy wymagane w SIWZ w rozdziale VI pkt. 4 ppkt. 2 „katalog lub foldery producenta zaoferowanego sprzętu (...)” nie potwierdzają spełnienia parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 i 1A do SIWZ, Zamawiający w uzupełnieniu dopuszcza materiały firmowe dystrybutora i oświadczenia.

W odniesieniu do powyższego Zamawiający doprecyzowuje zapis w rozdziale VI SIWZ pkt. 4 ppkt. 2 w następujący sposób:

„2) katalog lub foldery producenta zaoferowanego sprzętu, pozwalający na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 i 1A do SIWZ. W przypadku gdy wyżej wymagane dokumenty nie potwierdzają spełnienia parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 i 1A do SIWZ, Zamawiający w uzupełnieniu dopuszcza materiały firmowe dystrybutora i oświadczenia.”

Dotyczy: Stół pacjenta do zabiegów radiologicznych – 1 szt.

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania blatu stołu jednosegmentowego typu „pływająca płyta”, ruch realizowany płynnie (nie skokowo) w każdym kierunku w osi x, y, x', y' (elipsa, ósemka, łuk, itd.) o ruchu wspomaganym silnikami elektrohydraulicznymi. Oferowane rozwiązanie jest powszechnie uznane za najprecyzyjniejszą metodę poruszania stołu z pływającym blatem.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe dopuszczenie. Zamawiający wymaga rozwiązań zgodnie z zapisem w pkt. I ppkt. 4 i 6 Załącznika nr 1 do SIWZ – poprawionego.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rozwiązania polegającego na zwalnianiu silników elektrohydraulicznych, napędzanych płynnie i precyzyjnie mocą dopasowaną do siły dłoni chirurga. Oferowane rozwiązanie jest powszechnie uznane za najprecyzyjniejszą metodę poruszania stołu z pływającym blatem.

Odp.: Zgodnie z zapisem pkt. I ppkt. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ – poprawionego.

3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania stołu o szerokości blatu 520 mm jako rozwiązanie równoważne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania stołu o długości blatu 2000 mm jako rozwiązanie równoważne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania stołu o wysokości 1040mm w najwyższym położeniu blatu.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 4 z ZESTAWU 1.



6. Zwracamy się z prośbą o podniesienie wymogu odnośnie przesuwu wzdłużnego do min. 650 mm, co jest dziś standardem w stołach z pływającym blatem.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

7. Zwracamy się z prośbą o podniesienie wymogu przesuwu poprzecznego do min. 230 mm, co jest dziś standardem w stołach z pływającym blatem.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania stołu wyposażonego w blokadę podstawy realizowaną poprzez cztery wysuwane nóżki hydrauliczne, z kompensacją nierówności podłoża, bez blokady kół jako rozwiązanie lepsze i bezpieczniejsze od wymaganego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w blokadę podstawy realizowaną poprzez cztery wysuwane nóżki hydrauliczne. W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia zapis w pkt. I ppkt. 15 nadając mu nowe brzmienie:

15.	Stół jezdny z blokadą minimum dwóch kół lub blokadą podstawy realizowaną poprzez cztery wysuwane nóżki hydrauliczne
-----	---

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

9. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający jako spełnienie wymogu „Blokady elektryczne dla ruchów blatu stołu” uznaje fakt, że w momencie gdy żaden konkretny ruch blatu nie jest inicjowany pilotem, ani ruch pływający nie jest aktywowany joystick’iem, jakkolwiek ruch blatem stołu nie jest możliwy, ponieważ siłowniki elektrohydrauliczne je blokują?

Odp.: Zamawiający jako spełnienie wymogu „Blokady elektryczne dla ruchów blatu stołu” uznaje fakt, że ruch blatu stołu jest blokowany przez elektromagnes w momencie gdy żaden konkretny ruch blatu nie jest inicjowany przyciskiem lub joystickiem.

10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania stołu z baterią umożliwiającą wykonanie do 50 procedur, bez podawania czasu pracy na jednym ładowaniu. Czas trwania naładowania akumulatorów jest ściśle uzależniony od intensywności wykorzystywania ruchów zmotoryzowanych stołu, w przypadku mało intensywnego wykorzystywania oferowany stół umożliwia prace 24 lub nawet 48 godzin bez ładowania.

Odp.: Zgodnie z zapisem pkt. I ppkt. 22 Załącznika nr 1 do SIWZ.

11. Zwracamy się z prośbą o uznanie również za punktowane rozwiązanie polegające na zwalnianiu silników elektrohydraulicznych, napędzanych płynnie i precyzyjnie mocą dopasowaną do siły dłoni chirurga. Oferowane rozwiązanie jest powszechnie uznane za najprecyzyjniejszą metodę poruszania stołu z pływającym blatem.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 1 z ZESTAWU 4 - dotyczące stołu pacjenta do zabiegów radiologicznych.

12. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby kolumna oraz podstawa stołu posiadały osłonę z bezpiecznego tworzywa ABS odpornego na uderzenia, zabezpieczającego stół oraz ramię C przed uszkodzeniem w wypadku kolizji.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

13. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby stół wyposażony był w funkcję zmotoryzowanego napędu realizowanego poprzez wysuwane piąte koło, co znacznie zwiększa ergonomię pracy, umożliwiając bez wysiłkowe przemieszczanie stołu wraz z pacjentem w obrębie bloku operacyjnego.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

14. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby stół wyposażony był w min. dwa piloty.

Odp.: Zgodnie z zapisem w pkt. I ppkt. 6 i 8 Załącznika nr 1 do SIWZ – poprawionego.

15. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby stół wyposażony był w pilot z joystickiem do realizacji ruchu pływającego, montowany do szyny blatu, działający bezprzewodowo w trybie bluetooth, co zabezpiecza przed wplątaniem się kabla w "ramię C".

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

16. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby stół wyposażony był w pilot z ekranem kolorowym LCD wyświetlającym stan naładowania baterii oraz piktogram z wartością przemieszczenia dla aktywnego ruchu blatu, z możliwością sterowania przechyłami oraz wysokością blatu, funkcją zapamiętywania pozycji, funkcją zerowania blatu jednym przyciskiem oraz funkcją wyboru orientacji pacjenta?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby stół posiadał panel sterowania alternatywnego na wypadek awarii pilota, umożliwiającą ruch wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami blatu.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

18. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga stołu o przechyle bocznym minimum +20/-20 stopni.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

19. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga stołu o przechyle wzdłużnym (trendelenburga/antytrendelenburga) minimum 30 stopni.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska