



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/47/W1/2015**

Szczecin, dn. 12.06.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/47/2015 pn. Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii SPWSZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie dot. pakietów 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody diagnostyczne bez miękkiej końcówki dla średnicy 5F?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 2

I. Dotyczy zadania nr 2

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik ablacyjny - chłodzony (typu *ThermoCool* lub równoważny) o średnicy końcówki 8 F o zwiększonej ilości otworów irygacyjnych, spełniający wszystkie pozostałe wymogi Siwz?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

II. Dotyczy zadania nr 7

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik ablacyjny do systemu CARTO - chłodzony (typu *NaviStar ThermoCool* lub równoważny) o średnicy końcówki 8 F o zwiększonej ilości otworów irygacyjnych, spełniający wszystkie pozostałe wymogi Siwz?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe.

III. Dotyczy zadania nr 12

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na igłę do nakłuć transseptalnych (dla dorosłych) typ Brockenbrough lub równoważny, wykonaną z metalu z rączką wykonaną z plastyku, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi Siwz?

Odp.: Nie.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelna
Pielęgniarka
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

ZESTAW 3

I. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 5 ust. 2 wzoru umowy na następujące:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku:

- 1) trzech nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 4 do Umowy;
- 2) dostarczania produktów z wadami jakościowymi;
- 3) dostarczania produktów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy;
- 4) dostaw produktów poza miejsce określone w umowie tj. loco Magazyn Medyczny Zamawiającego;
- 5) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktów i nie przedłużenia jego ważności;
- 6) zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są produkty będące przedmiotem zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska