



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/47/W2/2015**

Szczecin, dn. 18.06.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/47/2015 pn. Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii SPWSZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 10

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1-A-10 do siwz zestawu do transeptalnego wprowadzania cewników (typu Mullins) w skład którego wchodzi koszulka z poszerzaniem oraz przewodnik pakowany oddzielnie (pkt. 1.1. załącznika) z wewnętrzną średnicą poszerzadła odpowiednią dla przewodników o średnicy maks 0.038" i igły 18G (pkt. 1.7. załącznika).

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 11

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1-A-12 do siwz igły do nakłucia transeptalnego typu Bockenbrough z jedną krzywizną do uzyskania przezprzegrodowego dostępu do lewego przedsionka serca (pkt. 1.6. załącznika) oraz bez kranika (pkt. 1.7. załącznika)

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Pytanie dotyczące zadania nr 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika do mapingu żył płucnych o długości użytkowej 110 cm z 5 średnicami pętli w zakresie 12-24 mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Pytanie dotyczące zadania nr 4 i 5:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietów 4 i 5 cewników dla pacjentów pediatrycznych

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dotyczące zadania nr 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody do ablacji o szerokim zakresie krzywizn (B,C,D,E,F, bez krzywizny J).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
*Małgorzata Usielska***