



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/51/W1 /2015

Data:
28.05.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/51/2015 pn. Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i do procedur podwyższonego ryzyka dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Zadanie 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5 ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o powierzchni gładkiej z mikroteksturą na końcach palców ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 2

Zadanie 4.

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaferowania rękawic nitylowych przebadanych na leki cytostatyczne według obowiązującej normy w Europie czyli EN – 374-3 – jednocześnie chcemy nadmienić że wymagane badania przez Państwa nie stanowią żadnej podstawy prawnej w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy ponieważ nie jest to norma obowiązująca w Europie lecz norma obowiązująca w USA.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania rękawic z informacją na opakowaniu dotyczącą barierowości chemicznej rękawic- min. 3 związków chemicznych, z uwzględnieniem co najmniej jednego alkoholu i jednej zasady. Jednocześnie chcemy nadmienić, że norma EN 374 wymaga min. 3 związków chemicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak**



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015