



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/52/W2/2015**

Szczecin, dn. 10.06.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/52/2015 pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych, portów naczyniowych, zestawów do gazometrii dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pytanie do pakietu 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zatyczki do rur pacjenta mikrobiologicznie czystej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. Wzoru umowy:

1. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §1 ust. 6 wzoru umowy zastrzeżenia, że zmniejszenie ilości dostaw przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy zamawiającego o zmianę terminu dostaw na cito do 72 godzin roboczych od momentu otrzymania i potwierdzenia faksem Zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej określonej w §3 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości dostarczonej ze zwłoką części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej będącej wynikiem konieczności dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego do



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

równowartości różnicy cen towarów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w par. 3 ust. 3 do 0,2% reklamowanego towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 4 poprzez naliczanie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1/ stwierdzenia, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;
- 2/ powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3, § 3 ust. 3 umowy;
- 3/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z istotnymi wadami jakościowymi;
- 4/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;
- 5/ wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu dla oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
- 6/ odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

Pytanie 1 dot. Zadanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie strzykawkę do gazometrii o pojemności nominalnej 3 ml? Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż taka strzykawka do gazometrii ma optymalną objętość pobrania 1,5 ml oraz posiada membranę samo odpowietrzającą. Takie parametry strzykawki pozwalają na znacznie lepsze wymieszanie próbki krwi z antykoagulantem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dot. Załącznik nr 2A do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 3

1. Czy w Zadaniu nr 4 „*Zestaw klatek lędźwiowych typu TLIF*” Zamawiający dopuści:

- wsuwane implanty o konstrukcji umożliwiającej wszczępienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF, TLIF, ALIF itp.)
- implant z proszku tytanu;
- implant o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonale warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu;
- powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice („płyty”), umożliwiające samo-naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej;
- czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu;
- możliwość implantacji w technice małoinwazyjnej lub otwartej;
- powierzchnie boczne gładkie umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami;
- narzędzie do implantacji umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzenia;
- typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości do 7 do 17mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30, 35mm dopasowane do lordozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 4

Paragraf 3 ustę 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Ustala się karę umowną za nieterminową (z winy Wykonawcy) realizację zamówienia w wysokości 1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości zamawianej partii towaru.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustę 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku upłynięcia* - dniowego roboczego(* w odniesieniu do terminu wskazanego w ofercie przetargowej) lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub przypadku określonego w § 1 ust. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do **Zamawiającego** oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym (...)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ustę 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 1% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 5 ustę 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku:

- 1) 3-krotnych nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 3 do Umowy;
- 2) 3-krotnych nieterminowych dostaw typu „cito” o więcej niż 4 godziny;
- 3) 3-krotnych nieterminowych dostaw typu „na ratunek” o więcej niż 2 godziny;
- 4) 3-krotnego dostarczania wyrobów z wadami jakościowymi;
- 5) 3-krotnego dostarczania wyrobów z terminem ważności krótszym niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy;
- 6) 3-krotnej dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie tj. loco Magazyn Zamawiającego;
- 7) wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
- 8) zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

1. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 5 porty do chemioterapii zgodne z poniższą specyfikacją:

- komora tytanowa z obudową/osłoną z polisulfonu w kształcie delta z silikonowymi zakończeniami
- dostępny w rozmiarze standardowym: ciężar 8,6g, objętość wewnętrzna 0,5 ml, wysokość 13,2mm, podstawa 35x27mm oraz małym: ciężar 4,6g, objętość wewnętrzna 0,25ml, wysokość 10,6mm, podstawa 30x22mm
- cewnik silikonowy 6,5F lub 8,5F cieniujący w RTG o dł. 80cm z oznaczeniem długości co 1 cm oraz opisem co 5cm
- zestaw wprowadzający zawiera:
 - igła Seldingera 18G (70 mm)
 - przewodnik z osłonką rozrywaną
 - drut wprowadzający J (500 mm długości)
 - tunelizator tępo zakończony
 - igła Surecan prosta 22G(typu Huber)

podnośnik żylny

10 ml strzykawka

igła Surecan ze skrzydełkami 20G 20mm (typu Huber)

Membrana silikonowa, samouszczelniająca, do 3000 nakłuć. Przeznaczony do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Paszport i instrukcja w języku polskim. Możliwość podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem do 325psi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że został zmodyfikowany Załącznik nr 2A do SIWZ (oferta asortymentowo-cenowa).

Poprawiony załącznik 2A do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

**p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Małgorzata Usielska**