



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/53/W2/2015**

Szczecin, dn. 17.06.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/53/2015 pn. Dostawa zestawów jednorazowego użytku do dializy wątrobowej wraz z dzierżawą aparatu, dostawa wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Dotyczy Zadania nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na protezy o śr. 12Fr w miejsce protez o śr. 11,5 Fr ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy Zadania nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika o śr. końcówki dystalnej 3,5Fr do przewodnika 0,25"?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy §3 ust. 1 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy na 0,5% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień (24 godz.) zwłoki oraz wykreślenie kwoty minimalnej kary, gdyż kary umowne w wysokości 100 zł za dzień/godzinę są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy §3 ust. 2 projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej będącej wynikiem konieczności dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego do równowartości różnicy cen towarów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy §3 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia reklamowanego towaru do 3 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarkę
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

Zapis §3 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 3 dni roboczych.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

6. Dotyczy §3 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości reklamowanego towaru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy §1 ust. 3 projektu umowy:

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostaw na cito do 72 godzin.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 2.1-5) projektu umowy w następujący sposób:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku:

- 1) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w §1 ust. 3 i §3 ust. 3 do umowy;
- 2) powtarzających się nieterminowych dostaw typu „cito”, tj. trzykrotnego przekroczenia terminu o więcej niż 12 godzin;
- 3) dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobów z istotnymi wadami jakościowymi;
- 4) dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy;
- 5) powtarzających się /trzeci przypadek/ dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie tj. loco Magazyn Medyczny Zamawiającego”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenie w spółkę kapitałową?

Odp. Szpital nie znajduje się w trakcie przekształcenia.

ZESTAW 2

PYTANIE Nr 1. zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do dzierżawy zestaw aparatów do albuminowej dializy wątroby wyprodukowany przed 2014 rokiem?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego chyba, że aparat będzie miał przepracowane maksymalnie 200 godzin roboczych.

Pytanie nr 2. zadanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga wliczenia w cenę zestawu do albuminowej dializy wątroby w zadaniu nr 1. cen płynów dializacyjnych tj. albuminy i hemosol B0? Jeśli tak to prosimy po podanie cen.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści protezy do dróg żółciowych spełniające wszystkie wymagania techniczne, jakie zostały określone w SIWZ oprócz średnicy 11,5 F.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZESTAW 4

Pyt. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści Prowadniki hydrofilne, sztywne /typu stiff/ śr. 0,035", końcówka dł. 130 mm, długość narzędzia 260cm; długości 260,, 450cm, z miękkim końcem długości od 5, 6,5 lub 8,5 cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
*Małgorzata Usielska***