



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/55/W1/2015

Data:
09.07.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/55/2015 pn. Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 1

Zadanie 2

Punkt 3b : Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?
Odp.: Tak.

Zadanie 3

Punkt 3b : Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?
Odp.: Tak.

Zadanie 4

Punkt 3b : Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?
Odp.: Tak.

Zadanie 8

Punkt 1l : Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator o czasie ładowania kondensatora w trakcie ERI do 12 s. gdzie średnia wartość ładowania kondensatora w trakcie całego życia urządzenia wynosi 9,6s?
Odp.: Tak.

Punkt 1m : Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z możliwością dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych tylko w strefie VT, ale z możliwością zaprogramowania strefy detekcji VT do 240 bpm?
Odp.: Nie.

Parametry jakościowe:

Punkt e: Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją uszkodzenia elektrody (sygnał wibrujący informujący pacjenta)- wysyłany przez wszczepione urządzenie?
Odp.: Nie.

Punkt f: Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta)- wysyłany przez wszczepione urządzenie ?
Odp.: Nie.



p.o. Dyrektor

(91) 81 39 011
(91) 81 39 014

**p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**

(091) 81 39 012

**Naczelną
Pielęgniarką**

(091) 81 39 016

**Główny
Księgowy**

(091) 81 39 015

Zadanie 11

Parametry jakościowe:

Punkt f: Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją uszkodzenia elektrody (sygnał wibrujący informujący pacjenta)- wysyłany przez wszczone urządzenie?

Odp.: Nie.

Punkt i : Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta)- wysyłany przez wszczone urządzenie?

Odp.: Nie.

Zadanie 12

Punkt 3b : Czy Zamawiający dopuści elektrody do stymulacji z powłoką izolacyjną poliuretanowo-silikonową?

Odp.: Tak.

Parametry jakościowe:

Punkt f: Czy Zamawiający dopuści i uzna parametr jako spełniający kryteria jakościowe kardiowertery-defibrylatory z automatyczną sygnalizacją uszkodzenia elektrody oraz ERI (sygnał wibrujący informujący pacjenta)- wysyłany przez wszczone urządzenie ?

Odp.: Nie.

**p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska**