



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Nasz znak:

EZP.220.24.2016.1

Szczecin, dn. 06.05.2016 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/24/2016, pn. Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający dokonuje następujące zmiany:

I. Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

Pytanie zad 13. Pkt 2.2

Czy zamawiający dopuści na przeniesienie parametru ocenianego do parametrów granicznych z uwagi na charakter pakietu (złoto najlepiej odpowiada parametrom fizycznym pakietu i dlatego uważamy, że powinno być umieszczone w parametrach granicznych).

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wprowadza zmiany parametrów granicznych dla zadania nr 13 i dokonuje zmiany załącznika 1A do SIWZ dla zadania nr 13, który otrzymuje brzmienie:

**Załącznik nr 1A-13 do SIWZ- poprawiony
(dla zadania nr 13)**

**Wymagane parametry graniczne
i parametry podlegające ocenie jakości**

Zadanie nr 13

L.p.	Cewnik ablacyjny - chłodzony o zwiększonej przewodności cieplnej	Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań
1.	<i>Parametry graniczne.</i>	
1.1.	Współpraca z generatorem EP Shuttle (Stockert RF Generator)	
1.2.	Długość użytkowa: co najmniej 110 cm	



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

1.3.	Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (<i>quadripolar</i>) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm		
1.4.	Długość pierścienia dystalnego (<i>tip electrode</i>): maksymalnie 4 mm		
1.5.	Dostępne krzywizny: co najmniej 4 rozmiary lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J		
1.6.	Średnica trzonu cewnika i pierścieni (<i>shaft and electrodes</i>): 7F		
1.7.	Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika)		
1.8.	Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (<i>deflectable tip</i>)		
1.9.	Zmiana krzywizny końcówki za pomocą pojedynczego suwaka z automatycznym blokowaniem kształtu bez konieczności używania dodatkowych blokad w postaci pokręteł lub dźwigni		
1.10.	Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego		
1.11.	Współpraca z pompą CoolFlow (<i>Stockert Irrigation Pump</i>) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy		
1.12.	Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli		
1.13.	bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin		
2.	Parametry oceny jakości	Podać oferowany parametr	Punktacja
2.1.	Liczba otworów irygacyjnych	liczba otworów	trzy otwory – 30 pkt. za każdy dodatkowy powyżej trzech – 10 pkt.
2.2.	cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni	tak*/nie*	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt

*niepotrzebne skreślić

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty – dotyczy pkt. 1 tabeli

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Powyższe zmiany zostały naniesione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 1A do SIWZ dla zadania nr 13 – poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” dla przedmiotowego postępowania.

ZESTAW 2

1. dot. zadania nr 9 – zestaw do transeptalnego wprowadzania cewników do mapingu żył płucnych (dla dorosłych)

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9- zestaw do transeptalnego wprowadzania cewników do mapingu żył płucnych (dla dorosłych) – dwa rozmiary koszulki 8F(światło wewnętrzne 2,84mm) i 8,5F(światło wewnętrzne 3.1mm) ? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

II. **Modyfikacja i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia** – Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagane parametry graniczne i parametry podlegające ocenie jakości.

Powyższe zmiany zostały naniesione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 1A do SIWZ Wymagane parametry graniczne i parametry podlegające ocenie jakości – poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

III. **Termin składania ofert i termin ich otwarcia zostaje przesunięty** w oparciu o art. 12a ust.2 na niżej podany:

- termin składania ofert – z 25.05.2016 r. godz. 08:00 na **31.05.2016 r. o godzinie 08:00**,
- otwarcie ofert – z 25.05.2016 r. godz. 08:30 na **31.05.2016 r. o godzinie 08:30**,

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy:

- W rozdziale VIII SIWZ w pkt.1, otrzymując brzmienie:

1. „1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 31.05.2016 r. do godz. 08:00 w wysokości:

Nr zadania	Kwota wadium w PLN
Zadanie nr 1	7 520,00
Zadanie nr 2	5 800,00
Zadanie nr 3	3 870,00
Zadanie nr 4	1 280,00
Zadanie nr 5	2 496,00
Zadanie nr 6	174,00
Zadanie nr 7	14 240,00
Zadanie nr 8	1 900,00
Zadanie nr 9	1 650,00
Zadanie nr 10	390,00
Zadanie nr 11	1 600,00
Zadanie nr 12	1 690,00
Zadanie nr 13	5 681,60
Zadanie nr 14	12 620,00
Zadanie nr 15	360,00
Zadanie nr 16	450,00
Zadanie nr 17	585,00
Zadanie nr 18	100,00

- w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6, otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia **31.05.2016 r. do godz. 08:00**.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.05.2016 r. o godz. 08:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska