



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
EZP/220/41/2016/1

Data:
07.06.2016r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/41/2016 pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, paragraf 3, punkt 8

1. Czy Zamawiający dopuści interwencję serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego pracownika serwisu i naprawa) do 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, paragraf 3, punkt 13

2. W związku, iż podłączenie analizatora do sieci szpitalnej będzie wykonywane przez firmę zewnętrzną, czy w sytuacji problemów informatycznych, Zamawiający dopuszcza uruchomienie komunikacji jednostronnej?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

Dotyczy zadania nr 5

1. Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 5 poz. 3 i 4 i utworzy oddzielny pakiet? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych pod względem ceny ofert, a Zamawiającemu da możliwość zapoznania się z ofertami innych Wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz wymaganymi warunkami granicznymi do zadania nr 5, stanowiącymi załącznik nr 1A-5 do SIWZ.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(091) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(091) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(091) 813 9015

ZESTAW 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu instalacji aparatu z 7 na 21 dni od daty podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 72 godzin na 5 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw na cito z 48 godzin na 72 godziny?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad z 24 godzin na 72 godziny?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu par. 1 pkt 1 na:
*„Przedmiotem umowy jest dostawa **odczynników** (.....), zwanych dalej „odczynnikami” **wraz z fakturą lub innym dokumentem przewozowym** – loco magazyn Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego, przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w asortymencie i po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o dodatnie do zapisów projektu umowy przetargowej zapisu o treści: *„W przypadku opóźnionej zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek z tytułu opóźnionej zapłaty faktur zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 z późn. zm.).”*

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, zadanie nr 3

7. W załączniku nr 1 w tabeli dotyczącej zadania nr 3, w wierszu 11, Zamawiający wyspecyfikował pudełka z tworzywa sztucznego (PP) do przechowywania w niskich temperaturach probówek o poj. 1,5 ml i 2 ml na 100 sztuk – firmy Sarstedt nr kat. 93.877 lub równoważne. Przedstawiciel firmy Sarstedt twierdzi, że produkt o numerze katalogowym 93.877 wykonany jest z poliwęglanu (PC), a nie z polipropylenu (PP) jak wyspecyfikował Zamawiający. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści ofertę w której zaoferowany będzie wymagany produkt o numerze 93.877 wykonany z poliwęglanu (PC) produkcji Sarstedt?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Dotyczy zadania nr 2

1. Poz. 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje bagietki o dł. 125mm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Poz. 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje korki pakowane po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki z PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 12 x 75mm) z określoną przez producenta pojemnością 5 ml?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Poz. 7 – Czy Zamawiający zaakceptuje próbówki pakowane po 1 000 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 5

Dotyczy zadania nr 7, poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści wyłączenie z zadania nr 7 pozycji 2, tj. Parafina do histologii, tworząc osobne zadanie? Takie działanie pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 6

Dotyczy zadania nr 1 – Odczynniki i materiały zużywalne do badań immunohematologicznych wykonywanych automatycznie i manualnie wraz z dzierżawą jednego analizatora i sprzętu pomocniczego do przygotowania materiału do badań:

1. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. odczynniki krwinkowe), Zamawiający dopuści dla zadania nr 1 możliwość dostaw wszystkich odczynników wg harmonogramu dostaw z możliwością dostaw pilnych w terminie 48 h?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy dla zadania nr 1 Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zadaniu nr 1 pkt 2 zał. 1A-1 określenie „Analizator przystosowany do pracy całodobowej” znaczy, że analizator ma być przystosowany do pracy przez 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania.

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści możliwość wyceny i umieszczenia w tabeli asortymentowo-cenowej materiałów zużywalnych wymienionych w zał. 1A-1 pkt 1, tj. „pipety PCV jednorazowe, jednorazowe końcówki do pipet, próbówki PCV, korki do probówek”?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Prosimy o informację, czy wymieniona w zał. 1A-1 pkt 1 „wirówka do próbek z krwią (4000 obr./min dla probówek o średnicy 12-16mm)” po okresie dzierżawy i zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego?

Odp.: Nie.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 09.06.2016r., do godz. 10:00 na **10.06.2016r., do godz. 10:00,**
- **otwarcie ofert** – z 09.06.2016r. o godz. 10:30 na **10.06.2016r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 10.06.2016r., do godz. 10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska