



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:

EZP/220/81/2016/3

Szczecin, dnia 23.12.2016 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/81/2016, pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ponadto Zamawiający dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 4

Dotyczy pakietu nr 4:

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu 2 poz 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 4 próbek o pojemności 3 ml i wymiarach 12x56 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ przynajmniej przy tym maksymalną ilość punktów w załączniku 1B-2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 5

Dotyczy Załącznik nr 1A-9 do siwz (do zadania nr 9)

1. Prosimy o wskazanie tematyki szkolenia teoretycznego i praktycznego lub wskazanie Konferencji dla jednego Pracownika ZDL SPWSZ w Szczecinie wraz z podaniem kosztów, które ma pokryć Wykonawca.

Odpowiedź: Tematyka szkolenia związana z TDM, w tym oznaczania Everolimusu. Szkolenie praktyczne i teoretyczne musi obejmować jeden dzień szkolenia praktycznego, w tym oznaczanie EVL różnymi metodami analitycznymi, między innymi referencyjną oraz różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi tymi metodami oraz jeden dzień szkolenia teoretycznego w tym samym zakresie. Zamawiający dopuszcza jako spełnienie wymagań-zapewnienie udziału jednego pracownika ZDL SPWSZ w Szczecinie w XIX Zjedzie PTDL w dniach 03-06.09.2017 w Krakowie wraz z pokryciem kosztów uczestnictwa, pobytu i dojazdu.

Dotyczy siwz (do zadania nr 4)

2. Dla testów HCV RNA ilościowo, HBV DNA ilościowo, HIV RNA ilościowo wykonanie badania może odbyć się z próbki o standardowej objętości 1,8 ml. osocza z EDTA, lub ze zmniejszonej objętości: 1 ml. osocza z EDTA. Czułość analityczna badania dla próbek o zmniejszonej ilości osocza jest gorsza niż dla badania o standardowej ilości. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wykonywał badania dla próbek o zmniejszonej objętości osocza niż standardowa?



**Dyrektor
SPWSZ**

(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**

(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**

(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**

(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości badań z próbki o zmniejszonej objętości, ponieważ ich badanie wymaga zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowego odczynnika: Diluentu.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywał badania: HCV RNA ilościowo, HBV DNA ilościowo, HIV RNA ilościowo z próbki o standardowej objętości.

Dotyczy Załącznik nr 1A-4. do siwz (do zadania nr 4)

3. Czy warunki wymagane w pk. 5 i 6 dotyczą wyłącznie zestawów do automatycznej izolacji i detekcji: HCV, HBV, HIV ilościowo i Genotypowanie HCV z podtypem wirusa?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunki wymagane w pkt. 5 i 6 dotyczą wyłącznie zestawów do automatycznej izolacji i detekcji: HCV, HBV, HIV ilościowo i Genotypowanie HCV z podtypem wirusa.

4. Czy w pkt. 12. Zamawiający wymaga systemu zabezpieczającego przed kontaminacją składającego się z uracylo N-glikozyazy i dUTP?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił szczegółowo wymaganego systemu zabezpieczającego przed kontaminacją.

5. Czy w pkt. 19 Zamawiający dopuszcza dostawę większej liczby serii odczynników, jeśli oferowane odczynniki nie wymagają kalibracji w przypadku zmiany serii jednego z elementów zestawu? Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z pk.t 10 Wykonawca dostarczy bezpłatnie odczynniki na ewentualne dodatkowe badania wynikające z tej przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza większą liczbę serii odczynników, jeżeli oferowane odczynniki nie wymagają kalibracji.

6. Czy Zamawiający dopuszcza odczynniki i kontrole z terminem ważności nie krótszym niż 4 miesiące?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt 27 wymaganych warunków granicznych / zał.1A -4 do SIWZ/: w przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych- krótszego niż 6 miesięcy-Wykonawca oferuje możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych.

Dotyczy Załącznik nr 1B-4 do siwz (do zadania nr 4)

7. Czy Zmawiający przyzna 5 pkt. dla potwierdzenia w instrukcji obsługi automatycznej izolacji z próbek DB Vacutainer o nr kat. 362795, które posiadają identyczne parametry z próbkami DB Vacutainer o nr kat. 362791, a różnią się wyłącznie etykietą?

Nazwa	BD Vacutainer® PPT™ Plasma Preparation Tube (13x100 mm / 5mL)	BD Vacutainer® PPT™ Plasma Preparation Tube - Paper label (13x100 mm / 5mL)
Nr kat.	362795	362791
Materiał próbówki	Plastik	Plastik
Rozmiar próbówki	13x100 mm	13x100 mm
Objętość pobierana	5 ml	5 ml
Typ zamknięcia	BD Hemogard™	BD Hemogard™
Kolor zamknięcia	Perłowa biel	Perłowa biel
Etykieta	Mylar (przejrzysty)	Papier
Separacja komórek	Tak (Żel)	Tak (Żel)
Antykoagulant	K ₂ EDTA	K ₂ EDTA
Sterylizacja	Naświetlanie, 10 ⁻⁶ SAL, ISO11137-1	Naświetlanie, 10 ⁻⁶ SAL, ISO11137-1
Status prawny	IVD	IVD



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odpowiedź: Zamawiający przyzna 5 punktów w tabeli zał. Nr 1B-4 do SIWZ poz. Nr 3 w przypadku przedstawienia oświadczenia producenta systemu BD Vacutainer o równoważności probówek o numerze kat. 362791 z probówkami o numerze kat. 362795

Dotyczy punkt 17 załącznik nr 1 do SIWZ (do zadania nr 4)

8. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 5 opakowań po 3 pudełka, każde na 100 probówek czy 5 opakowań po 100 pudełek, każde na 100 probówek?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia 5 opakowań /po 3 pudełka, każde na 100 probówek

Dotyczy punktów 18-21 załącznika nr 1 do SIWZ (do zadania nr 4)

9. Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 18 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w numerze katalogowym, tj. w nr kat. 0030 077 555?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 18, zał. nr 1 do SIWZ poprawia omyłkę pisarską w numerze katalogowym, prawidłowy numer kat. 0030 077 555

10. Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 19 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w numerze katalogowym, tj. w nr kat. 0030 077 571?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 19, zał. nr 1 do SIWZ poprawia omyłkę pisarską w numerze katalogowym, prawidłowy numer kat. 0030 077 571

11. Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 20 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w numerze katalogowym, tj. w nr kat. 0030 077 512?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 20, zał. nr 1 do SIWZ poprawia omyłkę pisarską w numerze katalogowym, prawidłowy numer kat. 0030 077 512

12. Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 21 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w numerze katalogowym, tj. w nr kat. 0030 077 580?

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 21, zał. nr 1 do SIWZ poprawia omyłkę pisarską w numerze katalogowym, prawidłowy numer kat. 0030 077 580

Dotyczy punktu 1 załącznika nr 1A do SIWZ (do zadania nr 4)

13. Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, wytrzymujące 10 minut? Jest to standardowy czas wystarczający na załączenie się zasilania awaryjnego danej jednostki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizatora do automatycznej izolacji wyposażonego w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS / minimum 30 minut/



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy punktu 2 załącznika nr 1A do SIWZ (do zadania nr 4)

14. Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, wytrzymujące 10 minut? Jest to standardowy czas wystarczający na załączenie się zasilania awaryjnego danej jednostki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizatora do automatycznej amplifikacji i detekcji wyposażonego w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS / minimum 30 minut/

Dotyczy punktu 13 załącznika nr 1A do SIWZ (do zadania nr 4)

15. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający udostępnia łącze internetowe czy należy podłączyć dodatkowe?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy łącze internetowe z usługą typu VPN lub skorzysta z dostarczonego i opłacanego przez Wykonawcę bezpiecznego rozwiązania np. typu TeamViewer

Dotyczy punktu 18 załącznika nr 1A do SIWZ (do zadania nr 4)

16. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy należy doliczać również końcówki do pipet?

Odpowiedź: Zamawiający ujął końcówki do pipet w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 / załącznik nr 1 do SIWZ/, pozycje: 18,19,20,21

Dotyczy punkt 25 załącznik nr 1A do SIWZ (do zadania nr 4)

17. Zgodnie z wymogiem Zamawiającego, aby po każdym przeglądzie wykonać walidację prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wzorcowania (badanie rozkładu temperatury w pustym urządzeniu, wzorcowanie potwierdzone jest świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium akredytowane) czy też chodzi o kwalifikacje OQ, PQ, IQ zakończone wydaniem książki kwalifikacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby po każdym przeglądzie wykonać wzorcowanie (badanie rozkładu temperatury w pustym urządzeniu, wzorcowanie potwierdzone świadectwem wzorcowania wydanym przez osobę uprawnioną)

Dotyczy punktu 29 załącznika nr 1A do SIWZ (do zadania nr 4)

18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, na którym pracuje laboratorium.

Odpowiedź: Obecnie Zamawiający używa LSI InfoMedica firmy Asseco.

ZESTAW 6

Zadanie nr 2

Poz. 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje bagietki o dł. 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza bagietki o długości 125 mm.

Poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje korki pakowane po 500 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza korki pakowane po 500 sztuk.

Poz. 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje próbki z PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 12 x 75 mm) z określoną przez producenta pojemnością 5 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza próbki z PS o wymiarach 12x75mm z określoną przez producenta pojemnością 5 ml.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Poz. 7 - Czy Zamawiający zaakceptuje próbki pakowane po 1000 sztuk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza próbki stożkowe –typ Eppendorf 1,5 ml pakowane po 1000 sztuk.

ZESTAW 7

Pytania do zadania 4 i do zadania 9

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

1. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który oznaczono poprawiony 2 Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. Par. 1 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Par. 1 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnień wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Par. 2 ust. 6 i 6.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze” ale wyłącznie dla zadania nr 1 i zadania nr 4.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który oznaczono poprawiony 2 Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

6. Par. 3 ust. 8,10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnień wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Par. 4 ust. 4,9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



9. Par. 4 ust. 5 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.”?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
12. Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

1. Dotyczy Zadania 2, poz. 4:
W związku z wycofaniem się producenta z produkcji probówek 2ml 12x38mm zwracamy się z prośbą o dopuszczenie probówek PS na 3ml 11,5x55mm lub probówek PS na 3ml 12x55mm ze znacznikami na 1, 2 i 3 ml.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW 9

Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 1,2,3,4,5,6,7, 14,16, 17,18,20,21,22,26,29,32,33,46, 49, 53, 54, 57

Czy z uwagi na zapis skutkujący niemożnością porównania ofert kalkulowanych dla 1 lub 2 analizatorów, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia zapisów "jeden lub dwa identyczne analizatory automatyczne" w punktach 1,2,3,4,5,6,14,16, 17,18,20,21,22,26,29,32,33,46, 49, 53, 54, 57 na "dwa identyczne analizatory automatyczne", oraz usunięcie z punktu 7 zapisu "Wymagana wydajność w przypadku jednego analizatora – min. 50 badań (grupa z Rh oraz przeciwciała grupowe) w ciągu 60 minut lub minimum 100 screeningów p-ciał odpornościowych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 1

Czy ze względu na możliwość zaoferowania dwóch automatycznych analizatorów stanowiących dla siebie uzupełnienie i back-up, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia manualnego systemu back-up?

Odpowiedź: W przypadku zaoferowania dwóch automatycznych analizatorów stanowiących dla siebie uzupełnienie i back-up, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia manualnego systemu back-u.

Pytanie 3 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 1

Czy Zamawiający w przypadku utrzymania wymogu zaoferowania systemu back-up, wyrazi zgodę na zaoferowanie zintegrowanego urządzenia w postaci wirówki o pojemności 10 kart połączonej z inkubatorem?

Odpowiedź: Zamawiający nie utrzymuje wymogu zaoferowania systemu back-up w przypadku zaoferowania dwóch automatycznych analizatorów.

Pytanie 4 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 3

Czy Zamawiający poprzez tak sformułowany zapis wymaga automatycznego akceptowania prawidłowych wyników przez oprogramowanie analizatora i wysyłania ich do sieci LSI?



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga automatycznego akceptowania prawidłowych wyników przez oprogramowanie analizatora i wysyłania ich do sieci LSI.

Pytanie 5 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 6, 9, 10

Czy w związku z brakiem wymagań dotyczących oznaczeń antygenu DVI (+) u pacjentów, dawców i noworodków Zamawiający dopuści zaoferowanie kart z odczynnikiem anti-D nie wykrywającym odmiany DVI? W załączeniu przesyłamy pisemne stanowisko IHIT dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści u pacjentów, dawców i noworodków zaoferowanie kart z odczynnikiem anti-D nie wykrywającym odmiany DVI.

Pytanie 6 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 4

Czy w przypadku kiedy oferowany pod analizator stół, jest stołem dedykowanym przez producenta pod oferowany aparat, Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu nie posiadającego osobnego certyfikatu dopuszczenia do pracy w medycznym laboratorium analitycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stołu nie posiadającego osobnego certyfikatu dopuszczenia do pracy w medycznym laboratorium analitycznym

Pytanie 7 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 6

Czy zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych przez IHIT "Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania", prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wykonywał BTA w surowicy poliwalentnej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie wykonywał BTA w surowicy poliwalentnej.

Pytanie 8 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 15 i punkcie 54, wzoru umowy § 1 punkt 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „w ciągu 14 dni kalendarzowych” na „w ciągu 30 dni kalendarzowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 9 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 17, wzoru umowy § 3 punkt 7

Czy w przypadku zaoferowania dwóch analizatorów Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „przyjazd serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia: przez 7 dni w tygodniu” na przyjazd serwisu i naprawa w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku konieczności dostawy części z zagranicy w ciągu 3 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 10 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 18

Czy Zamawiający miał na myśli indywidualne hasła dostępu dla każdego z poszczególnych użytkowników systemu?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli indywidualne hasła dostępu dla każdego z poszczególnych użytkowników systemu.

Pytanie 11 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 24

Czy Zamawiający uzna wymóg za taki który nie dotyczy urządzenia które zużywa mniej niż 2 litry wody destylowanej na dobę?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zużycia wody w ilości mniejszej niż 2 litry wody destylowanej na dobę nie wymaga podłączenia wiszącej stacji wody.

Pytanie 12 – dotyczy załącznika nr 1A-1, w punkcie 32

Czy Zamawiający dopuści aby wymóg ten nie dotyczył płynów eksploatacyjnych, ponieważ w zaoferowanym systemie poziomy płynów eksploatacyjnych są monitorowane przed każdym uruchomieniem każdego cyklu badań, co zapobiega przypadkom ich niedoboru w trakcie wykonywania serii badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku płynów eksploatacyjnych brak możliwości ciągłego doładowywania pod warunkiem, że oferowany system monitoruje poziom płynów eksploatacyjnych przed każdym uruchomieniem każdego cyklu badań.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 13 – dotyczy załącznika nr 1A-1 , w punkcie 35

Czy Zamawiający dopuści aby informacja potwierdzająca skład I i II klonu odczynnika anty-D była przesyłana niezależnie od dostawy odczynnika lub przesyłana elektronicznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 14 – dotyczy załącznika nr 1A-1 , w punkcie 38

Czy Zamawiający dopuści aby instrukcja użycia była przesyłana niezależnie od dostawy odczynnika lub przesyłana elektronicznie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie 15 – dotyczy załącznika nr 1A-1 , w punkcie 39

Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc krwinki wzorcowe Zamawiający miał na myśli krwinki do wykrywania przeciwciał naturalnych układu AB0?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że miał na myśli wszystkie krwinki wzorcowe, nie tylko krwinki do wykrywania przeciwciał naturalnych układu AB0.

Pytanie 16 – dotyczy załącznika nr 1A-1 , w punkcie 41

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu "transport odczynników do badań w warunkach monitorowanych pod względem temperatury" przy zastrzeżeniu że oferowane odczynniki, pomimo braku dostępnej dokumentacji monitoringu temperatury w trakcie transportu, pozwalają na wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu „transport odczynników do badań w warunkach monitorowanych pod względem temperatury”.

Pytanie 17 – dotyczy załącznika nr 1A-1 , w punkcie 43

Czy Zamawiający pod pojęciem metodyki testów miał na myśli metodyki do poszczególnych kart/kaset z mikrokolumnkami?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli metodyki do poszczególnych kart/kaset z mikrokolumnkami.

Pytanie 18 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 45

Oprogramowanie analizatora nie posiada funkcji i nie służy do długoterminowej archiwizacji wyników. Funkcja taka jest wykonywana przez system LSI Zamawiającego.

Czy z uwagi na to że tego typu funkcjonalność leży po stronie programu do obsługi pracowni Banku Krwi zamawiający usunie powyższy wymóg dotyczący analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza archiwizację wyników w systemie LSI Zamawiającego.

Pytanie 19 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 46

Czy Zamawiający dopuści analizator w których archiwizacja następuje na życzenie użytkownika, na płycie CD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie 20 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 50

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zewnętrznego programu kontroli jakości pochodzącej od podmiotu niezależnego od dostawcy analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zewnętrznego programu kontroli jakości pochodzącej od podmiotu niezależnego od dostawcy analizatorów.

Pytanie 21 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 51

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie odważek analitycznych NaOH w postaci sypkiej do rozpuszczenia przez użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie odważek analitycznych NaOH w postaci sypkiej do rozpuszczenia przez użytkownika.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 22 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 54

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie "W ramach podłączenia do LSI Wykonawca zobowiązuje się do włączenia określonych przez Zamawiającego wzorów druków wyników i książek badań (w tym wyniku reakcji badań) do dokumentacji Zamawiającego" rozumie protokół transmisji umożliwiający przesyłanie wyników badań z analizatora i ich odczyt w systemie LSI Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w ramach protokołu transmisji umożliwiającej przesyłanie wyników badań z analizatora do ustalonego przez Zamawiającego konkretnego wzoru druków wyników i książek badań, w tym wyniku reakcji, w celu prowadzenia prawidłowej dokumentacji pracowni.

Pytanie 23 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 56

Prosimy o podanie parametrów (wymiały, ilość okien, liczba pracujących urządzeń) w wyznaczonej pracowni ZDL.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że powierzchnia pracowni wynosi ok. 28m², posiada: dwa okna, pracujące dwa analizatory, dwie ciepłarki, jedną lodówkę, jedną zamrażarkę podblatową, jedną komorę laminarną, dwa zestawy komputerowe wraz z trzema drukarkami.

Pytanie 24 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia zamówienia w trybie "CITO" od poniedziałku do piątku" na „maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia zamówienia w trybie "CITO" pod warunkiem wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy od poniedziałku godz. 10.00 do czwartku godz. 09.00"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 25 – dotyczy załącznika nr 1A-1 , w punkcie 60

Czy zamawiający zgadza się dostarczenie produktu wolnego od wad w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 26 – dotyczy załącznika nr 1A-1 w punkcie 61

Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia tonerów do drukarek w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga uwzględnienia tonerów do drukarek w formularzu cenowym, natomiast wymaga dostarczenia tonerów do drukarek w ramach dzierżawy urządzenia.

Pytanie 27 – dotyczy załącznika nr 1B-1 w punkcie 4

Czy Zamawiający miał na myśli zapis dotyczący otwierania na pokładzie takiej ilości mikrokolumnienek, która wymagana jest w danej chwili do badania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ma na myśli otwieranie na pokładzie takiej ilości mikrokolumnienek , która wymagana jest w danej chwili do badania.

Pytanie 28 – dotyczy załącznika nr 1A-1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga analizatora posiadającego oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt i archiwizację dwustronnego obrazu kasety z nasileniem reakcji w postaci kolorowych zdjęć?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizatora posiadającego oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt i archiwizację wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) o wysokiej rozdzielczości.

Pytanie 29 – dotyczy załącznika nr 1A-1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga analizatora otwierającego wyłącznie pojedyncze kolumnienki w kasie/karcie? System taki pozwala na znaczną oszczędność kart/kaset i zachowanie stabilności nieotwartych kolumnienek na pokładzie aż do upłynięcia ich terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale przyznaje 10 punktów za zaferowanie takiego parametru- zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ dla zadania nr 1 – punkt 4.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 30 – dotyczy załącznika nr 1A-1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga analizatora otwierającego kasety/karty przy pomocy dedykowanych dziurkaczy eliminujących błąd przeniesienia pomiędzy kartami/kasetami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 31 – dotyczy załącznika nr 1A-1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga analizatora o pojemności pojemnika na zużyte karty nie mniejszej niż 100 kart?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty instrukcji obsługi oferowanych urządzeń oraz ulotek odczynnikowych w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD, a wersję papierową Wykonawca dostarczy podczas instalacji urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty instrukcji obsługi oferowanych urządzeń oraz ulotek odczynnikowych w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD.

Pytanie 33

Czy w przypadku załączania do oferty drukowanych wersji instrukcji i ulotek Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34 - dotyczy wzoru umowy § 4 KARY UMOWNE

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 35 - dotyczy umowy § 4 punkt 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100,00 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki” na „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,01 % wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień/godzinę* zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 36 - dotyczy umowy § 4 punkt 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości towaru niedostarczonego w terminie, ale nie może być niższa niż 100,00 zł” na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 37 - dotyczy umowy § 4 punkt 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „w ciągu 5 dni” na „w ciągu 14 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 38 - dotyczy umowy § 4 punkt 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „200 zł” na „0,02 % wartości niedostarczonego towaru”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 39 - dotyczy umowy § 4 punkt 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „300,00 zł za każdy dzień opóźnienia” na „100,00 zł za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 40 - dotyczy umowy § 4 punkt 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „500,00 zł za każdy dzień opóźnienia” na „200,00 zł za każdy dzień opóźnienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 41 - dotyczy rozdział VI SIWZ punkt 9 oraz Zał. nr 1B-1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga załączenia dokumentów opisowych do oferty oraz wskazania w nich potwierdzenia spełnienia parametrów podlegających ocenie, czy zweryfikuje Zał. nr 1B-1 na podstawie oświadczeń i zgodnie z rozdziałem VI SIWZ punkt 9 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do ich złożenia w wyznaczonym terminie?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VI pkt. 9 wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, dokumentów:

- 1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu, pozwalających na potwierdzenie spełnienia każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 1, 1A i 1B do danego zadania, na które składana jest oferta,
- 2) pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach, zgodnie z pkt 48 załącznika nr 1A-1 do SIWZ (dotyczy zadania nr 1),
- 3) deklaracji zgodności CE, dla wszystkich oferowanych aparatów (dotyczy zadania 1, 4, 7)

Pytanie 42 - dotyczy rozdział VI SIWZ punkt 9 oraz Zał. nr 1A-1 punkt 48

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga załączenia opinii IHiT do oferty czy zgodnie z rozdziałem VI SIWZ punkt 9 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do jej złożenia w wyznaczonym terminie?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VI pkt. 9 wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach, zgodnie z pkt 48 załącznika nr 1A-1 do SIWZ (dotyczy zadania nr 1).

Pytanie 43 - dotyczy § 2 punkt 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen przez cały okres trwania umowy” na „Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen netto przez cały okres trwania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 44 – dotyczy umowy – załącznik nr 4 do SIWZ

Ochrona danych osobowych

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy z poniższymi zapisami:
"W celu wykonywania przeglądów i napraw Przedmiotu dzierżawy, na którym są zapisywane oraz przetwarzane dane osobowe i medyczne pacjentów (dalej: „dane”), Zamawiający powierza te dane Wykonawcy na czas i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz do zastosowania przy przetwarzaniu danych środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 36 – 39 Ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024 z póź. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności powierzonych mu przez Zamawiającego danych."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie dodatkowego zapisu, gdyż Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią umowy – załącznik nr 4, a jej treść stanowi Załącznik nr 4A do SIWZ.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 10

Dotyczy pakietu nr 4:

Pytanie 1 .

Dotyczy Załącznik nr 1A-4 do SIWZ (do zadania 4), Wymagania graniczne, punkt 22 w którym Zamawiający specyfikuje parametry dzierżawionego sprzętu: *2 identyczne chłodziarko-zamrażarki, posiadające 2 kompresory i 2 obiegi chłodnicze – rok produkcji 2016. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni bieżącą konserwację oraz serwis w ramach umowy - wymagane przeglądy sprzętu (z protokołem walidacji) minimum co 12 miesięcy.* Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli specyfikując „przeгляд sprzętu (z protokołem walidacji), na czym konkretnie ma polegać walidacja: czy na badaniu rozkładu temperatury, czy kwalifikacjach IQ, QQ, PQ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby po każdym przeglądzie wykonać wzorcowanie (badanie rozkładu temperatury w pustym urządzeniu, wzorcowanie potwierdzone świadectwem wzorcowania wydanym przez osobę uprawnioną).

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznik nr 1A-4 do SIWZ (do zadania 4), Wymagania graniczne, punkt 22 w którym Zamawiający specyfikuje parametry dzierżawionego sprzętu: *Zamrażarka szufladowa – rok produkcji 2016 (minimum 5 szuflad) do przechowywania próbek pacjentów (wraz z monitorowaniem temperatury) z zakresem temperatury min. Do -80C. Do półek muszą być dostarczone kompatybilne 2 stojaki na pudełka do przechowywania materiału.* Prosimy o udzieleni odpowiedzi na pytania:

- czy zamrażarka o pojemności 410L z pięcioma przedziałami wewnątrz będzie spełniać Państwa oczekiwania
- jakiej wysokości stelaże będą potrzebne?
- w jakich probówkach będzie przechowywany materiał 1,5/2 ml czy 15/50ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił pojemności zamrażarki. Zamawiający wymaga stelaży do probówek o pojemności 1,5 ml / 2,0 ml oraz probówek BD Vacutainer o numerze katalogowym 362791

II. Zamawiający dokonuje następujące zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- **w rozdziale XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, ust. 1 pkt 3, otrzymuje brzmienie:**

„ 3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + P$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry pozacenowe” (PJ)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015