



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09

Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl

NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274

ING Bank Śląski: 60 1050 1559 1000 0023 4179 6064



Znak sprawy:
EZP/220/85/2016/1

Data:
12.01.2017 r.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/1/2017, pn. *Dostawa cewników, elektrod, igieł i zestawów wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego do trójwymiarowego mapowania serca 3D dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

Do zadania nr 1 poz.1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika ablacyjnego chłodzonego z trzema rozmiarami krzywizn do wyboru: D,F,J – w ośmiu konfiguracjach, spełniającego pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Do zadania 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika diagnostycznego 10 biegunowego o stałej krzywiznie, z dostępnymi krzywiznami: JSN, CRD, DAO, CSL, SC, C1, z pierścieniami platynowo – irydowymi 2 i 1 mm, spełniającego pozostałe parametry?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Zadanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika diagnostycznego o długości użytkowej 120 cm o średnicy 5 i 6 FR o następujących krzywiznach MPA, MPB, HIS, CS zgodnych z poniższym rysunkiem:




Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga cewników zgodnie opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 i 1A- 2 do SIWZ dla zadania nr 2.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Małgorzata Usielska